

# 关于专用设备采购（五）（项目编号： GXZC2022-J1-002388-GXJL）成交结果 质疑函答复书

质疑人基本情况：

质疑人：北京伟核科技有限公司

授权委托人：朱红伟

联系电话：18600983382

北京伟核科技有限公司：

关于贵公司于2022年08月19日递交的对专用设备采购（五）（项目编号：GXZC2022-J1-002388-GXJL）成交结果提出质疑的质疑函。经核查，现就有关质疑事项答复如下：

（一）质疑事项1：C分标：深圳市瑞美德科技有限公司所投的C分标固体径迹蚀刻测量系统“TASLimage”，不满足招标参数要求，虚假应标。“2.1.2 蚀刻温度：≤90° C，2.1.3 蚀刻时间：小于5小时。”如上2条参数不满足，并提供了相关证明材料。

质疑事项1答复：经原谈判小组专家全面复核，深圳市瑞美德科技有限公司的响应文件中已对以上条款作了完全响应，承诺满足采购文件要求，并在质疑补充材料阶段回复函中再一次承诺提供的参数满足采购文件要求。原谈判小组对投标企业货物需求响应表中的承诺有效性表示认同。北京伟核科技有限公司提供的质疑证明中的材料，原谈判小组专家对其有效性不予认可。本项条款质疑事实依据不足，质疑不成立。

（二）质疑事项2：C分标：深圳市瑞美德科技有限公司所投的C分标固体径迹蚀刻测量系统“TASLimage”，不满足招标参数要求，虚假应标。“▲2.1.4 同时显影的探测器数：不小于430个”如上参数不满足，并提供了相关证明材料。

质疑事项2答复：经原谈判小组专家全面复核，深圳市瑞美德科技有限公司的响应文件中已对以上条款作了完全响应，承诺满足采购文件要求，并在质疑补充材料阶段回复函中再一次承诺提供的参数满足采购文件要求。原谈判小组对投标企业货物需求响应表中的承诺有效性表示认同。北京伟核科技有限公



司提供的质疑证明中的材料，原谈判小组专家对其有效性不予认可。本项条款质疑事实依据不足，质疑不成立。

综上，贵公司针对专用设备采购(五)(项目编号:GXZC2022-J1-002388-GXJL)成交结果提出的质疑依据不足，质疑事项不成立。如贵公司对本答复不满意，可在质疑答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。我单位衷心感谢贵公司能够积极参与此次政府采购项目，以及给予我单位工作的大力支持与监督。

特此复函。

广西建澜项目管理有限公司

2022年08月30日

