

简阳市人民医院 2021 年第三批医疗设备采购项目 更正通知

致：各相关供应商

现对“简阳市人民医院 2021 年第三批医疗设备采购项目”（项目编号：510185202100188）作如下更正：

一、第一包设备超声骨刀技术参数 1.3 输出超声最大电功率： $\leq 85\text{W}$ ，功率可调节，功率越小越能保证术中的安全性；（要求提供产品彩页或检测报告或产品说明书等佐证材料）更正为：输出超声最大电功率： $\leq 130\text{W}$ ，功率可调节；（要求提供产品彩页或检测报告或产品说明书等佐证材料）

二、第一包设备超声骨刀技术参数 1.4 超声最大振幅： $\leq 120\ \mu\text{m}$ ，超低振幅能够保证骨切割的精确性，更可以有效保护神经和血管不受损伤；（要求提供产品彩页或检测报告或产品说明书等佐证材料）更正为：超声最大振幅： $\leq 130\ \mu\text{m}$ ；（要求提供产品彩页或检测报告或产品说明书等佐证材料）

三、第一包设备超声骨刀技术参数 1.6 安全特性：设备防电击类型和防电击程度为 I 类 BF 型，主机具有故障的自检功能，安全性能符合国内和国际标准；（要求提供产品彩页或检测报告或产品说明书等佐证材料）更正为：安全特性：设备防电击类型和防电击程度为 I 类 B 型、I 类 BF 型或 I 类 CF 型，主机具有故障的自检功能，安全性能符合国内和国际标准。（要求提供产品彩页或检测报告或产品说明书等佐证材料）

四、本项目递交响应文件截止时间变更为：2021 年 10 月 27 日 10 点 30 分（北京时间）。

五、其余事项不变。

