

## 成都农业科技职业学院农业类专业实践教学条件建设提升设备设施采购项目更正公告（二）

致相关供应商：

现对成都农业科技职业学院农业类专业实践教学条件建设提升设备设施采购项目（采购项目编号：510101202100528）进行第二次更正，更正内容如下：

一、将招标文件第1章投标邀请中“八、投标截止时间和开标时间：2021年6月22日10:30（北京时间）。”

更正为：“八、投标截止时间和开标时间：2021年6月28日10:30（北京时间）。”

二、招标文件第6章技术、商务及其他要求二、采购清单包2：中兽药研究所与畜牧研究所设备设施中序号16鼓风干燥箱的数量为1台。

三、招标文件第6章技术、商务及其他要求二、采购清单中包2：中兽药研究所与畜牧研究所设备设施中序号34分光光度仪的技术参数要求中的“波长范围：190-11000”

更正为：“波长范围：190-1100”。

四、招标文件第6章技术、商务及其他要求二、采购清单中包2：中兽药研究所与畜牧研究所设备设施中序号42制冰机的技术参数要求中的“无缚压缩机”

更正为：“无氟压缩机”。

五、招标文件第6章技术、商务及其他要求二、采购清单中包2：中兽药研究所与畜牧研究所设备设施中序号54高通量组织冷冻研磨仪的技术参数进行更正，更正后的技术参数为：“1、7英寸触摸屏操作；制冷温度-50度；▲2、配置样本处理量48×0.5ml；3、振动





频率设置：0-70HZ ， 0-2100R/M； 4、夹具行程：40mm（垂直）。”。

六、招标文件第6章技术、商务及其他要求二、采购清单中包2：中兽药研究所与畜牧研究所设备设施中序号55台式高速冷冻离心机的技术参数要求中的“4、不平衡检测系统：震动连续监测，带转头重量校正 5、多语种选择。★5、配置：主机1套，2ml角转头一套50ml，角转头一套。”

更正为：“4、不平衡检测系统：震动连续监测，带转头重量校正。多语种选择。★5、配置：主机1套，2ml角转头一套，50ml角转头一套。”。

七、招标文件第6章技术、商务及其他要求二、采购清单中包2：中兽药研究所与畜牧研究所设备设施中序号58实验边台和中央台的技术参数要求中的“2、抗酸碱性能要求：按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、48%氢氟酸、37%甲醛溶液、四氯化碳等累计需要超过50项化学试剂检测，板材检验结果均合格（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人公章进行佐证）。”

更正为：“2、抗酸碱性能要求：按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、48%氢氟酸、37%甲醛溶液、四氯化碳等累计需要超过50项化学试剂检测，板材检验结果均合格（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人公章进行佐证）。”。

本项目采购公告和招标文件中涉及此更正内容的，均以此更正公告为准，特此更正。

四川慧采招标代理有限公司

2021年6月11日

