

成都农业科技职业学院农产品质量安全检测协同创新及实训中心设备设施采购项目更正公告（二）

致相关供应商：

现对成都农业科技职业学院农产品质量安全检测协同创新及实训中心设备设施采购项目（采购项目编号：510101202100531）作第二次更正，更正内容如下：

一、将招标文件第1章投标邀请中“八、投标截止时间和开标时间：2021年6月22日9:30（北京时间）。”；

更正为：

“八、投标截止时间和开标时间：2021年6月28日9:30（北京时间）。”

二、将招标文件第6章技术、商务及其他要求二、采购清单中序号2中央台的技术参数要求中的“2、抗酸碱性能要求：按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、48%氢氟酸、37%甲醛溶液、四氯化碳等累计需要超过50项化学试剂检测，板材检验结果均无明显变化。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人公章进行佐证）”

更正为：

“2、抗酸碱性能要求：按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、48%氢氟酸、37%甲醛溶液、四氯化碳



四川慧采招标代理有限公司

等累计需要超过 50 项化学试剂检测，板材检验结果均无明显变化。(提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖投标人公章进行佐证)”

本项目采购公告、招标文件中涉及此更正内容的，均以此更正为准，特此更正。

四川慧采招标代理有限公司

2021 年 6 月 11 日

