

公开招标文件

采购项目编号/包号：青海有所为公招（货物）**2022-005-03**

采购项目名称：湟源县医疗服务能力提升项目（包三）

采购人：青海省湟源县卫生健康局

采购代理机构：青海有所为工程项目管理有限公司

2022年07月

目 录

第一部分 投标邀请 1

第二部分 投标人须知4

一、说明 4

1.适用范围 4

2.采购方式、合格的投标人4

3.投标费用 4

二、招标文件说明 4

4.招标文件的构成4

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑 4

6.招标文件的澄清或修改 5

三、投标文件的编制 5

7.投标文件的语言及度量衡单位 5

8.投标报价及币种5

9.投标保证金 6

10.投标有效期 7

11.投标文件构成7

12.投标文件的编制要求 8

四、投标文件的提交 8

13.投标文件的密封和标记 8

14.提交投标文件的时间、地点、方式9

15.投标文件的补充、修改或者撤回 9

五、开标 9

16.开标 9

17.资格审查 10

七、评审程序及方法 10



18.评标委员会 10

19.评审工作程序 12

20.评审方法和标准 14

八、中标 16

21.推荐并确定中标人 17

22.中标通知 17

九、授予合同 17

23.签订合同 17

十、其他 18

24. 串通投标的情形 18

25. 废标 18

26. 中标服务费 19

第三部分 青海省政府采购项目合同书范本 21

第四部分 投标文件格式 35

资格审查文件封面（上册） 35

资格审查文件目录（上册） 36

（1）投标函 37

（2）法定代表人证明书 38

（3）法定代表人授权书 39

（4）投标人承诺函 40

（5）投标人诚信承诺书 41

（6）资格证明材料 42

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 43

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 44

（9）无重大违法记录声明 45

（10）未被列入“失信被执行人”的证明 46

（11）投标保证金证明 47



（下册） 48

目录（下册）49

（12）评分对照表50

（13）开标一览表（报价表） 51

（14）分项报价表52

（15）技术规格响应表 53

（16）投标产品相关资料 54

（17）投标人的业绩证明材料55

（18）制造（生产）企业小型、微型企业声明函56

（18.1）从业人员声明函 57

（20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项59

第五部分 采购项目要求及技术参数 60

（一）投标要求60

1.投标说明 60

2.重要指标 60

3.商务要求 61

（二）项目基本情况及各包技术参数要求61



第一部分 投标邀请

青海有所为工程项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省湟源县卫生健康局（以下均简称“采购人”）委托,拟对湟源县医疗服务能力提升项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

采购项目编号	青海有所为公招（货物）2022-005
采购项目名称	湟源县医疗服务能力提升项目
采购方式	公开招标
采购预算额度	925.00万元
最高限价	889.00万元； （包一：115.00万元；包二：557.44万元；包三：155.90万元；包四：60.66万元）
项目分包个数	4个包
要求	采购内容： 湟源县医疗服务能力提升项目；具体内容详见《招标文件》。
投标人资格要求	1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： 1) 投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 2) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 4) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；



	4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标。 6、其他资质条件：要求投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证；投标人为代理商的，营业执照内须包含相关货物的经营范围，具备有效的医疗器械经营许可证及所投产品的医疗器械注册证。
公告发布时间	2022年07月05日
获取招标文件的时间期限	2022年07月06日至2022年07月12日，每天09:00-17:30（午休、节假日除外）
获取招标文件方式	现场购买或网上购买
招标文件售价	500元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。）
获取招标文件地点	招标代理机构：青海有所为工程项目管理有限公司 地址：青海省西宁市城中区西大街 18 号神力大厦 7 楼 701 室 联系人：白女士 联系电话：0971-8221797 电子邮箱：CSSXZSYW@163.com
购买招标文件时应提供材料	1、投标人的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证（或三证合一证件）复印件。 2、介绍信或法人授权委托书（原件）及被授权人、法人身份证复印件。以上资料除原件外均需加盖公章。（采购代理机构对以上资料留存备案。） 注：需网上购买标书的供应商应将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称、项目编号/包号、联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。同时将以上资料邮寄至采购代理机构留存备案。
投标截止及开标时间	2022 年 07 月 26 日上午 10 时 00 分（北京时间）



投标及开标地点	西宁市公共资源交易中心西宁四号开标室（可容纳72人）
采购人联系人	招标人：青海省湟源县卫生健康局 联系人：谢先生 联系电话：0971-2432045 地址：青海省西宁市湟源县卫生健康局
代理机构联系人	代理机构：青海有所为工程项目管理有限公司 联系人：白女士 联系电话：0971-8221797 联系地址：青海省西宁市城中区西大街 18 号神力大厦 7 楼 701 室
代理机构开户行	中国建设银行股份有限公司青海省分行营业部
收款人	青海有所为工程项目管理有限公司
银行账号	63050136370000000284 注：（招标文件购买费用、中标服务费支付账号）
其他事项	本项目招标公告在中国采购与招标网、青海省政府采购网、青海省电子招标投标公共服务平台同时发布 公告期限：自青海省政府采购网发布之日起5个工作日 公告内容以青海省政府采购网发布的为准
财政监督部门及电话	单位名称：湟源县财政局 联系电话：0971-2480721



第二部分 投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

- （1）投标邀请
- （2）投标人须知
- （3）青海省政府采购项目合同书范本
- （4）投标文件格式
- （5）采购项目要求及技术参数
- （6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑



期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种



8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：包1~包4：产品费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（须注明项目编号/包号及单位名称可简写）

投标保证金：

包一：20000.00元整（大写：贰万元整）；

包二：100000元整（大写：壹拾万元整）

包三：30000元整（大写：叁万元整）

包四：12000元整（大写：壹万贰仟元整）

收款单位：青海有所为工程项目管理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司青海省分行营业部

银行账号：63050136370000000284

交纳时间：2022年07月26日上午10时00分（北京时间）前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投



标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起**60**日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- （1）投标函
- （2）法定代表人证明书
- （3）法定代表人授权书
- （4）投标人承诺函
- （5）投标人诚信承诺书
- （6）投标人资格证明材料
- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- （9）无重大违法记录声明
- （10）未被列入“失信被执行人”的承诺
- （11）投标保证金证明

11.2、投标文件（下册）

- （12）评分对照表
- （13）开标一览表（报价表）
- （14）分项报价表
- （15）技术规格响应表
- （16）投标产品相关资料
- （17）投标人的类似业绩证明材料



（18）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

（19）残疾人福利性单位声明函

（20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本4份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)，开标一览表及投标保证金证明。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册，编码并加盖骑缝公章，封面左侧胶装处须打印此次项目名称及投标人名称，其他方式装订的投标文件按废标处理。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需彩色打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件的“正本(上、下册)”、“副本(上、下册)”、“电子文档(上、下册)”、“开标一览表”及“投标保证金证明”须分别装封于不同的密封袋中，加贴密封条，并在密封包装的封口处加盖投标单位公章和法定代表人章；投标文件的封套上应标记“正本”、“副本”、“电子文档”、“开标一览表”及“投标保证金证明”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。



13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2022年07月26日上午10时00分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、集中采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。



投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序及方法

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- (1) 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；
- (2) 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；
- (3) 未按第11.1要求提供相关资料的；
- (4) 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；
- (5) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (6) 投标有效期不能满足招标文件要求的；
- (7) 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- (1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行向财政部门报告；
- (2) 宣布评标纪律；
- (3) 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
- (4) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
- (5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
- (6) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
- (7) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标



准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（2）现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（3）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（4）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（5）对投标文件进行比较和评价；

（6）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（7）配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（8）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工



作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （1）符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （2）未按第11.2（12）-（17）款要求提供相关资料的；
- （3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （4）产品交货时间及质保期不能满足招标文件要求的；
- （5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；
- （6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；
- （7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；



- （8）存在串通投标行为；
- （9）投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；
- （10）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；
- （11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。



19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括**投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务**等。资格条件不得作为评审因素。



评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评审办法：

包一~包四

序号	评审因素	评审标准
1	投标报价 (30 分)	在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2	技术水平 (45 分)	（1）技术参数（42 分）：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得 42 分；每有一项负偏离扣 3 分，扣完该项得分为止；此项评分以生产厂商出具的证明文件或产品彩页或检测报告等为依据。 （2）节能和环保（2 分）：所投产品为节能产品，得 1 分，所投产品为环保产品，得 1 分，共 2 分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 （3）自主知识产权产品（1 分）：投标产品属产品制造商自主知识产权的得 1 分，否则不得分。
3	履约能力	（1）类似业绩情况（10 分）：提供投标截止日近 3 年的投标人类似



	(10 分)	业绩证明材料（2019 年 07 月 26 日至 2022 年 07 月 25 日），须提供包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印件并加盖投标供应商公章，每提供 1 项得 2 分,满分 10 分；不提供不得分。
4	售后服务 (15 分)	（1）本地化服务（3 分）：在项目所在地有服务机构的或有委托合作性服务机构的（需提供合作性服务机构的委托协议书、工商营业执照及售后服务承诺函），得 3 分；没有的不得分。 （2）售后服务计划、措施（7 分）：针对该项目须有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务计划、能力、措施。服务计划、措施好的得 7 分；较好的得 4 分，一般的得 2 分；未提供或其他情况不得分。 （3）项目管理及实施方案（5 分）：设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施及质量保障方案，能够结合项目特点制定实施方案，好的得 5 分；较好的得 3 分，一般的得 1 分；未提供或其他情况不得分。

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （1）分值汇总计算错误的；
- （2）分项评分超出评分标准范围的；
- （3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标



21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳0%履约保证金。



23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：



- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- （3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- （1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
- （2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

- 26.1 收取对象：采购单位。
- 26.2 收费金额：详见青海省政府采购委托代理协议。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

货物类型、费率 中标金额（万元）	货物招标
100以下	1.5%
100—500	1.1%
500—1000	0.8%
1000—5000	0.5%
5000—10000	0.25%
10000—100000	0.05%
1000000以上	0.01%

注：1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：



$$100\text{万元} \times 1.5\% = 1.5\text{万元}$$

$$(500 - 100)\text{万元} \times 1.1\% = 4.4\text{万元}$$

$$(1000 - 500)\text{万元} \times 0.8\% = 4.0\text{万元}$$

$$\text{合计收费} = 1.5 + 4.4 + 4.0 = 9.9\text{万元}$$

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。



第三部分 青海省政府采购项目合同书范本
(货物类)

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号/包号:

采购项目名称:

采购合同编号/包号:

合同金额（人民币）:

采购人（甲方）: _____（盖章）

中标人（乙方）: _____（盖章）

采购日期:



采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据 XXXX 年 XX 月 XX 日（项目名称）采购项目（项目编号/包号：）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

- 1.招标文件；
- 2.招标文件的澄清、变更公告；
- 3.中标人提交的投标文件；
- 4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；
- 5.中标通知书；
- 6.履约保证金缴费证明（本项目不适用）。

二、合同标的及金额

单位：元

序号	标的名称	规格型号	数量	单价	总价	备注

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）_____元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

包1~包4：

- 1.交货时间：签订合同后20个日历日；交货地点：甲方指定地点。
- 2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受；
- 3. 乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货；



4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后尽快组织验收，无故不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份；
5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付；
6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决；
7. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

包1~包4：

1、乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的____%(付款方式及金额由采购人根据项目情况确定)，即人民币（大写）：_____元。剩余合同总价款的____%即人民币（大写）：_____元作为质量保证金，质量保证金待约定的免费质保期满____（年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以支付。（具体付款方式按合同约定执行）

2、中标供应商须提供税务发票。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过____天对方有权解除合同



同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在___天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式___份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。



甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：

地址：

联系电话：

联系电话：

签约时间： 年 月 日

采购代理机构：青海有所为工程项目管理有限公司

负责人或经办人：

时间： 年 月 日



合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相



应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立



对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6. 保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。



7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、



交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期：合同约定。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划



（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第**22.2**项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证



实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15. 迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16. 违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17. 不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合



同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任。



任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应书面以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。



第四部分 投标文件格式

资格审查文件封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查）

（上册）

采购项目编号：

项目名称：

采购项目包号：

投标人：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日



资格审查文件目录（上册）

(1) 投标函.....所在页码

(2) 法定代表人证明书.....所在页码

(3) 法定代表人授权书.....所在页码

(4) 投标人承诺函.....所在页码

(5) 投标人诚信承诺书.....所在页码

(6) 资格证明材料.....所在页码

(7) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料...所在页码

(8) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料.....所在页码

(9) 无重大违法记录声明.....所在页码

(10) 未被列入“失信被执行人”的证明.....所在页码

(11) 投标保证金证明.....所在页码



（1）投标函

投标函

致：青海有所为工程项目管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号/包号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。
- 2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起60日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。
- 3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。
- 4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人姓名：_____ 职务：_____

投标人： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)

年 月 日



（2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海有所为工程项目管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：_____年龄：_____民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：

（公章）

年 月 日



（3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海有所为工程项目管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址_____。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

_____项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：_____ 授权人（法定代表人）签字：_____.

职务：_____ 职务：_____.

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：

（公章）

年 月 日



（4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海有所为工程项目管理有限公司

关于贵方____年____月____日_____（项目名称）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月 日



（5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海有所为工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月 日



（6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会信用代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。`



（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或上一年度（2021年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。



（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标供应商应按不低于招标项目要求，针对该项目的实施，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；须提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书和用工合同等证明材料。



（9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海有所为工程项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明。

投标人：(公章)
法定代表人或委托代理人：(签字)
年 月 日



（10）未被列入“失信被执行人”的证明

经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前 20 天内）。



(11) 投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海有所为工程项目管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号/包号为：_____）递交保证金人民币_____（大写：人民币_____元）已于_____年_____月_____日以基本户转账方式汇入你方指定账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户 名:

开户银行:

开户帐号:

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人: (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

年 月 日



（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投标文件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

采购项目包号：

投标人：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日



目录（下册）

(12) 评分对照表.....所在页码

(13) 开标一览表（报价表）.....所在页码

(14) 分项报价表.....所在页码

(15) 技术规格响应表.....所在页码

(16) 投标产品相关资料.....所在页码

(17) 投标人的类似业绩证明材料.....所在页码

(18) 制造（生产）企业小型、微型企业声明函.....所在页码

(19) 残疾人福利性单位声明函.....所在页码

(20) 投标人认为在其他方面有必要说明的事项.....所在页码

注：此目录投标人可按实际需求编写



(12) 评分对照表

评分对照表

序号	招标文件评分标准	投标响应部分	投标文件中对应页码



(13) 开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

供应商名称：
项目编号/包号：
单位：人民币（元）

项目名称	投标报价	交货期 (日历日)	备注
	大写:		
	小写:		
优惠承诺及其他:			

- 注：1.填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。
2.“投标报价”为投标总价。
包1~包4：包括产品费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用；
3.“交货时间”是指产品能够交付使用的交货期。
4. 除在标书中编制此表以外，为方便开标唱标，投标人应单独密封一份“开标一览表”，并标明“开标一览表”字样。该密封的“开标一览表”和投标文件正本中的“开标一览表”应完全一致。
5. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：(公章)

法定代表人或委托代理人：(签字)

年 月 日



(14) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1								
2								
3								
4								
...								
投标总价		大写： 小写：						

注：1、本表只能按招标文件第五部分“技术参数及要求”中所列产品名称及数量逐项填入所投产品品牌、规格型号、生产厂家、数量及单位、单价、合计及免费质保期等，不得填入其他税费或与表内无关内容，否则视为招标文件出现偏差一项。

2、单价、总价包含：产品费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

3、投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

年 月 日



（15）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

采购需求技术参数、指标			投标产品技术参数、指标		偏离
序号	名称	技术参数及配置	名称	技术参数及配置	
1					
2					
...					

注：1.本表应按照“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

年 月 日



（16）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关合格证明等资料。



（17）投标人的业绩证明材料

投标人的业绩证明材料

提供投标截止日近3年的投标人类似业绩证明材料（2019年07月26日至2022年07月25日），业绩证明材料须提供包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印件并加盖投标供应商公章，类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能等方面相同或相近的项目。



（18）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海有所为工程项目管理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司_____（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：（公章）

制造（生产）企业法定代表人：（签字）

年 月 日



（18.1）从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海有所为工程项目管理有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本公司从业人员数为_____人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称： （公章）

制造（生产）企业法定代表人： （签字）

年 月 日



（19）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海有所为工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为_____人，安置的残疾人人数_____人。且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：_____（公章）

企业法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日



（20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定



第五部分 采购项目要求及技术参数

（一）投标要求

1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“+、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

2.重要指标

2.1 招标文件在技术参数中列出了投标供应商可以接受的最低技术指标，投标供应商必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。



3.商务要求

包1~包4:

3.1.交货时间：签订合同后20个日历日；

3.2.交货地点：甲方指定地点

3.3.付款方式：详见“第三部分 青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定；

3.4免费质保期：3年。

3.5保证以上设备性能、程序和技术等是国内同行业市场上最新、最优产品。保证设备软件功能全部开启而且要终身免费升级。 修期要求 一般不低于3年--5年，国家有规定的不低于法定年限，可在合同中具体约定。要求设备耗材在市场上通用。

（二）项目基本情况及技术参数要求



设备清单及技术参数

包 3：设备清单

序号	名称	数量
1	双目筛查仪	1
2	客观听力测试仪（进口）	1
3	胎心监护仪（进口）	3
4	新生儿心电监护仪	3
5	经皮黄疸仪	3
6	远程超声胎儿监护	1
7	超声胎儿监护	1
8	骨密度分析仪	1
9	多功能近视弱视综合治疗仪	1
10	多功能智能哺光仪	2
11	3D 多媒体视觉健康训练系统	1
12	多功能弱视近视综合治疗仪	1
13	同视机	1
14	标准视功能检查箱	1
15	全自动电脑验光仪	1
16	验光片箱	1
17	综合验光台	1
18	裂隙灯显微镜	1
	合计	25



包三：

3、设备参数

序号	名称	数量	参数
1	双目筛查仪	1	5.0 英寸彩色触摸操作 LCD 显示屏幕 - 显示屏幕分辨率:800 × 480 像素 45° 前倾屏幕，方便使用者以任何姿势操作。 - 筛查内容:屈光筛查(近视、远视、散光、屈光参差)、眼位变化、瞳孔大小及间距、矫正视力。 - 可直接在主机上输入中文病人信息。 - 双眼同时进行测量。 - 可对单眼进行测量。 - 等效球镜度数测量范围:-7.50D 至+7.50D, 0.25D 递增, 精确度:-3.50D 到 3.50D ±0.50D;-7.50D 到 <-3.50D ±1.00D;>3.50D 到 7.50D ±1.00D - 柱镜度数测量范围: -3.00D 到+3.00D, 0.25D 递增, 精确度: -1.50D 到 1.50D ±0.50D;-3.00D 到<-1.50D ±1.00D >1.50D 到 3.00D ±1.00D - 轴位范围:1° 到 180° , 1° 递增, 精确度:±10° (对于柱面值>0.5D) - 测量瞳孔直径范围:4.0mm-9.0mm, 0.1mm 递增, 精确度:±0.4mm, 可测量散瞳病人 - 测量瞳距范围:35mm 到 80mm, 1mm 递增, 精确度:±1.5mm - 斜视测量:鼻、颞方向范围 0° 到 20° , 精确度±1.5° ;上、下方向范围 0° 到 20° , 精确度±1.5° - 平均测量时间:1S - 测量距离:1M - 距被测者距离提示:系统主动测距提示过远或过近。并以背景颜色区分是否在正确测量范围内。 - 敏感性/特异性高于 90% - 注视方式:多彩交替灯光及雨林环境音效。 - 保护腕带, 预防掉落 - 数据接口:Wi-Fi / USB - 打印机接口:Wi-Fi / USB - 可从电脑批量输入、输出患者信息队列, 提高筛查效率。 - 报告形式:便签报告或 A4 彩色图文报告(打印机需选配) - 电池预期寿命:2.5 年 - 产品尺寸:21.6cm × 17.1cm × 12.1cm - 设备重量 ≤ 1.15KG - 适用对象:6 个月-100 岁 - 无线网络:802.11 b/g/n - 运行温度:+10° C 至 +40° C



			30. 运行湿度:相对湿度 30%至 75%(无冷凝) 31. 存储/运输温度:0° C 至 +50° C 32. 存储/运输湿度:相对湿度 0%至 95%(无冷凝)
2	客观听力测试仪 (进口)	1	1. 品牌、类型:原装进口、手持便携式(标配便携包) 2. 功能:TEOAE 筛查 或 DEOAE 筛查(二选一) 3. 用途:综合判断听力损失程度与类型;综合判断蜗性听力损失等 4. 探头:超轻耐用的金属探头,长度≥1 米,重量<30 克 5. 独有的耳针设计,防止盯聆堵塞探头 6. 探头接口:HDMI 7. 按键操作:可靠度高,包括设置、变换显示、重新开始、停止均可通过 4 键完成 8. 操作语言:全彩中文操作测试界面,简单易学 9. 数据传输及打印:无线蓝牙传输打印测试结果,主机与打印机通过无线蓝牙连接,3 秒钟内可通过远程打印机自动打印出测试结果 10. 可选用专用中文软件实现由电脑显示、存储及打印测试结果 11. 测试结果显示:测试过程、噪音水平、耳内容积、信噪比强度、测试结果等以图形、PASS/REFER 的方式在 LCD 液晶显示屏上实时清晰显示 12. 储存:测试结果可保存在主机内,至少可以保存 500 个结果 13. 抗干扰能力:具有在环境噪声≥60dB SPL 均可顺利完成测试的超强抗干扰能力, 14. 电 源:3.7 V, 1700mA 可充电锂离子电池,单次使用时间达 20 小时 15. 尺寸和重量:长 x 宽 x 高:6.6x3.1x14.5cm /176g,符合人体工程学设计,专为国内临床操作人员设计,适合手持操作使用,外壳蓝白配色,以深蓝为主色调,从色彩上带给患者放松但又严肃的感觉,更能体现测试的权威性,符合医院的整体色调搭配。 16. 数据库管理功能: (1) 可按需求添加测试数据管理信息,更加精准细致; (2) 一键导出 Excel 表格式患者信息,方便数据管理; (3) 可自动计算与统计筛查通过与转诊率,方便数据统计; (4) 可一键新建数据库,方便患者信息的整理与分类;



			(5) 可将测试结果任意指定到患者名下，管理自由度高； (6) 免费开放数据协议，便于与医院 HIS 系统对接。 17. 有多种操作软件可满足您的不同需求，Sessions、HearSIM、ERO-SCAN Database 软件可选，可实现多设备同数据库间的联动，不同体验，不同搭配。 18. 为了检查的准确性，要求客观听力筛查仪必须在不少于 2 平米专业隔音室中检查。
3	胎心检测仪 (进口)	3	1. 要求可监测胎心率 (FHR)、宫缩压力 (TOCO)、自动胎动 (FMP) 和母体脉搏 (SMART 脉率，源自 TOCO 探头)、母体 无创血压 (NIBP，带脉率)、母体血 氧饱和度 (SpO2，带脉率)； 1. 所有功能触摸屏幕操作，使操作简单方便，人性化操作界面； 3. ≥6.5 英寸 TFT 彩色触摸显示屏，可倾斜、折叠，视角宽，且大字体显示，适合远距离观察，可有效降低医务工作者的劳动强度； 4. 屏幕可根据配置情况自动调整布局，使内容显示均匀分布，优化视觉效果； 5. 传感器材质细腻、轻便，佩戴舒适，易于清洁，防水设计； 6. 多晶体宽波束超声探头，低发射频率，低超声强度，对胎儿安全可靠； 7. 具有专利 技术的 Smart Pulse 功能，即宫缩压 力探头 (TOCO) 整合有母体搏测量功能，无需另外配置相应功能模块和附件即可测量母体脉率； 8. 可选配升级同时监护三胞胎，以满足可能的临床需要； 9. 具有超声传感器信号质量指示功能，帮助探头放置在信号获取最强的位置； 10. 具有胎心信号跟踪锁定技术，能有效排除干扰信号，确保准确获取胎心信号，且能将超声能量降到最低； 11. 具有自动通道管理功能，胎儿传感器插槽可任意连接胎心、宫缩探头、手动胎 动标记器和母体参数测量模块； 12. 配备工作站并承担 RIS 或 HIS 工作站端口的接口费
4	新生儿心电图监护仪	3	1. 宽屏高清显示： 1.1 尺寸 ≥10 英寸，观察波形通道 ≥8 道，屏幕倾斜角 ≥13°，便于医务人员操作和观察。 1.2 屏幕比例为 16:10 的 WXGA 宽屏，支持同屏显示更长的波形；高清显示，分辨率 ≥1280×800，对具有生理意义的波形提供高清晰度的准确显示。 2. 标准配置：3/5 新生儿导心电 (ECG)，呼吸 (RESP)，无创血压 (NIBP)，血氧饱和度 (SpO2)，脉率 (PR)，双体温 (2×TEMP)，锂电池。 3. 可选配：Masimo 和 Nellcor 血氧技术，并可以选配血红蛋白 (SpHb)，高铁血红蛋白 (SPMet)，碳氧血红蛋白 (SPCO)，脉搏变异指数 (PVI)，双有创压力 (2×IBP)，主流或微流呼末二氧化碳 (EtCO2)。 4. 可进行监护的患者类型包括：成人、小儿、新生儿。 5. 低耗能，无风扇设计。 6. 显示界面： 6.1 提供 6 种不同的布局界面：5 波形、8 波形、大字体/编号布局、呼吸氧合布局、层叠 ECG、大 ECG 布局。（提



		供样机证明) 6.2提供6种科室界面：包含OR、ICU、GW（住院病房）及自定义界面。 7.心电： 7.1 标配 3/5 导联 ECG 功能； 7.2具有监护、手术（滤波）和诊断等3种以上的滤波模式；7.3具有专门的陷波滤波器功能，用于去除50Hz或60Hz工作频率的网电源干扰。 8.心律失常分析和ST分析功能 9.心率：具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。 10.血氧：标配具有灌注度指数(PI)的进口血氧技术：Masimo或FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态。 11.呼吸： 11.1常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。 11.2阻抗法监测呼吸，具有“自动”和“手动”两种检测模式：可通过”手动检测模式“调整检测水平，并将该水平以虚线在RESP通道显示，适用于呼吸率与心率接近、间断指令通气和呼吸微弱患者，提高呼吸检测准确性。 12.无创血压： 12.1多组NIBP测量结果，在主界面具有2种显示方式：”表格“和”图形“ 12.1.1以”表格“显示，反馈每组结果的精确值：以时间先后为顺序，以三个数值（收缩压、舒张压、平均压）形式显示NIBP结果， 12.1.2以”图形“显示，反馈各组结果的变化趋势：沿着水平的x-轴会出现一个时间范围，参数值沿着图形显示的y-轴垂直分布 12.2. 具有静脉穿刺辅助功能，一键实现操作。（提供样机演示） 13. 呼气末二氧化碳： 13.1可选配主流etCO₂，或Oridion MicroStream®的微流etCO₂。13.2主流etCO₂技术，适用于插管患者。 13.3Oridion MicroStream® 微流etCO₂技术，采样速率≤50ml/min。自动校准，无需手动校准。无需预热，最大反馈时间<6秒。 14. 数据存储： 14.1单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥200小时的数据趋势。 14.2单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥180条报警事件。 14.3单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥10道波形的全息无压缩波形，上述10道以上的全息波形，同步存储时间均要求≥48小时。 15.1可选配记录仪： 15.1可同时打印≥4道以上的实时波形。 15.2多种触发记录方式：生理报警触发、NIBP自动触发等。 15.3 可打印多种形式的波形：实时波形、连续波形、冻结波形，以及存储的各类趋势、报警事件、全息显示等。
--	--	--



			16. 电池（对下述内容提供证明文件、照片或屏幕截图，并进行样机演示）： 16.1 可选配大容量锂电池，该选配锂电池单块容量$\geq 6000\text{mAh}$。 16.2 可通过监护仪，实时显示电池的充电周期计数、设计容量、剩余电量、电量百分比等信息，准确反馈电池状态。
5	经皮黄疸仪	3	功能要求：适用于无创、无痛动态监测新生儿血清胆红素经皮值。 测量原理：利用蓝色光波（450nm）和绿色光波（550nm）在皮肤组织内的吸收差异，来检测沉积于初生婴儿皮肤组织内的胆红素浓度，适合所有肤色的条件。 1、检测方法：绿、蓝光比较,光源反射式 2、显示方法：三位数显（两位整数，一位小数） 3、单位显示：mg/dl和$\mu\text{mol/L}$切换 4、平均值计算：可自动计算2-5次测量的平均值 5、电池电量显示：屏幕右上角 6、充电显示功能：充电时可显示充电进度 7、示值误差：00~15± 1；16~25± 1.5 8、光源：氙闪光灯,寿命大于15万次 9、开启准备时间：小于3秒 10、校验盘 对白色屏（“00”）显示00.0或00.1 对黄色屏（“20”）显示20.0± 1 11、电源：每充足一次电至少能检测800次 12、充电器： 输入220V 50Hz 输出5.0V 500mA DC 13、使用环境： 14、温度$^{\circ}\text{C}$：5~40、相对湿度：$\leq 90\%$
6	远程超声胎儿监护	1	无线超声胎儿监护仪技术参数 超声胎儿监护仪 300F（远程胎心监护） 1.主机中有液晶显示模块(LCD) 电子电路----微处理器、信号处理系统、音频系统、显示系统和电源。监护曲线及监护状态皆显示在液晶屏上，通过按键可进行音量调节、模式切换、宫缩归零、胎儿唤醒等。 2.超声胎心探头和宫缩压力用弹性绑带固定在孕妇腹部。 3.APP 自动胎动计算。 4.内置大容量锂聚合物充电电池（3.7V/3000mAh） 5.充电输入：AC 100-240V，50/60Hz 0.15A. 输出：DC 5V、1000mA；输入功率：10VA。 6.工作模式：内部电源供电；充满电后连续工作 6 个小时以上。



- 7.超声探头：多晶片、宽波束，脉冲工作方式，高灵敏度 8.声工作频率：1.0MHz±5%
- 9.胎心测量和显示范围：50bpm~210bpm；胎心率测量误差：±2bpm。
- 10.宫缩测量范围及误差：0 压力单位~100 压力单位，误差小于±10%。
- 11.宫缩压力数值的温度漂移：1 单位/min/°C (空气中)
- 12.液晶屏显示胎心率/胎心率曲线、宫缩压/宫缩压力曲线、胎动个数、音量等监护状态。
- 13.当胎心率超出 110bpm-160bpm,胎心率字体变成红字进行提醒；
- 14.主机与 APP 软件通过蓝牙 4.0 协议进行数据交互
- 15.手机 APP 可实时播放胎心曲线和胎心声音
- 16.APP 可完成胎心数据上传、回放、储存、下载及分享等功能
- 17.自动关机：当设备在持续无胎心信号 3 分钟后，将会自动关机。
- 18.主机尺寸：144mm×71mm×29mm 净重： 385g±5g(不含电源设配器等配件)
- 19.工作环境：温度：+5℃ ~ +40℃ 湿度：≤ 80% 大气压力：86KPa ~ 106KPa
- 20.运输和存储环境：温度：-20℃ ~ +55℃ 湿度：≤ 95% 大气压力：50KPa ~ 106KPa
- 21.胎心探头具备内置胎儿唤醒功能。
- 22.附胎监系统软件技术参数
23. 主要用途：远程胎儿监护网络系统采用互联网的连网方式与胎儿监护仪连接，可连接的胎儿监护仪理论上无上限，对连接孕妇的胎儿心率、宫缩压力、胎动的生理参数进行实时监护。可对某一孕妇进行重点监护观察其各生理参数的趋势。特殊病例根据存储的信息可为以后的治疗提供参考和依据。系统可进行文字报警和声音报警提示。可对当前处于监护的孕妇和以前监护过的历史孕妇进行各种所需数据的回顾查看、打印等操作。系统由胎儿监护网络系统、设备终端组成。
- 24.中央主机配置：X86主机一台； CPU:英特尔酷睿I3-8100T处理器，至少4G以上内存，500G以上硬盘，23.8寸显示器，windows 10操作系统。
- 25.采用以太网或4.G WIFI，不用重新布线，可连接所有院外胎儿监护仪，同时监护的人数理论上无上限。
- 26.院外采用无线网络将孕妇的胎心率、宫缩值、胎动数据传输到中央主机，有利于大面积的推广使用，实现无距离限制的数据传输。
- 27.中央主机本地可存储≥100 万病例资料及胎心率监护图形，云端可存储的病例资料无上限，并且可随时调出储存监护资料，进行分析、评分或打印输出。强大的浏览和查询功能，使查找病例资料简单快捷。
- 28.中央站显示胎儿心率曲线、宫缩压力曲线、胎动标记、医生事件标记、当前时间、孕妇姓名等信息，并可冻结和回放。
- 29.打印本次监护报告后可选择自动评分，并提供多种国际标准的评分方式用以选择。
- 30.具有超限/到点报警功能
- 31.温度范围：10-40℃。
- 32.环境相对湿度≤70%；电压：AC220V±2%。
- 33.*实时动态传输
- 34.胎儿监护数据信息实时同步动态连接孕产妇、产科医生、中央工作站。保障异常情况及时处理。
- 35.系统AI智能分析
- 36.自动分析



			37. 自动回复 38. 自动报警 39. 高效辅助医生诊断 40. 24小时365天无间断、全天候监护服务 41. 孕妇和医生在互动平台交流 42. 24小时监护判图和回复，并做好监护提醒服务。为远程胎儿监护所需的报告解读、胎心预警提供人工服务支持。 43. 对高危重点人群孕产妇实现五星管理服务。 44. 系统可根据孕妇的高危等级进行分级管理，最高管理等级为五星级。工作人员根据星级提供服务，高等级孕妇将提供更加细致、周到的监护服务。
--	--	--	---



远程超声胎儿监护（10 个终端）配置清单

序号	名目	数量
1	主机	10 台
2	监护探头	10 套
3	电源线	10 条
4	绑带	10 套
5	电源适配器	10 个
6	耦合剂	10 瓶
7	胎监系统软件	10 套
8	巡诊箱	10 个
9	用户手册	10 本
10	保修卡	10 张
11	合格证	10 张

序号	名称	数量	参数
7	超声胎儿监护	1	1. 胎儿（院内/院外）监护系统是将医院内部的门诊、病房、待产室、产房，院外移动胎儿监护的多台联网，进行集中管理；中央主机可以操控院内终端，院内终端的操作亦可自动显示于中央主机 2. 同时监护六位孕妈，最大标配 32 床位监护软件，无需后续添加系统升级。 3. 可对某一孕妈进行重点监护观察病人的各生理参数的趋势。特殊病例根据存储的信息可为以后的治疗提供参考和依据。系统可进行文字报警提示。可对当前处于监护的病人和以前监护过的历史病人进行各种所需数据的回顾查看、打印等操作。 4. 减少了院内监护的操作程序，可进行隔室操作，四种国际评分功能可选用：Krebs、改良 ficher、ACOG、SOGC；中文输入孕妇名称详细质料，可保存病例可以随时调取打印，以备丢失可以随时补打报告避免不必要的医疗纠纷，自动评分功能给作业提供参考和对比更加准确精细，帮助提高工作效率。 5. 可无缝对接医院院内智慧产科系统，医务人员在办公电脑浏览胎心报告，节约时间，为以后无纸化医院最好基础，孕妇做胎心同时学习视屏孕妇学校知识，起到宣教同步进行； 6. 中央主机配置：X86 主机一台；CPU：英特尔酷睿 I3 处理器，4G 以上内存，500G 以上硬盘，23 寸以上



		显示器，windows 7 操作系统。 7. 多种网络双向互联，支持无线网络（含 WIFI）、有线网络，根据需要可自由组合。 8. 院内采用无线网络将孕妇的胎心率、宫缩值、胎动数据传输到中央主机，有利于打面积的推广使用，实现无距离限制数据传输。 9. 中央主机可存储≥100 万病例资料及胎心率监护图形，并且可随时调出储存监护资料，进行分析、评分或打印输出。强大的浏览和查询功能，使查找病例资料简单快捷。 10. 中央站显示胎儿心率曲线、宫缩压力曲线、胎动标记、医生事件标记、当前时间、孕妇姓名等信息，并可冻结和回放 11. 打印本次监护报告后可选择自动评分，并提供多种国际标准的评分方式选择 12. 具有超限/到点报警功能，胎儿远程唤醒功能。 13. 支持自动播放 CTG；全程 CTG 浏览便于快速了解整体监护情况，可以选段诊断、打印； 14. 打印心率尺度范围支持国标/美标两种格式，支持 A4/B5 等纸型 15. 温度范围：10-40℃。 16. 环境相对湿度≤70%；电压：AC220V±2%。 参数： 1. 可根据用户不同需要任意配置组合，可作为单机使用，也可与中央监护站无线联网组成无线智能网络胎儿监护系统使用。 2. 便携式无线超声胎儿监护仪，标配无线胎心探头、无线宫缩探头、无线胎动笔，采用 BLE4.0 蓝牙技术传输到主机，实时监测；使用更方便、更灵活。 3. 主机与无线探头自由配对，多台仪器使用时，无需记住主机与探头之间的配对关系，即拿即用即放，多个探头可任意放置，自由配对于毫秒之间。 4. 轻巧、便携，设备摆放灵活多样，可平放亦可壁挂，节省空间，操作简便。 5. 可以监测分娩的各个阶段（包括产前和分娩对胎儿的整个阶段的监测需要）。 6. 采用 3.5 寸高清 TFT 彩色显示屏，当连接中央监护站时，显示屏显示当前监测的孕妇信息，包括姓名、床号。 7. 液晶屏显示胎儿心率曲线、宫缩压力曲线、胎动标记、时间、音量、主机电池电量、探头电池电量、孕妇姓名等信息，并可冻结和回放。 8. 具有多种报警功能，如胎心过速过缓、电量低等，胎心报警设置可根据需要调节。 9. 采用先进的 DSP（数字信号处理）技术，内置 Tensilica L106 MCU 消除蜂窝/蓝牙等干扰，实时识别和测量胎心率，测量结果准确、可靠。 10. 采用多晶片超高灵敏度宽波束脉冲探头，坚固耐用，抗震抗摔，超声功率低，使用更安全。 11. 无线胎心探头独有内置胎儿唤醒功能（专利技术），并且探头抗震抗摔防水防尘，灵敏度高。 12. 主机充满电可支持连续使用 8 个小时以上，探头充满电可支持 8 个小时以上的胎心监测。 13. 采用飞梭按键操作，方便简单。 14. 内置 3.7V 高密度高容量聚合物锂离子电池（Polymer Lithium Battery），充满电时可连续使用 8 个
--	--	---



		时以上；可接外部电源使用。 15. 具有智能电源管理技术、Smart Power On&Off、动态电量平衡系统。 16. 具有探头自动关机功能：探头持续20分钟没有信号自动关机，节能省电。 17. 具有探头自动充电功能：当探头放置于主机的探头槽内，即可自动充电。 18. 无线通讯使用挪威Nordic低功耗蓝牙技术，采用FCC&CE认证的ESP-12S WIFI模块，，基于AES硬件加密，具备防止暴力破解、密码猜测、数据恢复等功能。 19. 标准化接口，可选配与 HIS/EMR 等系统互联互通，实现 无纸化胎监，可选配支持刷卡、扫码等多种方式识别患者身份。
--	--	---



超声胎儿监护配置清单

项 目	单位	数量	备注
台车	台	2	含配件篮、耦合剂支架
电源线	条	2	
一体机电脑	台	2	含无线鼠标、键盘
无线路由器	台	2	含电源适配器、网线
打印机	台	2	含数据线、电源线
无线胎心探头	台	6	
无线宫缩压力探头	台	6	
钥匙	把	2	
加密狗	个	1	
接地线	条	1	
电源接线极	个	1	
保修卡	份	1	
合格证	份	1	
使用说明书	份	1	
绑带	套	6	
耦合剂	瓶	6	



序号	名称	数量	参数
8	骨密度分析仪	1	主要技术规格 1.1探头工作频率:核心频率1.25MHz, 偏差$\leq \pm 15\%$; 1.2探头组成:完全自主研发四晶体超声探头; 1.3收发模式:轴向超声波传导技术, 双晶体发射双晶体接收, 自动消除软组织干扰, 确保数据的高准确度、高重复性; 1.4检测部位:桡骨、胫骨; 1.5测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄; 1.6 Z值趋势图、 T值趋势图; 1.7声速显示范围:2200m/s~4800m/s; 1.8高测量重复性:$\leq \pm 0.15\%$; 1.9支持探头类型: LM、LU、LS、LR; 1.10在黄铜、有机玻璃双重校准下误差$\leq \pm 50\text{m/s}$; 1.11 快速、高精度两种测量模式; 1.12单点检测速度:$\leq 0.4\text{s}$; 1.13单次测量时间$\leq 10\text{秒}$。 1.14主机重量:$\leq 4.4\text{kg}$; 1.15操作平台: 安卓触摸屏操控; 二、产品功能 2.1探头导航:实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角, 角度显示偏转精度0.1° ; 2.2 视频播放: 儿童检查时播放动画片。动画片内容可更换、增减; 2.3 联网功能: 2.3.1 数据联网方式: 支持有线、WIFI、4G模块(可选) 联网; 2.3.2 支持DB (SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL)、Http、WebService数据接口, 将检测数据传输至医院网络系统; 2.4实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间, 直观易懂; 2.5显示患者详细信息资料并可编辑; 2.7多外置接口开放: 可外接扫码枪(选配)、身份证读卡器(选配), 实现病人信息快速录入; 2.8病案管理功能: 可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理; 2.9 提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单; 2.10 自动生成报告单; 2.11 支持保存报告单为PNG、JPG、BMP及PDF等格式; 2.12 便携式校验模块(带温度指示条): 用于检测前设备的校验, 确保检测数据准确性; 2.13云服务功能 2.13.1检测结果直接传输至受检者微信;



			2. 13.2受检者多次检测结果统计、分析； 2. 14报告单自定义:可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求； 2. 15骨密度主机内置探头装置:防止探头磕碰，增加探头使用时间，保护探头寿命； 2. 16适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库； 2. 17辅助测量装置：固定桡骨检测部位，提高检测数据的准确度； 2. 18双屏功能：拓展显示内容，检测动画、检测曲线分屏显示，检测便捷、准确； 2. 19 探头自动休眠，有效延长探头使用寿命
9	多功能近视弱视综合治疗仪	1	多功能弱视近视综合治疗仪技术参数 1. 环境温度：10-40度 2. 电源电压：220±10%50HZ±2% 3. 治疗镜工作方式：弱视、近视两种工作方式 4. 工作时间：自动定时 5. 光源成像距离：大于明视距离。 弱视：以0.3HZ频闪速度闪烁持续6MIN之后，后像灯亮1MIN；以5HZ频闪速度闪烁持续6MIN之后，后像灯亮1MIN；以8HZ频闪速度闪烁持续6MIN之后，后像灯亮1MIN；峰值波长(nm)：630； 近视：以0.3HZ频闪速度闪烁持续6MIN之后以5HZ频闪速度闪烁持续6MIN之后；峰值波长(nm)：±560
10	多功能智能哺光仪	2	多功能智能哺光仪产品参数： 1、红光哺光仪的红色激光的参数：红色激光具有一类安全激光检测报告。输出功率：2mW±0.5mW红光波长：650nm±10nm训练时间：3min±10%入眼能量：2.23mW/cm2入眼功率：0.28mW红光启动后进行3分钟的红光治疗，哺光仪能自动倒计时，3分钟时间到了后红色激光能自动关闭，并能提示需闭眼休息5分钟。 2、调节训练VR设备中的显示屏幕能前后移动，在VR的光学透镜作用下能实现物像最远从60米远到无穷近的远近调节训练。调节训练的内容是趣味化的需要操作交互的VR游戏，而不是图片或是视频在远近移动。 3、视功能训练双眼视训练功能需包括视觉追随和视觉扫视训练、融合功能训练和立体视功能训练，训练的内容都是趣味化的需要操作交互的VR游戏。
11	3D多媒体视觉健康训练系统	1	3D多媒体视觉健康训练系统技术参数 1、软件环境：全面支持 Windows 操作系统，Windows7, Windows8/8.1、Windows 10 2、硬件环境：a) CPU: 酷睿i3同等或更高配置；b) 内存：4GB及以上； c) 显卡：标准VGA, 24位真彩色；d) 显示器：分辨率1920 x 1080及以上，支持偏振光3D。 e) 其他：鼠标、键盘、声卡、音箱或耳机，偏振光3D眼镜。 语言环境：支持简体中文和繁体中文。 3、项目产品模块：分为精细刺激训练、视觉技巧训练、双眼视功能训练、Gabor类训练、对比敏感度训练与信息提取训练6个模块，172个视觉训练项目和几百种刺激模式，具体训练 项目详见附表1。 4、训练系统：仅能在预装的带偏振光3D显示屏的电脑上使用，不支持带回家使用。支持用 户名密码登录，



			也支持微信扫码登录；可查看每一天、每一次的训练内容，也可查看每一次训练的时间和积分。
12	多功能 弱视近 视综合 治疗仪	1	一、 主要功能：三级功能检查 三级功能训练 白光闪烁 红光闪烁绿光闪烁 后像 二、 结构性能： 1、瞳距可调，调节范围：Min≤45mm Max≥75mm 2、左、右镜筒可绕竖轴转动，转动范围：集合>50° 开散>40° 3、左、右镜筒之画片相对光轴可上下调节，调节范围：>6mm 4、下颌托调节范围：上下调节>25mm 5、额架调节范围：上下调节>25mm 前后调节>20mm 三、 电气性能： 1、电源电压：a. c. 220V 50Hz 2、输入功率：50VA 3、光闪烁装置：手动和自动 4、自动光闪烁频率调节范围：0. 5Hz-5Hz 5、自动光闪烁点灭交替方式： 一个周期中闪烁方式分为： 1/4 点 3/4 灭 1/2 点 1/2 灭 3/4 点 1/4 灭 6、自动光闪烁装置种类： 左右同时点灭或左右交替点灭 左右中一方常点，另一方常灭 左右中一方点灭，另一方常点或常灭左右照明灯应能同时点灭 7、画片：9副画片照明亮度可调节 白灯 15 个 红灯 15 个绿灯 8 个 四、使用环境：环境温度：5℃～40℃ 相对湿度：≤80%RH 大气压力：860hPa～1060hPa 储运温度：-40℃～55℃



13	同 视 机	1	标准配置 1、四孔灯一套、 2、立体视检测板一套、 3、隐斜检查仪一套、 4、调节检查尺一套、 5、可调双面镜5支、 6、视力卡一套、 7、笔灯一支 8、近用指示条一个 使用说明 四孔灯：主要是用来检查有无抑制，以确定一级同时视；有无复视，以确定二级融像功能，判断主眼的眼别和视网膜对应情况 立体检测板：目前精度最高端的立体检测卡。无需佩戴红绿眼镜或偏振眼镜即可进行测试 隐斜检查仪：诊断眼位异常的仪器，主要用于检查人眼的隐斜和隐斜的三棱镜度数 调节检查尺：根据移近法调节近点的原理，用于人眼调节功能的测定 可调双面镜：调节灵敏度训练，瞳距范围40-80，根据不同训练者需求调整瞳距。
14	标准视 功能检 查箱	1	1、测量范围： SPH0.12-20.00、SYL0.12-6.00 2、单片尺寸： 外径37.8mm，内径26mm 3、单片材质： 光学镜片+塑料外圈 包装尺寸： 53x39x7.8cm



15	全自动电脑验光仪	1	全自动电脑验光仪招标参数 1、顶点距离：0.0mm, 12.00mm, 13.5mm, 15.00mm 2、球镜度：-30.00D~+25.00D（VD=12mm，每步：0.12D，0.25D） 3、柱镜度：0.00D~±12.00D（每步：0.12D，0.25D） 4、轴位：1°~180°（每步1°） 5、散光符号：-，+ 6、最小可测瞳孔直径：2.0mm 7、瞳距：10-85mm 8、角膜曲率半径：5mm~13mm（每步0.01mm） 9、角膜散光：0.00~-15.00D（每步：0.05，0.12，0.25D） 10、角膜散光轴位：0°~180°（每步1°） 11、打印机：热敏打印机 12、显示器：10.1英寸彩色 TFT 液晶显示器 13、电源：AC110-240V, 50/60Hz 14、功率：100VA 15、操作模式：全自动/手动 16、外箱尺寸：720mmx480mmx720mm 17、移动方式：全自动跟踪 18、行程范围：左右±42.5mm，前后±18mm，上下±20mm
16	验光片箱	1	1. SPH 0.12-20.00 SYLY 0.12-6.00 2. 标准装箱数：232 片 单片材质：光学镜片+塑料外圈
17	综合验光台	1	1、台面尺寸：1020*510MM 2、工作台旋转范围：90 度 3、额定电压：220-240V AC 4、频率：50-60HZ
			1. 显微镜类型 交角体视式 2. 变倍形式 物镜两档可变 3. 目镜 10× 4. 总倍率及视场 10×（Φ18mm）、16×（Φ14.5mm） 5. 瞳距调节范围 55mm~82mm



18	裂隙灯显微镜	1	6. 屈光度调节 $\pm 6D$ 7. 裂隙宽度 0~14mm 连续可调(在 14mm 时，呈圆形) 8. 裂隙高度 1mm~14mm 连续可调 9. 裂隙角度 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 旋转，垂直到水平方向连续可调 10. 光斑直径 $\varnothing 14mm$、$\varnothing 9mm$、$\varnothing 5.5mm$、$\varnothing 0.3mm$ 11. 滤色片 隔热片，无赤片，钴兰片 12. 照明灯泡 6V/20W 卤钨灯泡
----	--------	---	---

