

公开招标文件

采购项目编号：青海海晟公招（货物）2025-004-02

采购项目名称：青海省彩票公益金支持高品质养老服务社区项目
（包二）

采 购 人：青海省达日县民政局

采购代理机构：青海海晟工程项目管理有限公司

2025年5月22日

目 录

第一部分 投标邀请.....	1
第二部分 供应商须知.....	4
一、说明.....	4
1. 适用范围.....	4
2. 采购方式、合格的供应商.....	4
3. 投标费用.....	4
二、招标文件说明.....	4
4. 招标文件的构成.....	4
5. 招标文件、采购活动和中标结果的质疑.....	4
6. 招标文件的澄清或修改.....	5
三、投标文件的编制.....	5
7. 投标文件的语言及度量衡单位.....	5
8. 投标报价及币种.....	5
9. 投标保证金.....	6
10. 投标有效期.....	6
11. 投标文件构成.....	7
12. 投标文件的编制要求.....	7
四、投标文件的提交.....	8
13. 提交投标文件的时间、地点、方式.....	8
五、开标.....	8
14. 开标.....	8
六、资格审查程序.....	9
15. 资格审查.....	9
七、评审程序及方法.....	9

16. 评标委员会.....	9
17. 评审工作程序.....	11
18. 评审方法和标准.....	13
八、中标.....	16
19. 推荐并确定中标人.....	16
20. 中标通知.....	17
九、授予合同.....	17
21. 签订合同.....	17
十、其他.....	18
22. 串通投标的情形.....	18
23. 废标.....	18
24. 中标服务费.....	19
第三部分 青海省政府采购项目合同书范本.....	19
第四部分 投标文件格式.....	32
封面（上册）.....	32
目录（上册）.....	33
（1）响应函.....	34
（2）法定代表人证明书.....	35
（3）法定代表人授权书.....	36
（4）供应商承诺函.....	37
（5）供应商诚信承诺书.....	38
（6）资格证明材料.....	39
（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料.....	40
（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料.....	41
（9）无重大违法记录声明.....	42
（10）投标保证金证明.....	43

目录（下册） 45

（11） 评分对照表..... 46

（12） 开标一览表（报价表） 47

（13） 分项报价表..... 48

（14） 技术规格响应表..... 49

（15） 投标产品相关资料..... 50

（16） 供应商的类似业绩证明材料..... 51

（17） 中小企业声明函（货物） 52

（18） 残疾人福利性单位声明函..... 53

（19） 供应商认为在其他方面有必要说明的事项..... 54

第五部分 采购项目要求及技术参数..... 55

（一） 投标要求..... 55

1. 投标说明..... 55

2. 重要指标..... 55

3. 商务要求..... 55

（二） 项目概况、技术参数及实施要求..... 57

第一部分 投标邀请

青海海晟工程项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省达日县民政局（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海省彩票公益金支持高品质养老服务社区项目（包二）进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的供应商参加本次政府采购活动。

采购项目编号	青海海晟公招（货物）2025-004-02
采购项目名称	青海省彩票公益金支持高品质养老服务社区项目（包二）
采购方式	公开招标
采购预算额度	1344000.00元
最高限价	1344000.00元
项目分包个数	4个包
各包要求	具体内容详见《采购文件》
各包供应商资格要求	1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”“中国政府采购网”网站下载的信用信息报告和相关查询截图，信用信息报告时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、

	检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。
公告发布时间	2025年5月6日
获取招标文件的时间期限	2025年5月6日至2025年5月13日，每天上午00:00-12:00, 下午12:00-23:59（节假日除外）
获取招标文件方式	线上获取
获取招标文件地点	地点：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 文件购买联系人：马先生 电话：15597022433 电子邮箱：1578163310@qq.com
提交投标文件截止时间	2025年05月29日上午09时00分（北京时间）
开标时间	2025年05月29日上午09时00分（北京时间）
开标地点	果洛州公共资源交易中心-开标室4（政采云平台）
采购人联系人	采购人：青海省达日县民政局 联系人：宗智老师 联系电话：0975-83130289 联系地址：青海省果洛藏族自治州达日县吉迈镇建设路 201 号
代理机构联系人	采购代理机构：青海海晟工程项目管理有限公司 联系人：马老师 联系电话：15597022433 联系地址：西宁市城西区万达SOHO 1号楼6楼10605室
代理机构开户行	中国银行股份有限公司西宁市南大街支行
收款人	青海海晟工程项目管理有限公司
银行账号	105061743916

其他事项	(1)本公告同时在：《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》，公告内容以《青海政府采购网》发布的为准。 (2)潜在投标人如对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-087-8198。
财政监督部门及电话	监督单位：青海省达日县财政局 联系电话：0975-8313665

青海海晟工程项目管理有限公司
2025年5月22日

第二部分 供应商须知

一、说明

1. 适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2. 采购方式、合格的供应商

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的供应商：详见第一部分“各包供应商资格要求”。

3. 投标费用

供应商应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4. 招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

- (1) 投标邀请
- (2) 供应商须知
- (3) 青海省政府采购项目合同书范本
- (4) 投标文件格式
- (5) 采购项目要求及技术参数
- (6) 采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5. 招标文件、采购活动和中标结果的质疑

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对

同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购供应商质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6. 招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的语言及度量衡单位

7.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由供应商负责。

8. 投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9. 投标保证金

供应商须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金：20000.00元（大写：贰万元整）

收款单位：青海海晟工程项目管理有限公司

开 户 行：中国银行股份有限公司西宁市南大街支行

银行账号：105061743916

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.1 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.2 投标保证金退还：供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

9.3 投标有效期内供应商撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10. 投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于

招标文件中载明的投标有效期。

11. 投标文件构成

供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- （1）响应函
- （2）法定代表人证明书
- （3）法定代表人授权书
- （4）供应商承诺函
- （5）供应商诚信承诺书
- （6）资格证明材料
- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- （9）无重大违法记录声明
- （10）投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- （11）评分对照表
- （12）开标一览表（报价表）
- （13）分项报价表
- （14）技术规格响应表
- （15）投标产品相关资料
- （16）供应商的类似业绩证明材料
- （17）中小企业声明函（货物）
- （18）残疾人福利性单位声明函
- （19）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：供应商须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12. 投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照采购文件所提供的投标文件格式，分别填写采购文件第四部分的

内容；采购文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 本次招标采用线上提交投标（响应）文件的方式进行采购，投标人通过投标客户端上传投标（响应）文件至政采云平台。

12.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13. 提交投标文件的时间、地点、方式

13.1 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

13.2 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政采云投标客户端。

13.3 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

五、开标

14. 开标

14.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

14.2 开标由采购代理机构主持，邀请供应商参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

14.3 开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和其他主要内容。

供应商不足3家的，不得开标。

14.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工

作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

15. 资格审查

15.1 开标结束后，采购人和者采购代理机构应当依法对供应商的资格性审查文件（上册）进行审查。

15.2 合格供应商不足3家的，不得评标。

15.3 资格审查时，供应商存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- (1) 不具备第一部分“投标邀请”中各包供应商资格要求的；
- (2) 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；
- (3) 未按第11.1要求提供相关资料的；
- (4) 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；
- (5) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (6) 投标有效期不能满足招标文件要求的；
- (7) 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

16. 评标委员会

16.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

① 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

② 宣布评标纪律；

③ 公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

④ 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

⑤ 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

⑥ 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

⑦ 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

⑧ 核对评标结果,有20.4规定情形的,要求评标委员会复核或者书面说明理由,评标委员会拒绝的,应予记录并向本级财政部门报告;

⑨ 评审工作完成后,按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费,不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

⑩ 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求,说明内容不得含有歧视性、倾向性意见,不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料,并随采购文件一并存档。

16.2 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

① 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审;

② 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况;

③ 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

④ 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

⑤ 对投标文件进行比较和评价;

⑥ 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人;

⑦ 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密;

⑧ 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的,评标委员会成员人数应当为7人以上单数:

(1) 采购预算金额在1000万元以上;

(2) 技术复杂;

(3) 社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中,通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目,通过随机方式难以确定合适

评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

16.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

17. 评审工作程序

17.1 评标委员会应当对符合资格的供应商的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

17.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.1.2 供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 未按第11.2（11）－（15）款要求提供相关资料的；
- (3) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (4) 产品交货时间不能满足招标文件要求的；
- (5) 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；
- (6) 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；
- (7) 存在串通投标行为；
- (8) 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；
- (9) 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；
- (10) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

17.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

17.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），供应商须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

17.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

17.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.5 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面

说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

18. 评审方法和标准

18.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

18.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与供应商所提供货物服务的质量相关，包括**投标报价、技术水平、履约能力、售后服务**等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

序号	评审类别	评审因素	评审标准
1	投标报价 (30 分)	投标报价 (30 分)	在所有的有效投标报价中，以最高折扣报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价

			分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2	技术水平 (22分)	技术参数 (22分)	技术参数和配置完全满足或高于采购文件要求的，得22分；每有一项负偏离扣0.25分，扣完为止。（此项评分以产品彩页或检验报告或生产厂家的技术文件等为依据）。
3	履约能力 (31分)	项目实施方案 (25分)	根据投标供应商提供的针对本项目的实施方案进行评审，内容包括：①备货方案：生产货品、订货及有关货物的质量检查工作内容；②运输方案：运输路线、配车保障方案。③进度计划安排：根据本次采购文件的要求及项目的特点确定实施工作顺序，并做出具体的实施进度计划安排，保证货物及时供应。④货物安装工艺方案：提供货物现场组合组装成型的具体安装方案，有相应的安全、文明、环保措施。⑤质量保障措施：有货物质量保证的承诺、质量保证体系及质量保证措施等。 方案内容完全满足以上要求且专门针对本项目的得25分，每缺少一项内容扣5分，每有一项内容存在缺陷扣2分。 注：方案内容存在缺陷是指存在项目名称错

			误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。
		项目管理机构 (6分)	设置了项目管理机构，包含①项目管理机构人员配置，职责划分②人员管理制度。人员配备方案科学、具体，管理措施能够结合项目特点制定。 方案内容完全满足以上要求且专门针对本项目的得6分，每缺少一项内容扣3分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分。 注：方案内容存在缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。
4	售后服务 (17分)	售后服务计划、措施及服务承诺 (9分)	针对本项目有①售后服务能力计划、措施②服务承诺。方案内容完全满足以上要求且专门针对本项目的得9分，每缺少一项内容扣4.5分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分。 注：方案内容存在缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。
		培训方案 (5分)	针对采购项目需求提供①详尽的培训方案、计划②提供相关课程设置信息③专职培训人

			员或工程师④培训实效性⑤培训内容。方案内容完全满足以上要求且专门针对本项目的得5分，每缺少一项内容扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分。 注：方案内容存在缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。
		售后服务响应时间（3分）	针对所投产品售后服务响应时间，投标供应商在1小时内响应12小时内赶赴现场维修的，得3分；投标供应商在2小时内响应，24小时内赶赴现场维修的，得2分；投标供应商在3小时内响应，36小时内赶赴现场维修的，得1分。不提供不得分。
说明：评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。			

18.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

18.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （1）分值汇总计算错误的；
- （2）分项评分超出评分标准范围的；
- （3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

供应商对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

19. 推荐并确定中标人

19.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

19.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

19.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20. 中标通知

20.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

20.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

20.3 中标公告期限为1个工作日。

20.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的供应商，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

20.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

21. 签订合同

21.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投

标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

21.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的/%。

21.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

21.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

21.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

21.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

21.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

21.8 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

21.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

21.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

22. 串通投标的情形

22.1 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

22.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23. 废标

23.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的。
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- (3) 供应商的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

23.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

(1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

(2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

24. 中标服务费

24.1 收取对象：成交供应商。

24.2 收费金额：（小写）17000.00元（大写）壹万柒仟元整。

本项目招标代理服务费参考发改价格【2011】534号文方式计算，并执行国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号文）。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分 青海省政府采购项目合同书范本 (货物类)

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海海晟公招（货物）2025-004-02

采购项目名称：青海省彩票公益金支持高品质养老服务
社区项目（包二）

采购合同编号：QHHY-2025-004-02

合同金额（人民币）：_____

采购人（甲方）：_____（盖章）

中标人（乙方）：_____（盖章）

采购日期：_____

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据20XX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件；
2. 招标文件的澄清、变更公告；
3. 中标人提交的投标文件；
4. 招标文件中规定的政府采购合同通用条款；
5. 中标通知书；
6. 履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额

单位：元

包号	标的名称	规格型号	数量	单价	总价	备注

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币_____

（大写）_____元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 交货时间：按合同约定执行；
2. 交货地点：按合同约定执行；
3. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
4. 乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
5. 甲方应当在到货（安装、调试完）后____个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙

双方各执一份。

6. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

7. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

8. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

按合同约定执行。

五、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1. 乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3%的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过_ 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在___天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2. 本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3. 本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：

地址：

联系电话：

联系电话：

签约时间： 年 月 日

采购代理机构：青海海晟工程项目管理有限公司

负责人或经办人：

时间：2025年 月 日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2. 技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4. 合同文件和资料

41 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

42 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5. 知识产权

51 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

52 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

53 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

54 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

55 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式

使用本合同条款下软件产品。

6. 保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受

影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8. 包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10. 交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11. 检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下

列任一处理方式：

- a. 重新测试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12. 付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14. 索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.21 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.22 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.23 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15. 迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16. 违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17. 不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18. 税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19. 合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20. 违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.2 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.4 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.5 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21. 破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22. 转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23. 合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24. 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25. 计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26. 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分 投标文件格式

封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

目录（上册）

(1) 响应函..... 所在页码

(2) 法定代表人证明书..... 所在页码

(3) 法定代表人授权书..... 所在页码

(4) 供应商承诺函..... 所在页码

(5) 供应商诚信承诺书..... 所在页码

(6) 资格证明材料..... 所在页码

(7) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料..... 所在页码

(8) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料..... 所在页码

(9) 无重大违法记录声明..... 所在页码

(10) 投标保证金证明..... 所在页码

(1) 响应函

响应函

致：青海海晟工程项目管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2. 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起____日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人姓名：_____ 职务：_____

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

2025年 月 日

(2) 法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海海晟工程项目管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：_____年龄：_____民族：_____

地址：_____

身份证号码：_____

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：_____（公章）

2025年 月 日

(3) 法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海海晟工程项目管理有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址_____。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理青海省彩票公益金支持高品质养老服务社区项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：_____

授权人（法定代表人）签字：_____

职务：_____

职务：_____

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：_____（公章）

2025年 月 日

（4）供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海海晟工程项目管理有限公司

关于贵方2025年__月__日_____（项目名称）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1. 完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；
2. 若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；
- 3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。
- 4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。
- 5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。
- 6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

2025年 月 日

(5) 供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海海晟工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

2025年 月 日

（6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会信用代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、供应商是法人的，提供基本开户银行近三个月内（2025.1-2025.4）出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2023年度或2024年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注。供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内（2024.11-2025.04）任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

(8) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

（9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海海晟工程项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

2025年 月 日

（10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海海晟工程项目管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：_____）递交保证金人民币（大写：人民币_____元）已于____年____月____日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户 名：

开户银行：

开户帐号：

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

2025年 月 日

(下册)

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

(下册)

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

目录（下册）

(11) 评分对照表..... 所在页码

(12) 开标一览表（报价表）..... 所在页码

(13) 分项报价表..... 所在页码

(14) 技术规格响应表..... 所在页码

(15) 投标产品相关资料..... 所在页码

(16) 供应商的类似业绩证明材料..... 所在页码

(17) 中小企业声明函（货物）..... 所在页码

(18) 残疾人福利性单位声明函..... 所在页码

(19) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项..... 所在页码

(11) 评分对照表

评分对照表

序号	招标文件评分标准	投标响应部分	投标文件中对应页码

(12) 开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

包号：

投标人名称	
投标包号	
投标报价	大写： 小写：
交货时间	

- 注：1. 填写此表时不得改变表格形式。
2. “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。
3. “交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。
4. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

2025年 月 日

(13) 分项报价表

分项报价表

项目名称:

供应商名称:

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1								
2								
3								
4								
...								
投标总价		大写: 小写:						

注:

- 1. 本表应按照“（二）项目概况及技术参数”每包中的产品序号按顺序逐项 填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。
- 2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

(14) 技术规格响应表

技术规格响应表

供应商名称：

包号：

	采购需求技术参数、指标		投标产品技术参数、指标		偏离
序号	名称	技术参数及配置	名称	技术参数及配置	
1					
2					
...					

- 注：1. 本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。
2. “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致的，按无效投标处理。
3. 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。
4. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

供应商：_____（公章）
法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）
2025年 月 日

（15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、所投产品为节能产品，以节能产品、环境标志产品认证证书为准等资料。

（16） 供应商的类似业绩证明材料

供应商的类似业绩证明材料

提供自提供投标截止日前3年（2022年1月1日至今）以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含中标通知书和合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的完整扫描（或复印）件。

（17） 中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②如未提供中小企业声明函的，则不享受优惠，但不影响供应商投标文件的有效性。③供应商参加政府采购活动时，提供虚假中小企业声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。④供应商为非企业单位的，如民办非企业、基金会、协会、服务中心、农村承包经营户、学会等非工商(市场监管)登记注册的组织均不适用此声明函，不得提供中小企业声明函。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：若无此项内容，可不提供此函。

（18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海海晟工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为_____人，安置的残疾人人数_____人。且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：供应商参加本次采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

企业名称：_____（公章）

企业法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日

注：若无此项内容，可不提供此函。

(19) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分 采购项目要求及技术参数

1. 投标要求

1.1 供应商可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 供应商必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，供应商对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“+、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，供应商必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，供应商可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

2. 重要指标

2.1 “技术参数”中用“*”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

3. 商务要求

3.1 交货期：按合同约定执行

3.2 交货地点：按合同约定执行

3.3 付款方式：详见“第三部分 青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定；

3.4 免费质保期：按合同约定执行

本部分技术参数中所列品牌号或型号仅起说明作用，无任何指代性。各供应商可就该项目采购内容自行投标，但需满足基本参数，使采购人满意。

（一）人员招聘统计表

县中心敬老院、医养康养中心坚持与达日县藏医院、县人民医院等医疗机构签订合作协议，建立合作关系，明确双方的权利和义务。以购买服务形式组建医养康养服务团队，包括医生、护士、康复治疗师、养老护理员、心理咨询师等专业人员，通过聘请两名专业医师充实人员队伍。建立老年人健康档案管理系统，为老年人建立电子健康档案，并逐步实现与医疗机构信息系统的对接。

县中心敬老院聘请2名专业医师费用为：每人每月6500元工资报酬，聘请期为一年。 $6500\text{元/月} \times 12\text{月} = 78000\text{元/年} \times 2\text{人} = 156000\text{元}$ （壹拾伍万陆仟元）提前预留在达日县民政局账户中，等招完标后转给中心敬老院按月发放聘用医师工资。

序号	项目	单位	数量
1	专业医师	人	2

（二）满掌乡农村幸福院设备采购统计表

序号	产品名称		数量	单位
1	中频脉冲电治疗仪	1、工作频率：2000Hz—8000Hz 范围内的单一频率或多个频率的脉冲波，误差 $\pm 10\%$ 。 2、输出波形：方波、正弦波、三角波、指数波、等幅波的单一波形或组合波； 3、调制频率范围：0~150 Hz，误差 $\pm 10\%$ 。 4、调幅度：0~100% $\pm 5\%$ 。 5、输出电流：在基准负载下：最大输出电流应不小于50mA，输出电流极限不大于100mA，并在最小至最大范围内步进可调。 6、输出电流稳定度：输出电流变化率 $\leq 5\%$ 。 7、短路承受能力：在所有输出幅度调至最大值，开路运行10分钟，再短路运行5分钟之后，设备能正常工作。 8、输出闭锁：开启电源开关时，除非输出幅度控制器置最小位置，否则治疗仪不得有能量输出。 9、电极加热温度： $\leq 55^{\circ}\text{C}$ 10、加热温度2档可调 11、电流表和数码管双显示功能 12、使用环境温度： 5°C -- 40°C 湿度： $\leq 90\%$ 13、电源电压：AC220V $\pm 22\text{ V}$ 50Hz $\pm 1\text{ Hz}$ 14、整机功率：ZM-C-II $\leq 80\text{vA}$ 15、主机尺寸：400 $\times$ 320 $\times$ 160（mm） 16、安全类型：I类BF型应用部分 17、熔断器规格：F $\phi 5 \times 20\text{BX}$ 1A（2只）	2	台

		18、独立的双通道输出 19、配有不同规格的电极板：加热及普通电极板 20、具有安全保护功能：电极或输出接触不良，仪器停止输出并蜂鸣提示。		
2	全自动蜡疗机	1、电源：AC220V±10%50Hz； 2、功率：1800w； 3、容积：蜡箱50L； 4、显示方式：4.3寸彩色触摸液晶显示屏，可实时显示仪器工作状态； 5、温控范围：室温～95℃、温控精度：±2℃ 温度均衡性：蜡箱：温度可恒温状态可设置，推荐温度65℃，误差值不大于±2℃； 6、两大功能：一键急融功能；提前预约功能：时间、日期、温度； 7、石蜡清洁：对蜡进行重复水洗分离、清洗、沉淀、过滤，确保用蜡干净卫生,防止交叉感染； 8、设备选材：内胆采用SUS304全高标不锈钢制作；模块化设计清理及维护更方便； 9、安全保护：安全保护装置（双重漏电、超温保护），确保使用更安全； 10、外形尺寸：750*645*400mm误差不大于±10%。	1	台
3	磁疗仪	1、产品配置：经颅磁刺激仪由主机、经颅磁（交变磁场）治疗体组成 2、基本参数： (1)治疗体磁感应强度：10mT-18mT，间歇输出，输出时间均为1S (2)治疗体磁场频率：50Hz±1Hz (3)治疗体数量：每个治疗帽有6个治疗体 (4)连续工作时间：不少于4小时 (5)时间选择：30min，定时误差±2% (6)尺寸：29*24*9.5cm 重量：≤1.5KG	2	台
4	康复训练多功能行走器	产品尺寸：114×82×102~147cm 台面垫高度调节范围45cm 手柄间距调节范围0~55cm 台面垫额定承载质量80kg. 座垫额定承载质量135kg。	2	个
5	医用心电图自	外形尺寸 385mmx245mmx75mm	1	台

	动分析检测仪	重量 约1.8kg 显示 800x480点7寸彩色TFT液晶显示 操作 按键+触摸屏 记录方式 热敏点阵记录 记录纸规格 卷轴热敏记录纸 记录纸 80mmx20m 走纸速度 5mm/s、10mm/s、25mm/s、 50mm/s(+3%) 记录精度 $\pm 5\%$ (X轴), $\pm 5\%$ (Y轴) 输入方式 浮地, 除颤保护, 起搏脉冲抑制 导联 标准12导联, 自动换导 采集模式 12道同步 心率范围 30BPM~300BPM 计算精度 ± 1 BPM A/D转换 12位/16位/24位 测量范围 $> \pm 5\text{mV}$ 时间常数 $\geq 3.2\text{s}$ 频率响应 0.05Hz~150Hz 灵敏度 2.5.5.10.20(mm/mV) 输入阻抗 50M(Hz) 输入回路电流 $\leq 50\text{nA}$ 输入电压范围 $< +5\text{mVpp}$ 定标电压 1mV+3% 噪声电平 $< 15\text{Vp-p}$ 道间干扰 $< 0.5\text{mm}$ 患者漏电流 $< 10\mu\text{A}$ (220V-240V150Hz) 患者辅助漏电流 $< 0.1\mu\text{A}$ (DC) 绝缘强度 4000V rms 共模抑制比(CMRR) $> 100\text{dB}$ 滤波器 交流滤波 开启/关闭基线漂移滤波 0.0510.1510.2510.5/ADP机电干扰滤波 25Hz.35Hz.0FF低通滤波150HZ/100HZ/75HZ 电源 交流:100V-240V150Hz160Hz/35VA直流:内 置锂电池2200mAh		
6	电动智能全自动轮椅	最大时速: 6KM/H, 理论行程: 20KM, 前轮尺寸: 10英寸, 后轮尺寸: 16英寸, 外形尺寸: 1180*630*940cm, 安全载重: 100KG, 净重 44KG, 爬坡能力: 6°	5	个
7	手推轮椅	材质: 钢管喷涂、总宽: 68cm、总长: 104cm、总高: 93cm、坐宽: 46cm、坐垫离地高度: 51cm、扶手高度: 74cm、大轮直径: 61cm、小	20	个

		轮直径：17cm、折叠宽度：27cm、座深：20cm、承重：75kg、轮椅毛重：18kg、轮椅净重：15kg、打箱尺寸：92*25*96		
8	养生艾灸凳	定时时间:最长6H(小时) 产品材质:ABS+PA6 工作电源:AC220-240V/50Hz 额定电压 ≤220 额定功率 ≤500 重量 9 kg±0.5kg	10	台
9	温阳仪	产品规格:35.1*30.5*143.5CM 包装规格:78*38*23CM 产品净重:~7.5KG 使用电源:AC220V 50Hz 额定功率:75W 产品毛重:~10.35KG 峰值功率: 435W 工作条件:相对温度 5° C-45° C 相对湿度 30%-75%(无凝露) 相对湿度 10%-90%(无凝露) 储存条件:相对湿度 -30° C-55° C	10	台
10	空气波腿部按摩器	腿部产品尺寸：23×30×70cm 空气泵：20×25×13cm 毛重 5.65kg 体积 44×22×40cm 额定电压 AC220V/50Hz 额定频率 50HZ 输入频率≤50VA 安全分类11类B型应用部分 熔断器型号及额定值 F0.5AL 250V Φ5mmx20mm	10	台
11	全身关节康复训练器	外形尺寸：317×245×239 组件：肩关节康复训练器、前臂康复训练器、腕关节康复训练器、复式墙拉力器、肩梯、滑轮吊环训练器、训练床、牵引网架。	1	套
12	上肢推举训练器	产品尺寸：68×51×54~68cm 可调坡度30° ~45° 推拉范围36cm	1	台

(三) 桑日麻乡农村幸福院设备采购统计表

序号	项目	产品参数	数量	单位
----	----	------	----	----

1	中频脉冲电治疗仪	1、工作频率：2000Hz—8000Hz 范围内的单一频率或多个频率的脉冲波，误差±10%。 2、输出波形：方波、正弦波、三角波、指数波、等幅波的单一波形或组合波； 3、调制频率范围：0~150 Hz，误差±10%。 4、调幅度：0~100%±5%。 5、输出电流：在基准负载下：最大输出电流应不小于50mA，输出电流极限不大于100mA，并在最小至最大范围内步进可调。 6、输出电流稳定度：输出电流变化率≤5%。。 7、短路承受能力：在所有输出幅度调至最大值，开路运行10分钟，再短路运行5分钟之后，设备能正常工作。 8、输出闭锁：开启电源开关时，除非输出幅度控制器置最小位置，否则治疗仪不得有能量输出。 9、电极加热温度：≤55℃ 10、加热温度2档可调 11、电流表和数码管双显示功能 12、使用环境温度：5℃--40℃ 湿度：≤90% 13、电源电压：AC220V±22 V 50Hz±1 Hz 14、整机功率：ZM-C-II≤80vA 15、主机尺寸：400×320×160（mm） 16、安全类型：I类BF型应用部分 17、熔断器规格：F φ 5×20BX 1A(2只) 18、独立的双通道输出 19、配有不同规格的电极板：加热及普通电极板 20、具有安全保护功能：电极或输出接触不良，仪器停止输出并蜂鸣提示。	2	台
2	全自动蜡疗机	1、电源：AC220V±10%50Hz； 2、功率：1800w； 3、容积：蜡箱50L； 4、显示方式：4.3寸彩色触摸液晶显示屏，可实时显示仪器工作状态； 5、温控范围：室温~95℃、温控精度：±2℃ 温度均衡性：蜡箱：温度可恒温状态可设置，推荐温度65℃，误差值不大于±2℃； 6、两大功能：一键急融功能；提前预约功能：时间、日期、温度；	1	台

		7、石蜡清洁：对蜡进行重复水洗分离、清洗、沉淀、过滤，确保用蜡干净卫生,防止交叉感染； 8、设备选材：内胆采用SUS304全高标不锈钢制作；模块化设计清理及维护更方便； 9、安全保护：安全保护装置（双重漏电、超温保护），确保使用更安全； 10、外形尺寸：750*645*400mm误差不大于±10%。		
3	磁疗仪	1、产品配置：经颅磁刺激仪由主机、经颅磁（交变磁场）治疗体组成 2、基本参数： (1)治疗体磁感应强度：10mT-18mT，间歇输出，输出时间均为1S (2)治疗体磁场频率：50Hz±1Hz (3)治疗体数量：每个治疗帽有6个治疗体 (4)连续工作时间：不少于4小时 (5)时间选择：30min，定时误差±2% (6)尺寸：29*24*9.5cm 重量：≤1.5KG	2	台
4	康复训练多功能行走器	产品尺寸：114×82×102~147cm 台面垫高度调节范围45cm 手柄间距调节范围0~55cm 台面垫额定承载质量80kg. 座垫额定承载质量135kg。	2	个
5	医用心电图自动分析检测仪	外形尺寸 385mmx245mmx75mm 重量 约1.8kg 显示 800x480点7寸彩色TFT液晶显示 操作 按键+触摸屏 记录方式 热敏点阵记录 记录纸规格 卷轴热敏记录纸 记录纸 80mmx20m 走纸速度 5mm/s、10mm/s、25mm/s、50mms(+3%) 记录精度 ±5%(X轴)，±5%(Y轴) 输入方式 浮地，除颤保护，起搏脉冲抑制 导联 标准12导联，自动换导 采集模式 12道同步 心率范围 30BPM~300BPM 计算精度 ±1 BPM A/D转换 12位/16位/24位	1	台

		测量范围 $>\pm 5\text{mV}$ 时间常数 $\geq 3.2\text{s}$ 频率响应 $0.05\text{Hz}\sim 150\text{Hz}$ 灵敏度 2.5.5.10.20(mm/mV) 输入阻抗 50M(Hz) 输入回路电流 $\leq 50\text{nA}$ 输入电压范围 $<+5\text{mVpp}$ 定标电压 $1\text{mV}+3\%$ 噪声电平 $<15\text{Vp-p}$ 道间干扰 $<0.5\text{mm}$ 患者漏电流 $<10\mu\text{A}$ (220V-240V150Hz) 患者辅助漏电流 $<0.1\mu\text{A}$ (DC) 绝缘强度 4000V rms 共模抑制比(CMRR) $>100\text{dB}$ 滤波器 交流滤波 开启/关闭基线漂移滤波 0.0510.1510.2510.5/ADP肌电干扰滤波 25Hz.35Hz.0FF低通滤波150HZ/100HZ/75HZ 电源 交流:100V-240V150Hz160Hz/35VA直流:内 置锂电池2200mAH		
6	电动智能全自动轮椅	最大时速: 6KM/H, 理论行程: 20KM, 前轮尺寸: 10英寸, 后轮尺寸: 16英寸, 外形尺寸: 1180*630*940cm, 安全载重: 100KG, 净重 44KG, 爬坡能力: 6°	5	个
7	手推轮椅	材质: 钢管喷涂、总宽: 68cm、总长: 104cm、总高: 93cm、坐宽: 46cm、坐垫离地高度: 51cm、扶手高度: 74cm、大轮直径: 61cm、小轮直径: 17cm、折叠宽度: 27cm、座深: 20cm、承重: 75kg、轮椅毛重: 18kg、轮椅净重: 15kg、打箱尺寸: 92*25*96	20	个
8	养生艾灸凳	定时时间:最长6H(小时) 产品材质:ABS+PA6 工作电源:AC220-240V/50Hz 额定电压 ≤ 220 额定功率 ≤ 500 重量 $9\text{ kg}\pm 0.5\text{kg}$	10	台
9	温阳仪	产品规格:35.1*30.5*143.5CM 包装规格:78*38*23CM 产品净重:~7.5KG 使用电源:AC220V 50Hz 额定功率:75W 产品毛重:~10.35KG	10	台

		峰值功率：435W 工作条件：相对温度 5° C-45° C 相对湿度 30%-75%(无凝露) 相对湿度 10%-90%(无凝露) 储存条件：相对湿度 -30° C-55° C		
10	空气波腿部按摩器	腿部产品尺寸：23×30×70cm 空气泵：20×25×13cm 毛重 5.65kg 体积 44×22×40cm 额定电压 AC220V/50Hz 额定频率 50HZ 输入频率≤50VA 安全分类11类B型应用部分 熔断器型号及额定值 F0.5AL 250V Φ5mmx20mm	10	台
11	全身关节康复训练器	外形尺寸：317×245×239 组件：肩关节康复训练器、前臂康复训练器、腕关节康复训练器、复式墙拉力器、肩梯、滑轮吊环训练器、训练床、牵引网架。	1	套
12	上肢推举训练器	产品尺寸：68×51×54~68cm 可调坡度30° ~45° 推拉范围36cm	1	台

(四) 特合土乡农村幸福院设备采购统计表

序号	产品名称	产品参数	数量	单位
1	中频脉冲电治疗仪	1、工作频率：2000Hz—8000Hz 范围内的单一频率或多个频率的脉冲波，误差±10%。 2、输出波形：方波、正弦波、三角波、指数波、等幅波的单一波形或组合波； 3、调制频率范围：0~150 Hz，误差±10%。 4、调幅度：0~100%±5%。 5、输出电流：在基准负载下：最大输出电流应不小于50mA，输出电流极限不大于100mA，并在最小至最大范围内步进可调。 6、输出电流稳定度：输出电流变化率≤5%。 7、短路承受能力：在所有输出幅度调至最大值，开路运行10分钟，再短路运行5分钟之后，设备能正常工作。 8、输出闭锁：开启电源开关时，除非输出幅度控制器置最小位置，否则治疗仪不得有能量输	2	台

		出。 9、电极加热温度：≤55℃ 10、加热温度2档可调 11、电流表和数码管双显示功能 12、使用环境温度：5℃--40℃ 湿度：≤90% 13、电源电压：AC220V±22 V 50Hz±1 Hz 14、整机功率：ZM-C-II≤80vA 15、主机尺寸：400×320×160（mm） 16、安全类型：I类BF型应用部分 17、熔断器规格：F φ 5×20BX 1A(2只) 18、独立的双通道输出 19、配有不同规格的电极板：加热及普通电极板 20、具有安全保护功能：电极或输出接触不良，仪器停止输出并蜂鸣提示。		
2	全自动蜡疗机	1、电源：AC220V±10%50Hz； 2、功率：1800w； 3、容积：蜡箱50L； 4、显示方式：4.3寸彩色触摸液晶显示屏，可实时显示仪器工作状态； 5、温控范围：室温~95℃、温控精度：±2℃ 温度均衡性：蜡箱：温度可恒温状态可设置，推荐温度65℃，误差值不大于±2℃； 6、两大功能：一键急融功能；提前预约功能：时间、日期、温度； 7、石蜡清洁：对蜡进行重复水洗分离、清洗、沉淀、过滤，确保用蜡干净卫生,防止交叉感染； 8、设备选材：内胆采用SUS304全高标不锈钢制作；模块化设计清理及维护更方便； 9、安全保护：安全保护装置（双重漏电、超温保护），确保使用更安全； 10、外形尺寸：750*645*400mm误差不大于±10%。	1	台
3	磁疗仪	1、产品配置：经颅磁刺激仪由主机、经颅磁（交变磁场）治疗体组成 2、基本参数： (1)治疗体磁感应强度：10mT-18mT，间歇输出，输出时间均为1S (2)治疗体磁场频率：50Hz±1Hz (3)治疗体数量：每个治疗帽有6个治疗体	2	台

		(4)连续工作时间：不少于4小时 (5)时间选择：30min，定时误差±2% (6)尺寸：29*24*9.5cm 重量：≤1.5KG		
4	康复训练多功能行走器	产品尺寸：114×82×102~147cm 台面垫高度调节范围45cm 手柄间距调节范围0~55cm 台面垫额定承载质量80kg. 座垫额定承载质量135kg。	2	个
5	医用心电图自动分析检测仪	外形尺寸 385mmx245mmx75mm 重量 约1.8kg 显示 800x480点7寸彩色TFT液晶显示 操作 按键+触摸屏 记录方式 热敏点阵记录 记录纸规格 卷轴热敏记录纸 记录纸 80mmx20m 走纸速度 5mm/s、10mm/s、25mm/s、50mms(+3%) 记录精度 ±5%(X轴)，±5%(Y轴) 输入方式 浮地，除颤保护，起搏脉冲抑制 导联 标准12导联，自动换导 采集模式 12道同步 心率范围 30BPM~300BPM 计算精度 ±1 BPM A/D转换 12位/16位/24位 测量范围 >±5mV 时间常数 ≥3.2s 频率响应 0.05Hz~150Hz 灵敏度 2. 5. 5. 10. 20(mm/mV) 输入阻抗 50M(Hz) 输入回路电流 ≤50nA 输入电压范围 <+5mVpp 定标电压 1mV+3% 噪声电平 <15Vp-p 道间干扰 <0.5mm 患者漏电流 <10 μ A(220V-240V150Hz) 患者辅助漏电流 <0.1 μ A(DC) 绝缘强度 4000V rms 共模抑制比(CMRR) >100dB 滤波器 交流滤波 开启/关闭基线漂移滤波 0.0510.1510.2510.5/ADP肌电干扰滤波	1	台

		25Hz. 35Hz. OFF低通滤波150HZ/100HZ/75HZ 电源 交流:100V-240V150Hz160Hz/35VA直流:内 置锂电池2200mAH		
6	电动智能全自动 轮椅	最大时速: 6KM/H, 理论行程: 20KM, 前轮尺寸: 10英寸, 后轮尺寸: 16英寸, 外形尺寸: 1180*630*940cm, 安全载重: 100KG, 净重 44KG, 爬坡能力: 6°	5	个
7	手推轮椅	材质: 钢管喷涂、总宽: 68cm、总长: 104cm、 总高: 93cm、坐宽: 46cm、坐垫离地高度: 51cm、扶手高度: 74cm、大轮直径: 61cm、小 轮直径: 17cm、折叠宽度: 27cm、座深: 20cm、承重: 75kg、轮椅毛重: 18kg、轮椅净 重: 15kg、打箱尺寸: 92*25*96	20	个
8	养生艾灸凳	定时时间:最长6H(小时) 产品材质:ABS+PA6 工作电源:AC220-240V/50Hz 额定电压 ≤220 额定功率 ≤500 重量 9 kg±0.5kg	10	台
9	温阳仪	产品规格:35.1*30.5*143.5CM 包装规格:78*38*23CM 产品净重:~7.5KG 使用电源:AC220V 50Hz 额定功率:75W 产品毛重:~10.35KG 峰值功率: 435W 工作条件:相对温度 5° C-45° C 相对湿度 30%-75%(无凝露) 相对湿度 10%-90%(无凝露) 储存条件:相对湿度 -30° C-55° C	10	台
10	空气波腿部按 摩器	腿部产品尺寸: 23×30×70cm 空气泵: 20×25×13cm 毛重 5.65kg 体积 44×22×40cm 额定电压 AC220V/50Hz 额定频率 50HZ 输入频率≤50VA 安全分类11类B型应用部分 熔断器型号及额定值 F0.5AL 250V Φ5mmx20mm	10	台

11	全身关节康复训练器	外形尺寸：317×245×239 组件：肩关节康复训练器、前臂康复训练器、腕关节康复训练器、复式墙拉力器、肩梯、滑轮吊环训练器、训练床、牵引网架。	1	套
12	上肢推举训练器	产品尺寸：68×51×54~68cm 可调坡度30°~45° 推拉范围36cm	1	台

(五) 提档升级县和社区助医设施设备统计表（医疗康复）

序号	产品名称	产品参数	数量	单位
1	中频脉冲电治疗仪	1、工作频率：2000Hz—8000Hz 范围内的单一频率或多个频率的脉冲波，误差±10%。 2、输出波形：方波、正弦波、三角波、指数波、等幅波的单一波形或组合波； 3、调制频率范围：0~150 Hz，误差±10%。 4、调幅度：0~100%±5%。 5、输出电流：在基准负载下：最大输出电流应不小于50mA，输出电流极限不大于100mA，并在最小至最大范围内步进可调。 6、输出电流稳定度：输出电流变化率≤5%。 7、短路承受能力：在所有输出幅度调至最大值，开路运行10分钟，再短路运行5分钟之后，设备能正常工作。 8、输出闭锁：开启电源开关时，除非输出幅度控制器置最小位置，否则治疗仪不得有能量输出。 9、电极加热温度：≤55℃ 10、加热温度2档可调 11、电流表和数码管双显示功能 12、使用环境温度：5℃--40℃ 湿度：≤90% 13、电源电压：AC220V±22 V 50Hz±1 Hz 14、整机功率：ZM-C-II≤80vA 15、主机尺寸：400×320×160（mm） 16、安全类型：I类BF型应用部分 17、熔断器规格：F φ 5×20BX 1A(2只) 18、独立的双通道输出 19、配有不同规格的电极板：加热及普通电极板 20、具有安全保护功能：电极或输出接触不良，仪器停止输出并蜂鸣提示。	2	台

2	全自动蜡疗机	1、电源：AC220V±10%50Hz； 2、功率：1800w； 3、容积：蜡箱50L； 4、显示方式：4.3寸彩色触摸液晶显示屏，可实时显示仪器工作状态； 5、温控范围：室温～95℃、温控精度：±2℃ 温度均衡性：蜡箱：温度可恒温状态可设置，推荐温度65℃，误差值不大于±2℃； 6、两大功能：一键急融功能；提前预约功能：时间、日期、温度； 7、石蜡清洁：对蜡进行重复水洗分离、清洗、沉淀、过滤，确保用蜡干净卫生,防止交叉感染； 8、设备选材：内胆采用SUS304全高标不锈钢制作；模块化设计清理及维护更方便； 9、安全保护：安全保护装置（双重漏电、超温保护），确保使用更安全； 10、外形尺寸：750*645*400mm误差不大于±10%。	1	台
3	磁疗仪	1、产品配置：经颅磁刺激仪由主机、经颅磁（交变磁场）治疗体组成 2、基本参数： (1)治疗体磁感应强度：10mT-18mT，间歇输出，输出时间均为1S (2)治疗体磁场频率：50Hz±1Hz (3)治疗体数量：每个治疗帽有6个治疗体 (4)连续工作时间：不少于4小时 (5)时间选择：30min，定时误差±2% (6)尺寸：29*24*9.5cm 重量：≤1.5KG	2	台
4	康复训练多功能行走器	产品尺寸：114×82×102~147cm 台面垫高度调节范围45cm 手柄间距调节范围0~55cm 台面垫额定承载质量80kg. 座垫额定承载质量135kg。	2	个
5	医用心电图自动分析检测仪	外形尺寸 385mmx245mmx75mm 重量 约1.8kg 显示 800x480点7寸彩色TFT液晶显示 操作 按键+触摸屏 记录方式 热敏点阵记录 记录纸规格 卷轴热敏记录纸	1	台

		记录纸 80mmx20m 走纸速度 5mm/s、10mm/s、25mm/s、 50mm/s(+3%) 记录精度 $\pm 5\%$ (X轴), $\pm 5\%$ (Y轴) 输入方式 浮地, 除颤保护, 起搏脉冲抑制 导联 标准12导联, 自动换导 采集模式 12道同步 心率范围 30BPM~300BPM 计算精度 ± 1 BPM A/D转换 12位/16位/24位 测量范围 $> \pm 5$ mV 时间常数 ≥ 3.2 s 频率响应 0.05Hz~150Hz 灵敏度 2.5.5.10.20(mm/mV) 输入阻抗 50M(Hz) 输入回路电流 ≤ 50 nA 输入电压范围 $< +5$ mVpp 定标电压 1mV+3% 噪声电平 < 15 Vp-p 道间干扰 < 0.5 mm 患者漏电流 $< 10 \mu$ A(220V-240V150Hz) 患者辅助漏电流 $< 0.1 \mu$ A(DC) 绝缘强度 4000V rms 共模抑制比(CMRR) > 100 dB 滤波器 交流滤波 开启/关闭基线漂移滤波 0.0510.1510.2510.5/ADP肌电干扰滤波 25Hz.35Hz.OFF低通滤波150HZ/100HZ/75HZ 电源 交流:100V-240V150Hz160Hz/35VA直流:内 置锂电池2200mAH		
6	电动智能全自动轮椅	最大时速: 6KM/H, 理论行程: 20KM, 前轮尺寸: 10英寸, 后轮尺寸: 16英寸, 外形尺寸: 1180*630*940cm, 安全载重: 100KG, 净重 44KG, 爬坡能力: 6°	5	个
7	手推轮椅	材质: 钢管喷涂、总宽: 68cm、总长: 104cm、总高: 93cm、坐宽: 46cm、坐垫离地高度: 51cm、扶手高度: 74cm、大轮直径: 61cm、小轮直径: 17cm、折叠宽度: 27cm、座深: 20cm、承重: 75kg、轮椅毛重: 18kg、轮椅净重: 15kg、打箱尺寸: 92*25*96	20	个
8	养生艾灸凳	定时时间:最长6H(小时) 产品材质:ABS+PA6	10	台

		工作电源:AC220-240V/50Hz 额定电压 ≤220 额定功率 ≤500 重量 9 kg±0.5kg		
9	温阳仪	产品规格:35.1*30.5*143.5CM 包装规格:78*38*23CM 产品净重:~7.5KG 使用电源:AC220V 50Hz 额定功率:75W 产品毛重:~10.35KG 峰值功率: 435W 工作条件:相对温度 5° C-45° C 相对湿度 30%-75%(无凝露) 相对湿度 10%-90%(无凝露) 储存条件:相对湿度 -30° C-55° C	10	台
10	空气波腿部按摩器	腿部产品尺寸: 23×30×70cm 空气泵: 20×25×13cm 毛重 5.65kg 体积 44×22×40cm 额定电压 AC220V/50Hz 额定频率 50HZ 输入频率≤50VA 安全分类11类B型应用部分 熔断器型号及额定值 F0.5AL 250V Φ5mmx20mm	10	台
11	全身关节康复训练器	外形尺寸: 317×245×239 组件: 肩关节康复训练器、前臂康复训练器、腕关节康复训练器、复式墙拉力器、肩梯、滑轮吊环训练器、训练床、牵引网架。	1	套
12	上肢推举训练器	产品尺寸: 68×51×54~68cm 可调坡度30° ~45° 推拉范围36cm	1	台

(六) 提档升级县和社区助医设施设备统计表 (康复评估)

序号	产品名称	产品参数	数量	单位
1	评估室楼梯	产品尺寸: 332×80×134~166cm 梯面高度: 10cm、11cm、12cm 扶手杠可调距离: 31cm 扶手杠侧向额定承载: 70kg 阶梯踏板额定承载: 135kg	1	套

2	简易上肢功能评价器	产品尺寸：45×45×12cm 配件：检测工具一套。秒表一个，大小木块若干，弹性球5个，小木球若干，各种小器具若干。	1	套
3	视力灯箱表	测量距离：2.5m 厚度：1cm 尺寸：30x60cm铝合金边框 特点：亚克力磨砂面uv激光喷墨打印3mm激光导光板LED双侧进光	1	个
4	认知图形插板	产品尺寸：45×35×3cm	1	套
5	模拟时钟	长20.7*宽20.7*高7.3cm 宝贝重量：0.3KG	1	个
6	仿真水果	质量：0.9kg	1	套
7	体征数据测量辅具	包含：角度尺、握力计、关节测量表、听诊器、体温计、听力音叉、背景板	1	套
8	日常生活评估辅具	包含：穿脱袜器、折叠取物器、拉链辅助器、穿扣器、万能旋物器、穿衣辅助杆	1	套
9	洗漱类评估辅具	包含：长柄洗澡刷、记忆成人牙刷、开口水杯、长柄梳子	1	套
10	进食类评估辅具	1、筷子：25×5cm 2、方洒盘：18.4×28cm 3、杯架：12.6×9.9cm 4、圆柄牙刷：26.2×3cm 5、圆柄勺：26.7cm 6、弯柄勺：30.5cm 7、圆柄叉：26.7×3cm 8、弯柄叉：30.5cm 9、洗头数：直径4cm	1	套
11	红外线人员统计设备	设备尺寸 65mm*50mm*25mm 工作温度 0~40° C 工作湿度 10%~90%RH(不凝结) 存储温度 -40~70° C 存储湿度 5%~90%RH(不凝结) 移动速度 两个档位可选:低速15km/h;高速25km/h 无线标准 802.11 b/g/n	1	台
12	呼叫设备	主机尺寸:520*110*30mm 分机尺寸:86*86*18mm手柄线长度(含手柄):65cm	1	套

13	洗浴喷头	材质 硅胶+新料ABS 档 位 5档多功能淋浴 工艺 升级枪灰质感 特性 大面板/增压/防漏	1	套
14	床头柜	产品尺寸：40×42×68.5cm，材质：实木	1	个
15	沐浴凳	材质：铝合金+PE塑料 档位：6档 颜色浅蓝、粉色 重100KG 3.2KG 毛重4KG 包装 66x41x14CM	1	个
16	地标贴纸	起点尺寸：50*10cm 米数尺寸：30*10cm	1	个
17	座便器	（1）椅架：材质为优质钢质，管直径25mm，壁厚1.0mm，腿部直径28mm，壁厚1.0mm，表面静电喷塑处理，带靠背、固定扶手，安全性能好，美观耐用。 （2）外形尺寸：长宽高（500×550×430-530mm） （3）椅脚：高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。 （4）座便器：厕板与便桶为工程聚丙烯材料制作，强度好、触感舒适、美观坚固、座便器可卸下、大架可折叠；5档调节。 （5）承重量100kg。	1	个
18	安全扶手	规格（cm）60*22*11.2 φ 34	1	个
19	体重秤	测高范围：70-190cm 称重范围：0.1-120kg 包装尺寸：91*34*29cm 承重面板：38.5*28cm 分度值：重量500g 精度等级：三级 机身重量：9.5kg	1	个
20	护理床	木皮：采用天然木皮贴面，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，表面平整耐久，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 2、基材：采用优质环保多层实木板，符合GB	1	个

		18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准，甲醛释放量（mg/m³）≤0.065，含水量（%）、胶合强度（Mpa）、浸渍剥离（mm）、静曲强度（Mpa）、弹性模量（Mpa）等检测项目全部合格。 3、漆：采用优质环保水性漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准，游离甲醛含量（mg/kg）≤15，在容器中状态、附着力（级）、细度（um）、挥发性有机化合物含量（g/L）、乙二醇醚及醚酯总和（mg/kg）、苯系物含量（mg/kg）等检测项目全部合格。 4、胶水：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，不挥发物（%）≥24，外观、PH值、粘度（Pa·s）、游离甲醛（g/kg）、苯（g/kg）、甲苯+二甲苯（g/kg）、总挥发性有机物（g/L）等检测项目全部合格。 5、床体采用优质型钢焊接而成，牢固可靠。床体金属表面采用双重喷涂处理技术静电粉末喷涂，达到内外防锈，延长病床的使用寿命。 7、床面采用厚1.2mm 方钢管焊接成型并经磷化后静电喷塑，承载力大，坚固耐用，美观大方，床面整齐排列的独特的大透气孔设计，透气性好 8、护栏采用叠式护栏，牢固耐用，实木扶手，双键保险快速定位开关，有防夹手功能。护栏操作手柄、护栏基底连接为冷轧钢板一次冲压成型，强度极大，试验的强度和拉力均超过200kg,既美观又坚固耐用，护栏扶手与床边齐平。 9、床具有电动起背曲腿功能。 10、家具表面无尖角、无棱角，全部倒圆。		
21	桌椅	产品尺寸：80×80×75cm 材质：实木	1	套

（七）提档升级县和社区助医设施设备统计表（医疗设备）

序号	产品名称	产品参数	数量	单位
1	恒温蜡疗仪	1、电源：AC220V±10%50Hz； 2、功率：1800w； 3、容积：蜡箱50L；	1	台

		4、显示方式：4.3寸彩色触摸液晶显示屏，可实时显示仪器工作状态； 5、温控范围：室温~95℃、温控精度：±2℃ 温度均衡性：蜡箱：温度可恒温状态可设置，推荐温度65℃，误差值不大于±2℃； 6、两大功能：一键急融功能；提前预约功能：时间、日期、温度； 7、石蜡清洁：对蜡进行重复水洗分离、清洗、沉淀、过滤，确保用蜡干净卫生,防止交叉感染； 8、设备选材：内胆采用SUS304全高标不锈钢制作；模块化设计清理及维护更方便； 9、安全保护：安全保护装置（双重漏电、超温保护），确保使用更安全； 10、外形尺寸：750*645*400mm误差不大于±10%。		
2	多功能理疗仪	产品结构及组成：理疗仪由机壳、脚底按摩装置、热波温灸装置、静电循环装置（包括静电棒、静电梳）超长电磁波装置、电脉冲装置、定时装置、遥控器装置和附件插套（用于放置磁波手、静电棒、静电梳的附件）、靠背、把手、移动轮部件等组成。	2	台
3	康复训练脚踏车	产品尺寸1250*630*970 包装尺寸1240*290*575 阻力调节8档磁控阻力 产品毛重34.5KG 产品净重30.8KG 磁控飞轮8KG	1	台
4	电疗经络疏通仪	按键具有蜂鸣器发出合弦提示功能 全触屏操作（遥控） 额定输入:AC100-240V 50/60HZ 液晶屏 通道一、二、三有50级强度输出 额定功率:85W 温热有低、高两档强度输出 重量:6.7KG	1	台
5	股四头肌训练椅	产品尺寸：119×115×117cm 座位高:65cm 座面高度:67cm 扶手宽度:81cm 伸缩杆调节范围:0~15cm 小腿垫调节范围：0~47cm 助力手柄调节范围：0~28cm 座位额定负载质量：135kg	1	台

		靠背额定负载质量：70kg 靠背平放时额定负载质：70g 配重块每块：1.8kg（每侧4块共8块）。		
6	电动升降站立架	产品尺寸：102×89×114-139cm 臀部最大负载质量：135kg 台面升降高度：112~137cm 转动支架角度调节范围：0° ~90° 膝部垫调节范围：0~12cm 电动推杆功率：120VA	1	台
7	推拿按摩多功能床	尺寸：190*70*65CM	5	张
8	紫铜火罐	材质：紫铜 数量：12个	3	套
9	砭石背部推拿热敷石按摩	搭配石头尺寸：7*9*1.8cm（10个） 功率：60W 电压：220V 50HZ 温度：60℃±10℃	2	套
10	手功能组合训练箱	产品尺寸：55×40×14cm 配件：上螺丝、铁棍插板、木插板等日常生活用具。	2	套
11	中医负压排酸仪	颜色：黑白配 显示：数字显示 功率：500W 电源：220V 50Hz 适用场合：美容院、养生馆、家庭、美容会所等 产品清单：主机1台、五行经络刷x1、负压小头x1、负压大头x1、电源线x1、说明书x1	2	台
12	艾灸凳	定时时间：最长6H(小时) 产品材质：ABS+PA6 工作电源：AC220-240V/50Hz 额定电压 ≤220 额定功率 ≤500 重量 9 kg±0.5kg	3	台
13	PT训练床（电动升降）	产品尺寸：192×124×50-80cm 床面高度升降范围：50~80cm 额定承载135kg 输入电压220V50HZ	1	台
14	足疗仪	额定电压 AC220V RFS频率 10 Hz 工作温度 10° C~40° C 产品尺寸 422x330x113(mm)	2	台

		额定功率 300W 相对湿度 5%-90%(非凝结) 产品净重 3.6Kg 产品毛重 4.5Kg		
15	电动升降站立架	产品尺寸：102×89×114-139cm 臀部最大负载质量：135kg 台面升降高度：112~137cm 转动支架角度调节范围：0° ~90° 膝部垫调节范围：0~12cm 电动推杆功率：120VA	1	台
16	三维上肢机器训练	适应症： 1、用于脑卒中（脑梗塞、脑出血）恢复期上肢功能障碍的康复治疗。 技术参数： 2、电源：220V； 频率：50HZ； 额定功率：230VA。 3、显示界面：采用50寸LED液晶电视显示的计算机虚拟操作界面； 4、传感器技术：采用无接触角度传感器； 5、设备采用wifi无线连接； 6、握力器：独有的橡胶型空气压力抓握装置，更方便肌力等级低的患者进行抓握训练，并带有补气装置，方便漏气时对握力器气压的填充。 7、训练方式：单独进行左手或右手训练，无需额外装置即可进行左右手切换； 8、软件识别功能：智能识别训练左/右手臂； 9、评估功能：评估患者关节活动范围及握力大小值，三维或平面图表形式显示评估结果，可生成评估报表，为治疗师评定患者康复程度提供依据； 10、可自定义每个关节角度训练的名称，方便治疗师开放性操作； 1、水平活动角度：0° ~202° ，包含以下角度：	1	台
17	电动护理床	产品尺寸：2050×900×500	70	张
18	床头柜	产品尺寸：480*480*760mm 最大承载：46KG 产品净重：12KG	70	个