



# 玛多县人民医院能力提升及设备购置项目

## 公开招标文件

采购项目编号：青海拓格公招（货物）2021-002

采购项目名称：玛多县人民医院能力提升及设备购置项目

采 购 人：青海省玛多县人民医院

采购代理机构：青海拓格工程项目管理有限公司

二〇二一年一月

## 目 录

第一部分 投标邀请.....	5
第二部分 投标人须知.....	8
一、说明.....	8
1. 适用范围.....	8
2. 采购方式、合格的投标人.....	8
3. 投标费用.....	8
二、招标文件说明.....	8
4. 招标文件的构成.....	8
5. 招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑.....	8
6. 招标文件的澄清或修改.....	9
三、投标文件的编制.....	9
7. 投标文件的语言及度量衡单位.....	9
8. 投标报价及币种.....	9
9. 投标保证金.....	10
10. 投标有效期.....	10
11. 投标文件构成.....	11
12. 投标文件的编制要求.....	11
四、投标文件的提交.....	12
13. 投标文件的密封和标记.....	12
14. 提交投标文件的时间、地点、方式.....	12
15. 投标文件的补充、修改或者撤回.....	12
五、开标.....	12
16. 开标.....	12
六、资格审查程序.....	13
17. 资格审查.....	13
七、评审程序及方法.....	13

18. 评标委员会.....	14
19. 评审工作程序.....	15
20. 评审方法和标准.....	17
八、中标.....	19
21. 推荐并确定中标人.....	19
22. 中标通知.....	19
九、授予合同.....	20
23. 签订合同.....	20
十、招标代理费.....	21
十一、其他.....	21
第四部分 投标文件格式.....	35
封面（上册） .....	35
目录（上册） .....	36
(1) 投标函.....	37
(2) 法定代表人证明书.....	38
(3) 法定代表人授权书.....	39
(4) 投标人承诺函.....	40
(5) 投标人诚信承诺书.....	41
(6) 资格证明材料.....	42
(7) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料.....	43
(8) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料.....	44
(9) 无重大违法记录声明.....	45
(10) 投标保证金证明.....	46
(下册) .....	47
目录（下册） .....	48
(11) 评分对照表.....	49
(12) 开标一览表（报价表） .....	50

(13) 分项报价表.....	51
(14) 技术规格响应表.....	52
(15) 投标产品相关资料.....	53
(16) 投标人的类似业绩证明材料.....	54
(17.1) 制造(生产)企业小型、微型企业声明函.....	55
(17.2) 从业人员声明函.....	56
(18) 残疾人福利性单位声明函.....	57
(19) 投标人认为在其他方面有必要说明的事项.....	58
第五部分 采购项目要求及技术参数.....	59
(一) 投标要求.....	59
1. 投标说明.....	59
2. 重要指标.....	59
3. 商务要求.....	59
(二) 技术参数.....	67

## 第一部分 投标邀请

青海拓格工程项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省玛多县人民医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对玛多县人民医院能力提升及设备购置项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

采购项目编号	青海拓格公招（货物）2021-002
采购项目名称	玛多县人民医院能力提升及设备购置项目
采购方式	公开招标
采购预算额度	150万元
最高限价	150万元
项目分包个数	1个包
各包要求	具体内容详见《招标文件》
各包投标人资格要求	<p>1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：</p> <p>（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。</p> <p>（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。</p> <p>（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。</p> <p>（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。</p> <p>2、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；</p> <p>3、 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；</p> <p>4、 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；</p> <p>5、 经信用中国（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）</p> <p>6、其它资格要求：</p>

	<p>(1) 投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；</p> <p>(2) 投标人所投产品需符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；</p> <p>(3) 投标人若为生产厂家的，须提供《医疗器械生产许可证》。</p>
公告发布时间	2021年01月12日
获取招标文件的时间期限	2021年01月13日至2021年01月19日，每天上午9:00-12:00, 下午14:30-17:30 (午休、节假日除外)
获取招标文件方式	现场购买
招标文件售价	500元/包 (招标文件售后不退, 投标资格不能转让。)
获取招标文件地点	<p>青海拓格工程项目管理有限公司 (西宁市城北区宁张路44号西宁创业孵化楼人才公寓0905室)</p> <p>标书购买联系人: 朱女士</p> <p>电话及传真: 0971-5165449</p>
购买招标文件时应提供材料	企业营业执照副本复印件、单位介绍信、授权书、法定代表人身份证复印件及授权人身份证复印件 (扫描件加盖公章)。
投标截止及开标时间	2021年02月03日09时00分 (北京时间)
投标及开标地点	西宁市公共资源交易中心4楼3号开标室
采购人联系人	<p>采购人: 青海省玛多县人民医院</p> <p>联系人: 李先生</p> <p>联系电话: 0975-7350004</p> <p>联系地址: 果洛藏族自治州玛多县</p>
采购代理机构联系人	<p>采购代理机构: 青海拓格工程项目管理有限公司</p> <p>联系人: 李女士</p> <p>联系电话: 0971-5165449</p> <p>联系地址: 西宁市城北区宁张路44号 (新世纪花园往北300米) 西宁创业孵化楼后楼人才公寓9楼0905室)</p>
代理机构开户行	招商银行股份有限公司西宁分行
收款人	青海拓格工程项目管理有限公司

银行账号	972900974510201
其他事项	本公告在《青海政府采购网》《青海省公共资源交易网》同时发布 1. 青海省政府采购网： <a href="http://www.ccgp-qinghai.gov.cn/">http://www.ccgp-qinghai.gov.cn/</a> 2. 青海省公共资源交易： <a href="http://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/">http://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/</a>
财政监督部门及电话	监督单位：玛多县财政局                      联系电话：0974-8345102

## 第二部分 投标人须知

### 一、说明

#### 1. 适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

#### 2. 采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

#### 3. 投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

### 二、招标文件说明

#### 4. 招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 青海省政府采购项目合同书范本
- (4) 投标文件格式
- (5) 采购项目要求及技术参数
- (6) 采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

#### 5. 招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项

处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

## **6. 招标文件的澄清或修改**

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购活动具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在发布本次招标公告的网站发布变更公告。

## **三、投标文件的编制**

### **7. 投标文件的语言及度量衡单位**

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

### **8. 投标报价及币种**

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税

金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

## 9. 投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

**投标保证金：25000.00元整（大写：贰万伍仟元整）；**

**户 名：青海拓格工程项目管理有限公司**

**帐 号：82010000000663215**

**开户行：西宁农商银行市民中心支行**

**收款行号：402851020412**

交纳时间：投标截止时间之前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户（须提供开户许可证复印件）汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 10. 投标有效期

从提交投标文件的截止之日起90日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

## 11. 投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

### 11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- （1）投标函
- （2）法定代表人证明书
- （3）法定代表人授权书
- （4）投标人承诺函
- （5）投标人诚信承诺书
- （6）资格证明材料
- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- （9）无重大违法记录声明
- （10）投标保证金证明

### 11.2 投标文件（下册）

- （11）评分对照表
- （12）开标一览表（报价表）
- （13）分项报价表
- （14）技术规格响应表
- （15）投标产品相关资料
- （16）投标人的类似业绩证明材料
- （17）制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函
- （18）残疾人福利性单位声明函
- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

## 12. 投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本4份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用U盘制作，采用不可修改文档格式(如：PDF格式)，内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

#### **四、投标文件的提交**

##### **13. 投标文件的密封和标记**

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号(如有分包)。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2021年02月03日09时00分(北京时间)之前不准启封”的标签密封。

##### **14. 提交投标文件的时间、地点、方式**

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件(正本、副本、电子文档)密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

##### **15. 投标文件的补充、修改或者撤回**

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

#### **五、开标**

##### **16. 开标**

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机

构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 六、资格审查程序

### 17. 资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- (1) 不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；
- (2) 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；
- (3) 未按第11.1要求提供相关资料的；
- (4) 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；
- (5) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (6) 投标有效期不能满足招标文件要求的；
- (7) 未按照招标文件要求提供电子文档的。

## 七、评审程序及方法

## 18. 评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

(2) 宣布评标纪律；

(3) 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

(4) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

(5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

(6) 根据评标委员会的要求介绍政府采购政策法规、招标文件；

(7) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

(8) 核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

(9) 评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

(10) 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

(2) 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

(3) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(4) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(5) 对投标文件进行比较和评价；

(6) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(7) 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

(8) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

- (1) 采购预算金额在1000万元以上；
- (2) 技术复杂；
- (3) 社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员应对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

## 19. 评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或

其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 未按第11.2款要求提供相关资料的；
- (3) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (4) 产品交货时间不能满足招标文件要求的；
- (5) 存在串通投标行为；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单

位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## 20. 评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括**投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务**等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需

求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

包一：

序号	评审因素	评审标准
1	投标报价 (30%)	<p>(1) 货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于 30%</p> <p>(2) 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100×30%</p> <p>(3) 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>(4) 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。</p>
2	技术水平 (52%)	<p>(1) <b>技术参数：</b>技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的得 50 分；“★”项每有一项负偏离扣 <u>5</u> 分，一般项每有一项负偏离扣 <u>3</u> 分，扣完为止。</p> <p>(2) <b>节能和环保：</b>所投产品为节能产品的，每提供 1 份得 <u>0.5</u> 分，满分 <u>1</u> 分，所投产品为环保产品，每提供 1 份得 <u>0.5</u> 分，满分 <u>1</u> 分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。</p>
3	履约能力 (8%)	<p>(1) <b>类似业绩情况：</b>提供投标截止日前 3 年的投标人类似业绩证明材料（提供的业绩为 2018 年 02 月 03 日至 2021 年 02 月 02 日）。每提供 1 项得 <u>1</u> 分，不提供不得分，满分 <u>3</u> 分（须提供中标通知书或合同复印件并加盖公章）。</p> <p>(2) 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施，内容详尽、全面（包括设备质量、交货进度、人员设备安排和控制措施），经对所有符合的投标人综合评比，所述方案全部满足的得 <u>5</u> 分；部分满足的得 <u>3</u> 分；简洁、不明确的得 <u>1</u> 分；不提供不得分。</p>
4	售后服务 (10%)	<p>(1) <b>本地化服务能力：</b>在<u>查海省</u>有服务机构的，得 <u>2</u> 分；有合作性服务机构的，得 <u>1</u> 分；没有的不得分。（需提供相关证明材料）。</p> <p>(2) 针对该项目须有详尽的组织配送、验收、安装、售后等方面的服务能力、措施及相关承诺。经对所有符合的投标人所述内容响应招标文件要求综合评比，所述方案全部满足的得 <u>8</u> 分；部分满足的得 <u>5</u> 分；简洁、不明确的得 <u>2</u> 分；不提供不得分</p>

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实

质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

## 八、中标

### 21. 推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 22. 中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 九、授予合同

### 23. 签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.8 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

## 十、招标代理费

- 1、收取对象：中标人。
- 2、收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳  
招标服务费：22500.00元（大写：贰万贰仟伍佰元整）  
收款单位：青海拓格工程项目管理有限公司  
帐号：972900974510201  
开户行：招商银行股份有限公司西宁分行

说明：根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

## 十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- (3) 投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

- 5、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分 青海省政府采购项目合同书范本  
(货物类)

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：QHTG-2021-002

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）： \_\_\_\_\_（盖章）

中标人（乙方）： \_\_\_\_\_（盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据 XXXX 年 XX 月 XX 日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件；
2. 招标文件的澄清、变更公告；
3. 中标人提交的投标文件；
4. 招标文件中规定的政府采购合同通用条款；
5. 中标通知书；

二、合同标的及金额

单位：元

包号	标的名称	规格型号	数量	单价	总价	备注

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）\_\_\_\_\_元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 交货期：签订合同后60天内交货并安装验收合格。

交货地点：甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后\_\_\_\_个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方

各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

#### 四、付款方式

由甲乙双方自行协商；

#### 五、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

#### 六、违约责任

1. 乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3%的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过\_\_\_\_天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### 七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在\_\_\_\_天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

#### 八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式\_\_\_\_份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2. 本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3. 本合同的组成包含《合同通用条款》。

<p>甲方（盖章）：</p> <p>法定代表人或委托代理人：</p> <p>地址：</p> <p>联系电话：</p> <p>签约时间： 年 月 日</p>	<p>乙方（盖章）：</p> <p>法定代表人或委托代理人：</p> <p>开户银行：</p> <p>账号：</p> <p>地址：</p> <p>联系电话：</p> <p>签约时间： 年 月 日</p>
<p>采购代理机构：</p> <p>负责人或经办人：</p> <p>时间： 年 月 日</p>	<p>履约监督部门（玛多县财政局）：</p> <p>负责人或经办人：</p> <p>时间： 年 月 日</p>

## 合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

### 1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

### 2. 技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 3. 合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

### 4. 合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

### 5. 知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

## 6. 保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

## 7. 质量保证

### 7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

## 7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

## 8. 包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输,并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施,以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装,以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证,装箱清单,主机、附件、各种零部件和消耗品,有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

## 9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用,包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格,包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

### 9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用,并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

## 10. 交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

## 11. 检验和验收

### 11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

### 11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新测试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

### 11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

## 12. 付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

## 14. 索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办

法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

## 15. 迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

## 16. 违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

## 17. 不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

## 18. 税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 19. 合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

## 20. 违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

## **21. 破产终止合同**

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## **22. 转让和分包**

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

## **23. 合同修改**

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

## **24. 通知**

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## **25. 计量单位**

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

## **26. 适用法律**

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分 投标文件格式

封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投标文件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标包号：

投标人： \_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或委托代理人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 目录（上册）

(1) 投标函·····	所在页码
(2) 法定代表人证明书·····	所在页码
(3) 法定代表人授权书·····	所在页码
(4) 投标人承诺函·····	所在页码
(5) 投标人诚信承诺书·····	所在页码
(6) 资格证明材料·····	所在页码
(7) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料·····	所在页码
(8) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料·····	所在页码
(9) 无重大违法记录声明·····	所在页码
(10) 投标保证金证明·····	所在页码

(1) 投标函

投标函

致：青海拓格工程项目管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2. 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起\_\_\_\_日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

法定代表人姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

投标人：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日



(3) 法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海拓格工程项目管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

\_\_\_\_\_项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：\_\_\_\_\_ 授权人（法定代表人）签字：

职务：\_\_\_\_\_ 职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：

（公章）

年 月 日

#### (4) 投标人承诺函

#### 投标人承诺函

致：青海拓格工程项目管理有限公司

关于贵方2021年\_\_月\_\_日\_\_\_\_\_ (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1. 完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2. 若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3. 在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4. 若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日

## (5) 投标人诚信承诺书

### 投标人诚信承诺书

致：青海拓格工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日

## (6) 资格证明材料

### 资格证明材料

资格证明材料包括：

(1) 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会信用代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

(2) 磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

(3) 供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

## **(7) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料**

### **财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料**

按照磋商文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、供应商是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或上一年度（2019年或2020年）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

**(8) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料**

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料**

为保证本项目合同的顺利履行，供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料

(9) 无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海拓格工程项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：

(公章)

法定代表人或委托代理人：

(签字或盖章)

年 月 日

## (10) 投标保证金证明

### 投标保证金证明

致：青海拓格工程项目管理有限公司

我方为(采购项目名称)项目(采购项目编号为： )递交保证金人民币 (大写：人民币 元)已于 年 月 日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户 名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)

年 月 日

(下册)

正本/副本

青海省政府采购项目

投标文件  
(下册)

采购项目编号：

采购项目名称：

投标包号：

投标人：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 目录（下册）

（11）评分对照表·····	所在页码
（12）开标一览表（报价表）·····	所在页码
（13）分项报价表·····	所在页码
（14）技术规格响应表·····	所在页码
（15）投标产品相关资料·····	所在页码
（16）投标人的类似业绩证明材料·····	所在页码
（17）制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函·····	所在页码
（18）残疾人福利性单位声明函·····	所在页码
（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项·····	所在页码

(11) 评分对照表

评分对照表

序号	招标文件评分标准	投标响应部分	投标文件中对应页码

(12) 开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

投标人名称	
投标包号	
投标报价	大写： 小写：
交货时间	

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2. “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3. “交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称:

包号:

序号	产品名称	品牌	规格 型号	生产厂家	数量及 单位	单价	合计	免费质 保期
1								
2								
3								
4								
...								
投标总价		大写: 小写:						

- 注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏。  
2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人:

(公章)

法定代表人或委托代理人:

(签字或盖章)

年 月 日

(14) 技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称:

包号:

采购需求技术参数、指标		投标产品技术参数、指标		偏离	
序号	名称	技术参数及配置	名称	技术参数及配置	
1					
2					
...					

注：1. 本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

2. “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3. 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人:

(公章)

法定代表人或委托代理人:

(签字或盖章)

年 月 日

## (15) 投标产品相关资料

### 投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

(16) 投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2018年02月03日至2021年02月02日以来的类似业绩证明材料。

类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能等方面相同或相近的项目（须提供中标通知书或合同复印件并加盖公章）。





(18) 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海拓格工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为\_\_\_\_\_人，安置的残疾人人数\_\_\_\_\_人。且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：\_\_\_\_\_（公章）

企业法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

(19) 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

## 第五部分 采购项目要求及技术参数

### （一）投标要求

#### 1. 投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“+、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

#### 2. 重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

2.3. 所投产品应具备完成设备用途所需要的完备机能和保证整个系统正常运转及维护的所有必备系统，否则用户有权不予验收；

2.4. 所有设备必须送达采购单位指定地点并安装到位，所有为此产生的费用均由中标商承担；

2.5. 设备到达后：在用户所在地对操作人员进行培训，培训内容包括设备的原理、操作、简单故障排除、基本维护等，确保受培训人员能独立进行设备的操作、基本维护等。

#### 3. 商务要求

3.1. 交货期：签订合同后60天内交货并安装验收合格。

3.2. 交货地点：甲方指定地点。

3.3. 免费质保期：1年。

3.4. 售后服务：为做好售后服务，投标人需在青地区配置多名（至少5名以上）工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务，做到立即响应，2个工作日内上门服务。

3.5. 为保证设备正常运行，卖方存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期；

3.6. 设备验收：由使用部门按招标技术参数逐项验收，发现设备与技术参数不符、退货，供货方承担一切责任并赔偿购买方损失。

## (二) 设备参数

序号	设备名称	设备参数	数量	单位
1	生物刺激 反馈仪	<p>适用范围为用于盆底功能障碍的辅助治疗。</p> <p><b>一、硬件要求</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 至少具有三个电刺激通道、三个生物反馈通道、一个内置压力通道、一个线控通道。</li> <li>2. 肌电信号测量范围<math>\geq 1-1500 \mu V</math>。</li> <li>3. 肌电信号分辨率<math>\leq 0.5 \mu V</math>，差模输入阻抗<math>\geq 8 M\Omega</math>。</li> <li>4. 刺激频率<math>\geq 2-200Hz</math>，刺激脉宽<math>\geq 50-700 \mu S</math>。</li> <li>5. 有压力气囊，主机内置气泵和压力传感器，基础气压<math>\geq 50mmHg</math>，压力测量范围<math>\geq 10-105mmHg</math>，测量分辨率<math>\leq 1mmHg</math>。</li> <li>6. 具有线控功能，可通过手动线控开关和脚踏开关分别实现电流强度的调节和电刺激输出的关闭。</li> <li>7. 可以配置脚踏开关，脚踏开关的启动力范围<math>\geq 10-50N</math>。</li> <li>8. 具有联网功能模块，支持护士工作站、医生工作站、同类设备以及服务器联网。</li> <li>9. 一体化设计，刺激反馈主机内置于工作站推车机箱内，抗电磁干扰良好。</li> </ol> <p><b>二、软件要求</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持盆底压力评估方式，且压力气囊为自动充气，评估指标至少包括静息压、最大收缩压和持续收缩压，并可对评估结果进行打分。</li> <li>2. 有至少四种盆底肌肉肌电评估方案，包括咳嗽反射评估，支持包括英文、法文等多语音播放，且评估模板可手动隐藏。</li> <li>3. 盆底肌肉功能评估项目至少包括盆底肌肉静息肌张力和稳定性、快肌肌力、快肌收缩时间和放松时间、慢肌肌力和稳定性、慢肌耐力。</li> </ol>	1	台

	<p>4. 盆底肌肉功能评估过程中,可实现对盆底肌、腹肌、臀肌和内收肌四个部位同时进行实时监测,且腹肌、臀肌和内收肌阈值可调。</p> <p>5. 评估报告具有盆底肌和协同肌双肌电图,支持同时显示反映腹肌、臀肌及内收肌异常收缩的指标,可自定义报告简要说明和治疗建议。</p> <p>6. 盆底肌肉功能评估报告具有肌电时域报告和肌电频域报告两种数据分析报告,可通过中值频率和平均功率频率等频域指标反映肌肉疲劳状态。</p> <p>7. 有咳嗽反射评估方案,可检测不同咳嗽状态下盆底肌肉的反应能力,评估时间<math>\leq 60</math>秒,并自动生成评估报告,评估指标包括起始收缩潜伏时间和最大值等。</p> <p>8. 具有标准盆底肌区分训练模块,可同时监测盆底肌肉、腹肌、内收肌和臀肌共四个部位肌群的运动状态,并可通过刺激反馈和多媒体动画反馈进行上述肌肉的区分定位。</p> <p>9. 疗程方案在每次治疗开始前可自动快速评估当前盆底肌肉的功能状态,评估时间<math>\leq 50</math>秒,无需选择筛查评估方案进行评估,然后根据评估结果自动调整治疗方案的参数并显示,包括电刺激参数、触发电刺激参数、刺激反馈训练参数、凯格尔训练参数和多媒体动画训练参数,允许进一步手动调整(提供证明文件并加盖厂家公章)。</p> <p>10. 治疗方法至少包括肌电触发电刺激、扩张训练、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练,并可自行导入音乐和多媒体动画。</p> <p>11. 可实现单个电刺激后紧接若干个凯格尔训练,且刺激为触发电刺激。</p> <p>★ 12. 可以通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动</p>		
--	--	--	--

	<p>扩张训练，且扩张训练方案大于 5 种，支持多媒体动画反馈和压力信号反馈，可手动调节充气量，并具有过压保护（提供证明文件并加盖厂家公章）。</p> <p>13. 电流强度调节方式至少包括旋钮调节、鼠标调节和按键调节三种，并支持远距离调节。</p> <p>14. 疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整凯格尔训练模板的模板高度、模板宽度和收缩时间，并允许在治疗过程中手动调整模板高度。</p> <p>15. 疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整电刺激参数，包括刺激频率、刺激脉宽和刺激时间等，并允许在治疗过程中手动调整上述参数。</p> <p>16. 治疗过程中实时监测肌肉疲劳状态，监测指标至少包括平均功率频率，可根据疲劳状态自动调整训练难度，防止过度疲劳。</p> <p>17. 可实现多通道关联刺激，处于关联状态下的各通道之间刺激和休息状态同步。</p> <p>18. 内置叫号功能、预约功能和邮件发送功能，可进行诊疗叫号、数据邮件发送以及诊疗预约等，且可手动设置软件开机自动启动功能。</p> <p>19. 设备需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。</p> <p>20. 数据管理模块至少包括工作量统计、数据回顾和趋势分析等，可实现多个条件联合检索，并支持多种图表形式显示，包括线图、直方图和饼图。</p>		
--	--	--	--

2	艾灸仪	<p>一、产品安全要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按防电击类型分类： I 类设备。</li> <li>2. 按防电击的程度分类： B 型应用部分。</li> <li>3. 按运行模式分类： 连续运行。</li> <li>4. 艾灸仪的额定电压和频率： 220V， 50Hz。</li> <li>5. 艾灸仪的输入功率： 600VA。</li> <li>6. 工作噪声： ≤60dB。</li> </ol> <p>二、功能特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 治疗时间： 1-60min 可调， 设备连续工作时间： ≥ 8 小时。</li> <li>2. 加热温度多档可调， 且配备双重温度保护装置， 防止设备超温烫伤患者。</li> <li>3. 配备无线遥控器。</li> <li>4. 设备具有带刹车的滑轮， 移动灵活。</li> <li>5. 治疗头高度、 治疗角度可调。</li> </ol>	4	台
3	诊疗床	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整体规格： ≥1900*600*650mm</li> <li>2. 外框规格： ≥30*50*1.2mm</li> <li>3. 床脚规格： ≥50*50*1.2mm</li> <li>4. 面孔规格： ≥150mm</li> <li>5. 床架材质： 冷轧钢管</li> <li>6. 床板材质： 蓝色革面， 1.0mm 厚 PVC 压延防裂西皮。</li> </ol>	4	张
4	红外乳腺 诊断仪	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 高分辨率摄像机。</li> <li>1.2 镜头： 精工镜头。</li> <li>1.3 分辨率： ≥480TVL。</li> <li>1.4 聚焦方式： 手动调焦。</li> <li>1.5 照度： 最低照度 0.05LUX。</li> <li>1.6 视频输出幅度： <math>V_{p-p}:1V</math>。</li> <li>1.7 视频输出阻抗： <math>75\Omega</math>。</li> <li>1.8(1) 红外探头： 触摸按键， 数码显示输出红外线强度； 探头上可实现图像的时时采集， 为临床操作节</li> </ol>	1	台

	<p>省大量时间；大规模集成电路设计，自动保护，定时关机等功能；输出的红外光精确保证在 0.8 到 3UM，发热量少，无明显的强光，安全性能高；输出强大的红外光，一般探头不能穿透的乳腺也能轻易穿透；可直接与任何电脑的 USB 口相连，体积小，重量轻，体积和重量只有一般探头的 2/3；工作更方便便捷；</p> <p>(2) 自动控制，保护功能。</p> <p>1.9 升降镜头支架，上下、左右均可调整。</p> <p>1.10 图像采集卡：多芯片专业视频采集卡，逐行采集，图像亮度、动态对比度可调, 自主开发。</p> <p>1.11 (1) 主机配置：高配红外线主机，双核 CPU、2G 内存、500G 以上硬盘及相应的操作系统，相关软件及相关驱动程序。</p> <p>(2) 打印机：彩色喷墨打印机，A4 幅画超微粒打印。</p> <p>(3) 显示器部分：19 寸高分辨率液晶显示器一台。</p> <p>(4) 键盘，单键敲击 <math>\geq</math> 十万次。</p> <p>2.1 80 余种图像处理模式全屏影像显示。</p> <p>2.2 具有 32 套编码伪彩，滤镜功能。</p> <p>2.3 实时动态伪彩，清晰显现病灶区。</p> <p>2.4 采用软件，硬件均可采集图像技术，每次连续采集数量 1-50 幅。</p> <p>2.5 采用图像压缩特殊技术，具有大容量图像存储，数据库管理功能，图像，病员资料，检测结果可一起保存，存储量 <math>\geq</math> 100 万幅。</p> <p>2.6 用鼠标圈出病灶区，可测量周长、面积、数值精确。</p> <p>2.7 临床表现、临床处理、诊断意见等提供标准术语库，用户可自行修改。</p> <p>2.8 自定义生成动态图像库辅助、科研、数学。</p> <p>2.9 方面的查询、检索、图像预览、打印、统计列表</p>		
--	---	--	--

		<p>功能、可根据日期、姓名、病种、操作医生、科室等查询。</p> <p>2.10 实时图像对比模式。</p> <p>2.11 9 套红外乳腺诊断仪报告模式，用户可以自行设计打印结果。</p>		
5	红光治疗仪	<p>1. 波长范围：能量主要分布范围 0.5 μm-30 μm，近红外峰值波长：0.9~2 μm，远红外峰值波长：2~10 μm</p> <p>2. 光谱范围：近红外、远红外</p> <p>3. 显示及操作方式：液晶屏显示，触摸屏操作</p> <p>4. 出光口面积：≥300cm<sup>2</sup></p> <p>5. 功率档数：五档可调</p> <p>6. 定时模式：电子定时</p> <p>7. 定时范围：0-99min</p> <p>8. 治疗模式：1、纯远红外治疗 2、纯近红外治疗（含红光） 3、近红外（含红光）+远红外复合治疗</p> <p>9. 光功率密度：≤100mw/cm<sup>2</sup></p> <p>10. 寿命：红外陶瓷辐射体寿命≥10000 小时</p> <p>11. 垂直升降功能：金属软臂手动调节</p> <p>12. 升降距离：升降高度≥40cm；最大调节高度≥145cm，最小调节高度≤70cm</p> <p>13. 角度调节：二维, ±90 度</p> <p>14. 过温保护：具有过温保护功能</p> <p>15. 远红外工作状态指示灯：有</p> <p>16. 整机光源电功率：≥300W</p>	3	台

6	熏蒸治疗仪	<p>一、技术要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电源：AC 220V±10%</li> <li>2. 电源频率：50Hz±1Hz</li> <li>3. 输入功率：2000VA</li> <li>4. 熏蒸温度：常温～（50±3）℃，九档可调</li> <li>5. 熏蒸温度保护温度：58℃±5℃</li> <li>6. 清洗水温：常温～（40±3）℃，分三档可调</li> <li>7. 清洗水温热保护温度：50℃±3℃</li> <li>8. 座圈温度：35℃±3℃</li> <li>9. 座圈热保护温度：77℃±5℃</li> <li>10. 暖风温度：常温～（35±5）℃，分三档可调</li> <li>11. 暖风热保护温度：95℃±5℃</li> <li>12. 熏蒸的时间可在1～99分钟范围内调节，连续工作时间不小于8小时</li> <li>13. 熏蒸仪的蒸汽发生器容积≥3000ml，其最大熏蒸量≥650ml/h</li> <li>14. 清洗流量：0.6-1.1L/min</li> <li>15. 具有臭氧消毒装置</li> <li>16. 熏蒸仪的工作噪声应不大于65dB(A计权)</li> </ol> <p>二、性能要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设有两块独立的控制面板，分别控制熏蒸和清洗，互不干扰。</li> <li>2. 加热功率分九档可调，每档控制不同的温度，可根据患者要求调节最适合患者的档位。</li> <li>3. 配合中草药熏蒸，使肌肤毛孔打开，药物通过皮肤表层吸收给药，完成治愈性理疗。</li> <li>4. 可根据男女所需，选择各自专用的冲洗功能，并调节合适水温，方便卫生。</li> <li>5. 具有座圈加热功能，更加贴心设计，提高患者治疗的舒适感。</li> </ol>	1	台
---	-------	---	---	---

		<p>6. 配有暖风烘干功能，可自由调节吹风的温度，风力柔和，暖风烘干，贴心周到。</p> <p>7. 配有 MP3 音乐功能辅助治疗，为患者提供减压疗法。</p> <p>8. 具有漏电保护功能、加热器防干烧装置，确保临床操作的安全性。</p> <p>9. 熏蒸仪的蒸汽发生器具有低水位自动保护装置，缺水时自动停止加热。</p> <p>10. 具有臭氧杀菌功能，避免患者交叉感染，确保治疗安全。</p> <p>11. 采用外置式药液过滤器，过滤药液，防止药渣进入管道，导致管道堵塞。</p> <p>12. 具有故障自动检测功能，并显示故障代码，同时在故障时及时发出提示音，安全可靠。</p>		
7	<p><b>医用妇科治疗仪（内置尾气回收）</b></p>	<p>1. 技术要求</p> <p>1.1 总体要求：空气源为原料制造臭氧，进行臭氧水冲洗和臭氧雾化治疗功能。</p> <p>1.2 超声雾化率<math>\geq 200\text{ml/h}</math></p> <p>1.3 臭氧气体浓度<math>\geq 300\text{mg/L}</math></p> <p>1.4 冲洗水量 0-1000ml/min 可调</p> <p>1.5 臭氧水浓度 1-8mg/L</p> <p>1.6 臭氧产量<math>\geq 1000\text{mg/h}</math></p> <p>1.7 产品工作时的噪音<math>\leq 55\text{dB}</math></p> <p>1.8 具有跟踪式尾气回收功能，环境臭氧浓度<math>\leq 0.05\text{PPM}</math></p> <p>1.9 对大肠杆菌、金色葡萄球菌、白色念珠菌的杀灭率均<math>\geq 99.99\%</math></p> <p>1.10 具有定时治疗及时间显示功能</p> <p>1.11 具有低水位和超温过热保护功能并以声光报警提示</p>	1	台

		<p>1.12 臭氧水冲洗流量、压力大小可调节，方便彻底清洗阴道里的分泌物</p> <p>1.13 具有臭氧水温度调节和显示功能</p> <p>1.14 新型臭氧治疗尾气回收分解一体机，具有在阴道口将散发的臭氧尾气及时回收并输送至分解装置的跟踪回收功能，是操作室内及患者感觉不到臭氧尾气</p> <p>1.15 具有雾化臭氧治疗和高浓度臭氧液冲洗两个系统，两个系统可单独或同时使用</p> <p>1.16 具有操作可控冲洗手柄</p> <p>1.17 冲洗系统可连接自来水管管道，自动进水</p> <p>1.18 自来水经过配套的净水器，自动进化成纯净水。自动排污</p> <p>1.19 恒温（19℃-38℃）、恒压（70kpa-120kpa）式冲洗；</p>		
8	医疗污水处理设备	<p>1. 适用规模：口腔 1-3 台牙椅、门诊类</p> <p>2. 运行功率：≤0.37KW</p> <p>3. 电源输入：AC220V</p> <p>4. 外形尺寸：≥400*400*450Hmm</p> <p>5. 进水方式：自吸、自流</p> <p>6. 执行标准：符合国家医疗机构污水排放预处理标准</p> <p>7. 消毒方式：臭氧氧化消毒为主，投加含氯消毒剂为辅，双重杀菌消毒</p>	1	套
9	牙科电动抽吸机	<p>1. 电压：220V/50HZ</p> <p>2. 功率：750W</p> <p>3. 风机转速：2800R/min</p> <p>4. 尺寸：≥49*31*66cm</p>	1	套

10	口腔影像板扫描仪	<p>1、连接方式：网线连接，该连线互换性能好，可以国内采购替换，通过局域网可以设定任意一台电脑控制该设备扫描工作，无需移动设备；</p> <p>2、电压： 100-240 伏 交流，采用 24V 直流电源适配器</p> <p>3、电源频率： 50-60 Hz</p> <p>4、功率： 最大负载电流 1.25A</p> <p>5、体积≤325*240*155MM（长/宽/高），体积小巧轻便，重量小于 4 公斤，可轻松放置在桌上和操作台上。</p> <p>6、影像板超薄柔软，无线设计。</p> <p>7、影像板为四层技术表面，表层含圆环磁芯面，可进行无接触式磁悬浮扫描。中间荧光层为氟氯化钡-铀涂层，荧光激发效率高，反应灵敏，可进行高效快速扫描。</p> <p>8、影像板尺寸：可兼容（22 x 31mm），（24 x 40mm），（31 x 41mm），（27 x 54mm）。</p> <p>9、影像速度：影像读取最快扫描速度 5 秒，影像板插入至影像生成整体时间不超过 18 秒，扫描同时擦除影像，立刻重新使用</p> <p>10、影像清晰度 2 档可选，空间分辨率≥12 LP/MM，理论分辨率不小于 16.7LP/MM。像素尺寸清晰扫描 60 微米，高清扫描 30 微米</p> <p>11、扫描方式：前端自动磁吸入式，悬浮扫描，扫描全程不接触影像板，还原影像真实度。 全程无需通过触碰电脑或机器操作。</p> <p>12、读片方式：含两种读片方式： 1.全自动式，放在舱口，自动感应，自动吸入，无需触碰机器按钮。</p> <p>2. 半自动式，放在舱口，点击读片键进行读片处理。</p> <p>13、退片方式：含两种退片方式： 1.全自动式，扫描完成自动弹出，掉落在影像接收盒。影像即刻擦除，</p>	1	套
----	----------	--	---	---

		<p>用于下次使用。2. 半自动式，扫描完成后自动弹出，停留在扫描舱口，手动取出，减少坠落撞击。</p> <p>14、含双重保护，一重保护壳可有效减少压痕或咬痕，手指接触等影响，二重保护袋可有效防止交叉感染，防水密封。</p> <p>15、软件功能：长度测量、角度测量，多级锐化，影像反转，局部加强，功能；标记；注释；各种图像处理，可以按找时间、ID、姓名等快速搜索病人。</p> <p>16、软件功能：含自动校正功能，避免放大失真造成的测量不准确。可进行种植体模拟放置。</p> <p>17、软件特性：为中文网络版，可直接通过网络连接，进行图像传输，并可升级</p> <p>18、数据库：SQL 专业数据库进行影像储存和管理，具有自动存档、备份及预警系统</p>		
11	<p><b>中频治疗仪（中医定向透药系统）</b></p>	<p>1、治疗电流：非对称超导编码电流</p> <p>2、输出波形：方波、锯齿波、三角波等，导入为非对称波</p> <p>3、工作频率：主频范围 900-9000Hz±15%，调频范围 1-440Hz±15%</p> <p>4、脉冲宽度：0.02ms~1.2ms</p> <p>5、调制方式：占空比和幅度动态可调</p> <p>6、输出通道：4 组电疗输出，4 组热疗输出</p> <p>7、输出强度：500Ω负载 输出电流 0-100MA 最大脉冲电流≤100MA</p> <p>8、安全防护：自动检测，耐压 4000V，I 类、BF 型</p> <p>9、定时功能：系统默认 5 分钟，人工自由设定 5-30 分钟</p> <p>10、热疗温度：温度可控制在 25°C-50°C之间</p> <p>11、热疗电源：25°C-50°C低、中、高三档可调</p> <p>12、处方功能：精选医疗专家治疗处方，4 处方、8</p>	3	台

		<p>处方、自动排序</p> <p>13、工作电源：交流 220V50Hz±10%</p> <p>功耗：≤130VA</p> <p>14、治疗设置：时间选择、处方选择、温度选择、强度选择</p> <p>15、输出数据与操作信息由语音提示和液晶显示</p> <p>16、具有双重隔离、开机保护、电极保护、短路保护、声光提示等防护功能。</p>		
12	新生儿黄疸治疗箱	<p>1. 产品要求：</p> <p>1.1 箱温控制，肤温监测，LED 显示；</p> <p>1.2 具有双面辐照功能，上灯箱光源为蓝光灯管，下灯箱光源为 LED 光源；</p> <p>1.3 具有光照治疗时间计时功能；</p> <p>1.4 产品具有自检功能，多种故障报警提示；</p> <p>1.5 前面板具有温度校正功能；</p> <p>1.6 具有肤温传感器脱落报警提示功能；</p> <p>1.7 具有正门独立锁定装置；</p> <p>1.8 自然风道加湿；</p> <p>1.9 抽拉式水箱；</p> <p>1.10 婴儿床可从侧面拉出；</p> <p>1.11 两侧和正门的有机玻璃可打开；</p> <p>1.12 采用无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度。</p> <p>2. 主要技术参数：</p> <p>2.1 工作电源：AC220V/ 50HZ</p> <p>2.2 输入功率：≤600VA</p> <p>2.3 控温方式：箱温控制，肤温监测</p> <p>2.4 控温范围：25℃～34℃</p> <p>2.5 肤温显示范围：5℃～65℃</p> <p>2.6 黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均</p>	1	套

		<p>值之差：<math>\leq \pm 0.8^{\circ}\text{C}</math></p> <p>2.7 皮肤温度传感器精度：<math>\pm 0.3^{\circ}\text{C}</math></p> <p>2.8 床面温度均匀性：<math>\leq 0.8^{\circ}\text{C}</math></p> <p>2.9 婴儿床面上的工作噪声：<math>\leq 55\text{dB (A)}</math> [环境噪音在 <math>45\text{dB (A)}</math> 以下]</p> <p>2.10 故障报警：超温、断电、传感器、偏差、风机、系统报警等</p> <p>2.11 床面上有效表面内的总辐照度：<math>\geq 1.5\text{mW/cm}^2</math> （上灯箱光源为灯管）<math>\geq 3.0\text{mW/cm}^2</math> （下灯箱）</p> <p>2.12 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值： <math>\geq 1.4\text{mW/cm}^2</math> （上灯箱光源为灯管） <math>\geq 2.5\text{mW/cm}^2</math> （下灯箱）</p> <p>2.13 床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度： <math>1.6\text{mW/cm}^2</math> （上灯箱光源为灯管） <math>3.5\text{mW/cm}^2</math> （下灯箱）</p> <p>2.14 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性： <math>\geq 0.4</math></p> <p>2.15 黄疸治疗光源主波长：<math>400\text{nm}\sim 550\text{nm}</math></p>		
13	藏医沙疗设备	<p>1. 木材品质：红松木、专用模具订做、加厚</p> <p>2. 沙子配方：矿物混合配方药沙 40-60 目（综合配方沙）</p> <p>3. 电路导线：2.5M2 国标耐高温 120 度、阻燃</p> <p>4. 加热系统：超晶体远红外线</p> <p>5. 电流保护器：9 个（内置）</p> <p>6. 电热保护器：9 个（内置）</p> <p>7. 漏电保护器：有（内置）</p> <p>8. 绝缘材料：订制耐高温加厚塑胶地板、阻燃</p> <p>9. 消毒系统：远红外消毒</p> <p>10. 保温材料：耐高温、阻燃聚酚材料</p> <p>11. 保温罩：普通</p>	3	套

		<p>12. 月耗电量：200 度左右</p> <p>13. 外形尺寸：≥1200mm*2200mm*600mm</p>		
14	藏医浴疗设备	<p>1. 木材品质：红松木、专用模具订做、加厚</p> <p>2. 配方：玉石颗粒、红玛瑙、墨玉、和田玉、绿松石 3mm-5mm</p> <p>3. 电路导线：2.5M2 国标耐高温 120 度、阻燃</p> <p>4. 加热系统：超晶体远红外线</p> <p>5. 电流保护器：9 个（内置）</p> <p>6. 电热保护器：9 个（内置）</p> <p>7. 漏电保护器：有（内置）</p> <p>8. 绝缘材料：订制耐高温加厚塑胶地板、阻燃</p> <p>9. 消毒系统：远红外+紫外线消毒</p> <p>10. 保温材料：耐高温、阻燃聚酚材料</p> <p>11. 保温罩：普通</p> <p>12. 月耗电量：200 度左右</p> <p>13. 外形尺寸：≥1200mm*2200mm*600mm</p>	3	套
15	病床	<p>1. 规格尺寸：长：≥2050mm, 宽：≥900mm, 高：≥500mm。床面采用≥40mm×20mm×1.2mm 矩管制作而成。床架采用≥40mm×80mm×1.2mm 矩管制作而成。床腿采用≥50mm×50mm×1.2mm 矩管制作而成。</p> <p>2. 背段升降采用活动转臂，支撑可靠、无噪音。升降丝杆外表光滑耐用，摇杆采用万向联轴节结构，使用双向过摇打滑保护装置，安全可靠，使用轻松无噪音；并有保护装置不积尘；摇柄可折叠可折叠收放。</p> <p>3. 床头床尾板采用 ABS 材料一次吹塑成型，锁紧件全部采用钢件，对称式快速插座，可快速拆卸。</p> <p>4. 整床经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。</p> <p>5. 背部倾斜：0° -70°，腿部倾斜：0° -35° 可任意</p>	10	张

		<p>调节。</p> <p>6. 护栏采用铝合金材料，厚度 1.0mm 以上。上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度 3.0mm。配有防松紧固件。开关精心设计确保长期使用的安全性。护栏外表没有焊接点。外观颜色为银白色。</p> <p>7. 静音轮直径 12cm，内置双轴承，胎面为软胎面，叉子采用冷板 2.5mm（厚度）一次冲压成型，独立刹车装置，确保长期使用的灵活性、安全性。</p> <p>8. 餐桌采用 pp 材质一次吹塑成型，易清洗，</p> <p>9. 床垫规格尺寸：与床大小匹配。床垫采用 4 公分棕丝和 2 公分的高密度海绵。面料采用一层防水布制成，有良好的弹性和韧性且不易变形，床垫套全脱设计，方便拆洗。</p> <p>10. 输液杆采用不锈钢伸缩管，高度可调。</p> <p>11. 鞋盆架彩页钢管焊接，螺丝固定于床腿上。</p>		
16	脉冲磁治疗仪	<p>1. 适用：软组织损伤及疼痛的辅助治疗</p> <p>2. 操作界面：大尺寸彩色液晶触摸屏</p> <p>3. 输出特性：磁、振、热三种能量同步输出</p> <p>4. 通道：双通道</p> <p>5. 磁场强度范围：一类线圈：0-150mT 二类线圈：0-200mT</p> <p>6. 最大磁场强度：一类线圈：<math>\geq 100\text{mT}</math>，环境中磁场强度低至 0.5mT 的距离<math>\leq 70\text{mm}</math> 二类线圈：<math>\geq 110\text{mT}</math>，环境中磁场强度低至 0.5mT 的距离不大于 80mm</p> <p>7. 磁场强度分级：3 级能调</p> <p>8. 电磁振动频率可调：0.5-100Hz</p> <p>9. 磁场占空比可调：1%-60%</p> <p>10. 电磁场刺激方向：双向生物感应电磁场刺激</p> <p>11. 振动功能：线圈具备电磁振动功能</p>	2	台

	<p>12. 振动幅度：0-10mm</p> <p>13. 热效应功能：线圈具备发热功能</p> <p>14. 治疗线圈表面温度范围：应处于 30-60℃ 范围内</p> <p>15. 双重温度保护：有软件控温和物理控温保护</p> <p>16. 热效应温度档位：温度可控，5 档可调</p> <p>17. 治疗时间：0-24 小时</p> <p>18. 治疗模式：12 种自定义治疗方案可选，且参数可独立设定并储存，参数设置包含治疗时间、温度、强度、振动频率、占空比</p> <p>19. 治疗线圈种类：2 种治疗线圈，可满足不同部位。</p>		
<p>注：1、医用妇科治疗仪（内置尾气回收）需提供 3000 支设备所治疗耗材，3000 支冲洗耗材。</p> <p>2、中频治疗仪（中医定向透药系统）需提供 3600 包电极片。</p>			