

采购单位：尖扎县人民医院

采购项目名称：尖扎县人民医院国家深度贫困县级公立能力建设购置科室设施设备采购项目

采购进口产品内容：宫颈癌筛查系统

申请购置进口产品的理由：

进口设备具备精度高、稳定安全可靠、有效性好、可更早发现早预防，对异地就医患者诊疗效率高，能为为患者提供更易接受的服务，且具有故障率低、使用寿命长等优势。

综合考虑，该设备不属于国家限制进口类产品，故申请采购原装进口产品。

现就上述内容向潜在政府采购供应商征求意见，潜在政府采购供应商对公示内容有异议的，请于公示期满后两个工作日内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至尖扎县人民医院（地址：尖扎县马克唐镇黄河路12号，联系人：崔女士，联系电话：0973-8732403）和尖扎县财政局（地址：尖扎县马克唐镇人民街35号，联系电话：0973-8733917）。

公示期：2021年3月25日至2021年4月1日。

- 附：1.政府采购进口产品申请及专家论证意见  
2.申请采购进口产品设备清单  
3.政府采购进口产品论证专家成员名单

2021年3月25日

# 附表 1

## 政府采购进口产品申请及专家论证意见表

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 主管预算单位名称                                   | 尖扎县卫生健康局                          |
| 项目使用单位（采购人）                                | 尖扎县人民医院                           |
| 采购进口产品内容                                   | 宫颈癌筛查系统                           |
| 采购进口产品预算金额                                 | 80 万元                             |
| 所属项目名称                                     | 尖扎县人民医院国家深度贫困县级公立能力建设购置科室设施设备采购项目 |
| 所属项目金额                                     | 206.3 万元                          |
| <b>一、申请理由</b>                              |                                   |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：      |                                   |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取   |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。 |                                   |

(一) 原因阐述:

进口设备具备精度高、稳定安全可靠、有效性好、可更早发现早预防,对异地就医患者诊疗效率高,能为患者提供更易接受的服务,且具有故障率低、使用寿命长等优势。综合考虑,该设备不属于国家限制进口类产品,故申请采购原装进口产品。

(二) 进口产品简要说明:

- 1、配置要求:宫颈癌筛查系统配置主机、便携式手控器、光电传感器、工作站、彩色打印机等。
- 2、传感器体管长度 $\geq 100\text{mm}$ 。
- 3、手控器电极端脉冲测量误差 $\leq 3\%$ 。
- 4、便携式手控器具有彩色触摸屏,用户界面文字提示运行过程。
- 5、光输出(手控器):输出 $\geq 3$ 种波长的光,保证对宫颈表层到基底覆盖。至少含绿光、远红外和红外光,参考波长 $520\pm 10\text{nm}$ , $660\pm 10\text{nm}$ 和 $936\pm 15\text{nm}$ 。
- 6、原装数据处理软件,基于病理数据库和智能筛查技术,仪器自动扫描分析实验结果,自动储存数据,无需要人为干预。
- 7、便捷式手控器内置锂电池,无线脱机操作,拥有续航能力,可充电使用。
- 8、宫颈癌筛查系统自备无线网络集成器,可与启用无线网络的计算机、手机进行数据通信。
- 9、功能要求:
  - 9.1 系统具备自检功能,开机后进入初始化自检程序。
  - 9.2 记录筛查结果:患者筛查报告可存储于电脑或打印出来。
  - 9.3 可用于孕妇。
- 10 对于 CIN2 以上敏感度超过 90%

## 二、专家论证意见

尖扎县人民医院拟采购宫颈癌筛查系统，经专家组研讨论，认为目前国内同类设备在性能稳定性、检验检测精度、操作便捷、安全性及使用寿命等方面较原装进口设备存在一定差距，为了进一步提升尖扎县人民医院诊疗水平，满足妇科宫颈癌筛查工作的需要，特建议采购原装进口设备。该设备不属于国家限制进口类产品。

专家签字：

刘清洋

成静

鱼建奇

李叫

郑国贤

2021年3月24日

## 附件 2

### 申请采购进口产品设备清单

| 序号 | 设备名称    | 功能                 | 选择进口产品理由  | 数量（台） |
|----|---------|--------------------|---|-------|
| 1  | 宫颈癌筛查系统 | 用于妇科医生进行宫颈癌及癌前病变筛查 | 进口设备具备精度高、稳定安全可靠、有效性好、可更早发现早预防，对异地就医患者诊疗效率高，能为为患者提供更易接受的服务，且具有故障率低、使用寿命长等优势。综合考虑，该设备不属于国家限制进口类产品，故申请采购原装进口产品。 | 1     |

附表 3

政府采购进口产品论证专家成员名单

| 专家姓名 | 工作单位       | 技术职称 | 手机号码        | 专家类别 |
|------|------------|------|-------------|------|
| 郑国贤  | 西宁市第三人民医院  | 工程师  | 18184558868 | 技术专家 |
| 李明   | 青海九子峡医院    | 主任   | 13897431716 | 技术专家 |
| 陈清洋  | 西宁市第二人民医院  | 高工   | 13519705253 | 技术专家 |
| 成文   | 青海省交通医院    | 主任医师 | 13897658778 | 技术专家 |
| 詹建奇  | 青海德诚司法鉴定中心 | 高工   | 13997051253 | 法律专家 |