

青海省心脑血管病专科医院专家论证意见表

名称	<u>第一导管室西门子 dFC 球管更换</u>		
申请科室	介入中心		
科室申请理由及用途	<p>我院介入中心承担全院介入治疗手术任务，目前有三台设备。几年每台设备因手术量十几台左右。第一导管室 dFC 目前曝光量已达 27 万次已接近球管寿命，为了保障手术安全顺利完成，现请求更换球管。</p>		
论 证 评 价	<p style="text-align: right;">签名：徐文生</p> <p>(此页不够可加附页) 2020 年 3 月 20 日</p> <p>一、(先进性、经济性、配套性、服务性): 我院是以治疗心脑血管疾病为特色的专科医院，介入治疗是一项重要不可分割的治疗手段。心血管造影机在诊断治疗冠心病、心律失常、先天心脏病、外周血管疾病等方面具有不可替代的作用。</p>		

内 容	<p>二、使用技术力量(含使用、维修人员技术状况): 介入中心目前操作、维护人员三名, 二名中级、一名高级。具有大型医疗设备上岗证。严格遵守开关机和操作流程, 并认真做好日常保养, 保证设备清洁、室温、冷却液及各方面的工作。</p> <p>三、社会效益及经济效益预测: 2019年介入中心配合相关科室共完成了700例手术, 并且每年10%左右增长率递增, 三台设备几年满足负荷运行。</p>
专家论证 意见	<p>西门子DFC球管具有唯一性和不可替代性, 请求采取单一来源采购方式。</p>
论证专家 签名	<p>徐长生、高律萍 李国强 2020年3月20日</p>

政府采购进口产品论证专家成员名单

姓名	工作单位	职务、职称	电话	签名	备注
徐文生	心脑血管病专科医院	高工	18697105531	徐文生	介入中心
高建伟	市中心医院眼科门诊部	主任医师	18997203195	高建伟	眼科
赵国华	市中心医院眼科门诊部	主任医师	13519759608	赵国华	眼科
曹以桂	省心脑血管病专科医院	主任医师	13909719622	曹以桂	放射科
齐群	北京汉卓律师事务所	律师	13007760881	齐群	