

竞争性谈判文件

采购项目名称：化隆回族自治县人民医院医疗
设备采购项目

采购项目编号：青海开盛竞谈（货物）2020-182

采 购 内 容：医疗设备

采 购 人：化隆回族自治县人民医院

采购代理机构：青海开盛招标有限公司

2020年10月

目 录

第一部分 谈判邀请.....	5
第二部分 竞争性谈判供应商须知.....	8
一、说 明.....	8
1. 适用范围.....	8
2. 采购方式、合格的竞争性谈判供应商.....	8
3. 谈判费用.....	8
二、谈判文件说明.....	8
4. 谈判文件的构成.....	8
5. 谈判文件、谈判活动和中标结果的质疑.....	8
6. 谈判文件的修改.....	9
三、谈判响应文件的编制.....	9
7. 谈判响应文件的语言及度量衡单位.....	9
8. 谈判报价及币种.....	10
9. 谈判保证金.....	10
10. 谈判有效期.....	11
11. 谈判响应文件构成.....	11
12. 谈判响应文件的编制要求.....	11
四、谈判响应文件的递交.....	12
13. 谈判响应文件的密封和标记.....	12
14. 递送谈判响应文件的地点、截止日期.....	12
15. 谈判响应文件的补充、修改或者撤回.....	13
五、谈判文件开启.....	13
16. 谈判文件开启.....	13
六、评审程序及方法.....	13
17. 评标委员会.....	13

18. 评审工作程序.....	15
19. 评审办法.....	17
七、定 标.....	17
20. 推荐并确定成交供应商.....	17
21. 成交通知.....	18
八、授予合同.....	18
22. 签订合同.....	18
九、谈判终止.....	19
23. 谈判终止情形.....	19
十、处罚.....	19
24. 处罚情形.....	19
十一、招标代理服务收费标准.....	20
十二、其他.....	20
第三部分 青海省政府采购项目合同书草案.....	21
合同通用条款.....	25
第四部分 谈判响应文件格式.....	33
格式 1：谈判响应文件封面.....	34
格式 2：谈判响应文件目录.....	35
格式 3：谈 判 函.....	36
格式 4：报价一览表.....	37
格式 5：分项报价表.....	38
格式 6：技术规格响应表.....	39
格式 7：法定代表人证明书.....	40
格式 8：法定代表人授权书.....	41
格式 9：供应商承诺函.....	42
格式 10：供应商诚信承诺书.....	43

格式 11：资格证明材料.....	44
格式 12：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明.....	45
格式 13：无重大违法记录声明.....	46
格式 14：谈判保证金证明格式.....	47
格式 15：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明.....	48
格式 16： 投标人的类似业绩证明材料.....	49
格式 17.1：制造（生产）企业小型、微型企业声明函.....	50
格式 17.2：从业人员声明函.....	51
格式 17.3：中小企业（监狱企业）声明函.....	52
格式 18：残疾人福利性单位声明函.....	53
格式 19： 二次报价表.....	54
第五部分 采购项目要求及技术参数.....	55
（一）谈判要求.....	55
1. 谈判说明.....	55
2. 报价说明.....	55
4. 重要指标.....	55
（二）项目概况及技术参数.....	57

第一部分 谈判邀请

青海开盛招标有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受 化隆回族自治县人民医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对化隆回族自治县人民医院医疗设备采购项目（青海开盛竞谈（货物）2020-182）进行国内竞争性谈判，现予以公告，欢迎潜在的竞争性谈判供应商参加本次政府采购活动。

采购项目名称	化隆回族自治县人民医院医疗设备采购项目
采购项目编号	青海开盛竞谈（货物）2020-182
采购方式	竞争性谈判
采购预算控制额度	45万元
项目分包个数	无
采购要求	具体详见谈判文件第五部分
供应商资格条件	(1) 竞争性谈判供应商须提供下列材料： <1>竞争性谈判供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； (3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞争性谈判供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。否则，皆取消投标资格； (4) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等产品的竞争性谈判供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (5) 本次谈判不接受竞争性谈判供应商以联合体方式进行谈判； (6) 在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法

	人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力； (7) 本次采购要求投标供应商为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证或备案证及所投产品的医疗器械注册证；投标供应商为代理商的，营业执照内须包含相关货物的经营范围，具备有效的医疗器械经营许可证或备案证及所投产品的医疗器械注册证； (8) 本项目须提供自2017年以来的类似业绩证明材料（至少一项）； (9) 竞争性谈判供应商必须在报名时间截止前向采购代理机构提交报名资料及标书费（标书费以采购代理机构帐户到账时间为准），报名时间截止后递交的潜在竞争性谈判供应商均无资格参加此次投标； (10) 竞争性谈判供应商必须向采购代理机构购买采购文件并登记备案，未向本项目采购代理机构购买采购文件并登记备案的潜在竞争性谈判供应商均无资格参加本次投标。
公告发布时间	2020年10月14日
谈判文件发售起止时间	2020年10月15日至2020年10月19日 上午9:00-12:00, 下午14:30-17:00（午休、节假日除外）。
谈判文件发售方式	现场购买或网上购买。
谈判文件售价	400元/包（谈判文件售后不退，谈判资格不能转让）
谈判文件发售地点	采购代理机构名称：青海开盛招标有限公司（西宁市城西区冷湖路27号宁景苑13楼西侧1309室） 标书购买联系人：罗先生 电话：0971-6368214 电子邮箱：kstendering@vip.163.com
购买谈判文件时应提供材料	竞争性谈判供应商营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书（参考谈判文件格式8）。 注：需网上购买标书的供应商应将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称、项目编号、联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认，同时将以上资料邮寄至采购代理机构留存备案。
谈判截止时间	2020年10月20日上午9时30分（北京时间）
谈判文件开启时间	2020年10月20日上午9时30分（北京时间）

谈判及谈判文件开启地点	青海开盛招标有限公司（西宁市城西区冷湖路27号宁景苑13楼西侧1308室）
采购人及联系人电话	采购人：化隆回族自治县人民医院 联系人：马先生 联系电话：0972-8718989 联系地址：海东市群科新区府西路
采购代理机构及联系人电话	采购代理机构：青海开盛招标有限公司 联系人：扎西女士 联系电话：0971-6368214 邮箱地址：kstendering@vip.163.com 联系地址：西宁市城西区冷湖路27号宁景苑13楼西侧1309室
采购代理机构开户银行	中国银行有限公司青海省西宁市五四西路支行
收款人	青海开盛招标有限公司
银行账号	105022114848
其他事项	公告内容以青海政府采购网发布的为准，本公告同时在青海省公共资源交易网发布。
财政监督部门及电话	单位名称：化隆回族自治县财政局 联系电话：0972-8713885

青海开盛招标有限公司
2020年10月14日

第二部分 竞争性谈判供应商须知

一、说 明

1. 适用范围

本次采购依据采购人的采购计划，仅适用于本谈判文件中所叙述的项目。

2. 采购方式、合格的竞争性谈判供应商

2.1 本次项目采取竞争性谈判方式。

2.2 合格的竞争性谈判供应商：详见第一部分“供应商资格条件”。

3. 谈判费用

竞争性谈判供应商应自愿承担与参加本次谈判有关的费用。采购代理机构对竞争性谈判供应商发生的费用不承担任何责任。

二、谈判文件说明

4. 谈判文件的构成

4.1 谈判文件包括：

- （1）谈判邀请
- （2）竞争性谈判供应商须知
- （3）青海省政府采购项目合同书草案
- （4）谈判响应文件格式
- （5）采购项目要求及技术参数

4.2 供应商应当按照谈判文件的要求编制谈判响应文件。谈判响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应。

5. 谈判文件、谈判活动和中标结果质疑

竞争性谈判供应商认为谈判文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提

出质疑的，应当在获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的竞争新谈判供应商对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购竞争性谈判供应商质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

竞争性谈判供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6. 谈判文件的修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接受谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、谈判响应文件的编制

7. 谈判响应文件的语言及度量衡单位

7.1 竞争性谈判供应商提交的谈判响应文件以及竞争性谈判供应商与采购代理机构就此谈判发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的谈判响应文件视同未提供。

7.2 除谈判文件中另有规定外，谈判响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖竞争性谈判供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由竞争性谈判供应商负责。

8. 谈判报价及币种

8.1 谈判报价为谈判总价。谈判报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 谈判报价应注明有效期，有效期应与谈判有效期一致。

8.3 谈判报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 谈判币种是人民币。

9. 谈判保证金

9.1 竞争性谈判供应商须在谈判截止期前按以下要求交纳谈判保证金

谈判保证金：9000.00元（大写：玖仟元整）；

收款单位：海东市公共资源交易中心保证金专户

开 户 行：青海银行股份有限公司海东市分行

银行账号：313852316017

子账号：7779905201000329214

交纳时间：谈判截止及谈判时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；通过银行转账的，由竞争性供应商汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 保证金退还：竞争性谈判供应商在谈判截止时间前撤回已提交的谈判响应文件的，采购代理机构应当自收到竞争性谈判供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的保证金，但因竞争性谈判供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的保证金或者转为成交供应商的履约保证金。

采购代理机构逾期退还保证金的，除应当退还保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因竞争性谈判供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 谈判有效期内竞争性谈判供应商撤销谈判响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还保证金。

10. 谈判有效期

从提交谈判响应文件的截止之日起60个日历日。谈判响应文件中承诺的谈判有效期应当不少于谈判文件中载明的谈判有效期。

11. 谈判响应文件构成

11.1 竞争性谈判供应商应提交相关证明材料，作为其参加谈判和中标后有能力和履行合同的证明。编写的谈判响应文件须包括以下内容（格式见谈判文件第四部分）：

- （1）谈判响应文件封面
- （2）谈判响应文件目录
- （3）谈判函
- （4）报价一览表
- （5）分项报价表
- （6）技术规格响应表
- （7）法定代表人证明书
- （8）法定代表人授权书
- （9）供应商承诺函
- （10）供应商诚信承诺书
- （11）资格证明材料
- （12）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
- （13）无重大违法记录声明
- （14）谈判保证金证明
- （15）具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明
- （16）投标人的类似业绩证明材料
- （17）制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函、中小企业（监狱企业）声明函
- （18）残疾人福利性单位声明函
- （19）二次报价表

12. 谈判响应文件的编制要求

12.1 竞争性谈判供应商应按照谈判文件所提供的谈判响应文件格式，分别填写谈判文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、

数量和价格等内容；谈判文件要求签字、盖章的地方必须由竞争性谈判供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 竞争性谈判供应商应准备纸质谈判响应文件正本1份、副本2份，电子文档1份。若发生正本和副本不符，以正本为准。谈判响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，其他方式装订的谈判响应文件一概不予接受。（封面左侧胶装处须打印此次采购项目名称及竞争性谈判供应商名称）

12.3 谈判响应文件的正本需彩色打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本可采用正本的复印件。电子文档用U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质谈判响应文件正本完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 谈判响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由竞争性谈判供应商法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、谈判响应文件的递交

13. 谈判响应文件的密封和标记

13.1 谈判响应文件正本、所有副本、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明竞争性谈判供应商名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号。

13.2 密封后的谈判响应文件均应：

- (1) 按“谈判邀请”注明的时间、地址送达；
- (2) 谈判响应文件密封袋用“于××××年××月××日××时××分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 谈判签到时需提供

- (1) 谈判响应文件正本1份和副本2份；
- (2) 电子文档（U盘）1份。

13.4 竞争性谈判供应商如投多个包，谈判响应文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14. 递送谈判响应文件的地点、截止日期

14.1 所有谈判响应文件都必须按谈判文件规定的谈判截止时间之前送达谈判地点。

14.2 供应商应当在谈判文件要求的截止时间前将谈判响应文件送达指定地

点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当拒收。

14.3逾期送达或者未按照谈判文件第13.1-13.2条要求密封的谈判响应文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15. 谈判响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在提交谈判响应文件截止时间前，可以对所提交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容（包括签字盖章）作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与谈判响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、谈判文件开启

16. 谈判文件开启

16.1采购代理机构按本文件中确定的时间和地点组织招标谈判文件开启。竞争性谈判供应商须派法定代表人或委托代理人本人参加并签到以证明其出席谈判文件开启会议，否则视为自动放弃。

16.2谈判文件开启工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，谈判现场全程录音、录像。

16.3谈判文件开启时，由竞争性谈判供应商检查谈判响应文件的密封情况，经确认无误后，签署标书密封情况表。

16.4谈判响应文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若竞争性谈判供应商拒绝接受，其谈判将被拒绝。

六、评审程序及方法

17. 评标委员会

17.1 采购人或采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动

中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布竞争性谈判供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关法律法规、谈判文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照谈判文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出谈判文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价谈判响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求竞争性谈判供应商对谈判响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对谈判响应文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

17.4 采购人或采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

17.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有谈判响应文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

17.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18. 评审工作程序

18.1 进入评审阶段后，由谈判小组成员独立展开评审工作，负责评审所有谈判响应文件，并按先初审、后复审的程序对谈判响应文件进行评审。

18.1.1 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，属监狱企业的，投标人须提供《中小企业（监狱企业）声明函》，并由投标人加盖公章，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）投标人提供的《中小企业（监狱企业）声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

18.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判，未实质性响应的按无效投标处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性偏离是指谈判响应文件未能实质性响应谈判文件的要求。以下情况属于实质性偏离，谈判响应文件有下列情况之一的，按无效谈判处理。

- （1）不符合谈判邀请中“供应商资格条件”之规定的；
- （2）未按谈判文件要求缴纳或未足额缴纳谈判保证金的；
- （3）未按第11.1款（1）-（16）要求提供相关资料的；
- （4）谈判响应文件内容没有按谈判文件规定和要求签字、盖章的；
- （5）谈判要求交货期、谈判有效期不能满足谈判文件要求的；
- （6）谈判报价超过采购预算额度或者最高限价的；
- （7）谈判响应的规格、标准明显不符合采购项目要求且分项报价表中响应的数量规格与参数不一致的；最终报价出现两个或两个以上报价方案的；
- （8）谈判产品未完全满足谈判文件确定的技术指标及参数的；
- （9）擅自修改谈判文件规定的格式内容的；
- （10）未按谈判文件要求提供电子文档的；
- （11）谈判小组认为应按无效投标处理的其他情况；
- （12）法律、法规和谈判文件规定的其他情形。

18.2.2非实质性偏离是指谈判响应文件实质性响应谈判文件，但在部分可允许范围内存在一些不规则、不一致、不完整的内容，通过澄清、说明或者补正后这些内容不会改变谈判响应文件的实质性。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

18.3谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

18.4谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，以报价最低的原则确定成交供应商，并编写评标报告。

19. 评审办法

19.1、依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

评审项目	评审因素	评审标准
谈判响应文件初审表	“供应商资格要求”的要求	符合谈判文件要求
	谈判保证金	符合谈判文件要求
	谈判文件（1）-（16）要求	符合谈判文件要求
	谈判响应文件签字盖章	符合谈判文件要求
	交货期、谈判有效期	符合谈判文件要求
	谈判报价	是否超过谈判文件规定的预算金额或最高限价
	谈判响应文件电子版	完全满足谈判文件要求

19.3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格作为谈判报价，政策性价格给予6%的扣除。（残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。

七、定 标

20. 推荐并确定成交供应商

20.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

20.2成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

20.3成交公示期为1个工作日。

21. 成交通知

21.1采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海政府采购信息网上公告中标结果。

21.2《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等效力，《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

22. 签订合同

22.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及成交标的、规格型号、成交金额、成交数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超过采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

22.2 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

22.3谈判文件、成交供应商的谈判响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.4采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

备注：政府采购合同备案：采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。

采购代理机构留存贰份备案。（所有合同必须胶装成册，活页装订不予备案。）

22.5 此项目无需履约保证金。

22.6 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采

购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

22.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他竞争性谈判供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的竞争性谈判供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.8 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

22.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

九、谈判终止

23. 谈判终止情形

23.1 在谈判采购中，出现下列情形之一的，应予重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2 谈判终止后，由采购代理机构发布谈判终止公告。

十、处罚

24. 处罚情形

成交供应商有下列情形之一的，中标无效，谈判保证金、不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

24.1 竞争性谈判供应商在谈判截止期后撤回其谈判的。

24.2 提供虚假材料谋取中标的。

24.3 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

24.4 有恶意串通等不正当竞争行为的。

24.5 中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

24.6 未按照招标、谈判响应文件确定的事项签订采购合同的。

24.7 将采购合同转包的。

24.8 提供假冒伪劣产品的。

- 24.9擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。
- 24.10成交供应商签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。
- 24.11法律、法规规定的其他情形。

十一、招标代理服务收费标准

招标代理服务费：收取对象：**成交供应商**

收费标准：**本项目招标代理服务费：7000.00元(大写:柒仟元整)。**

说明：根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

在合同签订前向采购代理机构交纳。竞争性谈判供应商中标后，须另行交纳谈判服务费，谈判保证金不作为中标服务费来收取，在收到中标服务费后退还其谈判保证金（自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金），不计利息）。

十二、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规的有关条款执行。

青海省政府采购项目合同书

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据 2020 年 10 月 20 日 （化隆回族自治县人民医院医疗设备采购项目）采购项目（青海开盛竞谈（货物）2020-182） 的谈判文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 谈判文件；
2. 谈判文件的更正、变更公告；
3. 成交供应商提交的谈判响应文件；
4. 谈判文件中规定的政府采购合同通用条款；
5. 成交通知书。

二、合同标的及金额 （附二次报价表及二次分项报价表）

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币（大写）_____。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 交货时间：_____；交货地点：_____。
2. 乙方提供不符合谈判文件、谈判响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后_____个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。
6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按谈判文件、谈判响应文件的规定

要求乙方及时予以解决。

7. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

甲乙双方签订合同后，且货物到达交付地点，经乙方安装、调试、试运行、培训，整体项目验收合格后，第一年由甲方支付合同总价的40%，设备运行至第二年后付合同总价的30%，剩余的30%在第三年无任何质量问题后付清。

五、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1. 乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3%的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过15个工作日对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和谈判响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在10个工作日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2. 除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现非人为情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：详见合同通用条款第5条。

九、其他约定：

十、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。

产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效，如有遗失，概不负责。

2. 本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3. 本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

联系电话：

签约时间： 年 月 日

采购代理机构：

负责人或经办人：

合同备案时间： 年 月 日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在我国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2. 技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招谈判响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4. 合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5. 知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6. 保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三

方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术规范和质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法

提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等,按合同规定方式进行,并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8. 包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输,并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施,以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装,以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证,装箱清单,主机、附件、各种零部件和消耗品,有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用,包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格,包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用,并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地,测试无法依照合同进行,而引起甲方人员延长逗留时间,所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10. 交货方式及交货日期

交货方式: 现场交货,乙方负责办理运输和保险,将货物运抵现场。

交货期：按乙方谈判响应文件中的日期填写

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11. 检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新测试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12. 付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13. 履约保证金

具体详见谈判文件第二部分第八条22.5条款。

14. 索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15. 迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16. 违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17. 不可抗力

17.1. 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18. 税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19. 合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20. 违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21. 破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22. 转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23. 合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益

的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24. 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25. 计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26. 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分 谈判响应文件格式

竞争性谈判供应商应严格按照本格式要求编制谈判响应文件，胶装成册并编制相应页码，否则其谈判响应文件将不予接受。

格式 1：谈判响应文件封面

青海省政府采购项目

谈判响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

竞争性谈判供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 2：谈判响应文件目录

格式 1：谈判响应文件封面.....	所在页码
格式 2：谈判响应文件目录.....	所在页码
格式 3：谈 判 函.....	所在页码
格式 4：报价一览表.....	所在页码
格式 5：分项报价表.....	所在页码
格式 6：技术规格响应表.....	所在页码
格式 7：法定代表人证明书.....	所在页码
格式 8：法定代表人授权书.....	所在页码
格式 9：供应商承诺函.....	所在页码
格式 10：供应商诚信承诺书.....	所在页码
格式 11：资格证明材料.....	所在页码
格式 12：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明.....	所在页码
格式 13：无重大违法记录声明.....	所在页码
格式 14：谈判保证金证明格式.....	所在页码
格式 15：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明.....	所在页码
格式 16：投标人的类似业绩证明材料.....	所在页码
格式 17.1：制造（生产）企业小型、微型企业声明函.....	所在页码
格式 17.2：从业人员声明函.....	所在页码
格式 17.3：中小企业（监狱企业）声明函.....	所在页码
格式 18：残疾人福利性单位声明函.....	所在页码
格式 19： 二次报价表.....	所在页码

格式3：谈判函

谈判函

致青海开盛招标有限公司：

我们收到采购项目名称（采购项目编号）谈判文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表竞争性谈判供应商（竞争性谈判供应商名称、地址）提交谈判响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已详阅谈判文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2. 谈判有效期：从提交谈判文件的截止之日起_____日历日内有效。如果我方在谈判有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3. 我方同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4. 与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人姓名：_____ 职务：_____

竞争性谈判供应商：	（公章）
法定代表人或委托代理人：	（签字或盖章）
年 月 日	

格式 4：报价一览表

报价一览表

竞争性谈判供应商名称：

单位：人民币(元)

项目名称 (谈判包号)	谈 判 报 价	交 货 期	备注
	大写：		
	小写：		
优惠承诺及其他：			

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2. “谈判报价”为谈判总价。谈判报价必须包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、进口报关费（进口产品）、税金及不可预见费等全部费用。

3. “交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4. 谈判报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则谈判无效。

竞争性谈判供应商：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日

格式 5：分项报价表

分项报价表

竞争性谈判供应商名称：

包号：

单位：人民币（元）

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期	注册证名称
1									
2									
3									
4									
...									
谈判总价		大写： 小写：							

注：本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

竞争性谈判供应商：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日

格式 6：技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

包号：

采购需求技术参数、指标			投标产品技术参数、指标		偏离
序号	名称	技术参数及配置	名称	技术参数及配置	
1					
2					
...					

注：1. 本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效谈判处理。

2. “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的相关支撑证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

2. 填写此表时以项目参数要求为基本谈判要求，满足项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4. 竞争性谈判供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

竞争性谈判供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

格式 7：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海开盛招标有限公司：

（法定代表人姓名） 现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：_____ 年龄：_____ 民族：_____

地址：_____

身份证号码：_____

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

竞争性谈判供应商：

（公章）

年 月 日

格式 8：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海开盛招标有限公司

（竞争性谈判供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址_____。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理_____项目的谈判、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：_____ 授权人（法定代表人）签字：_____

职务：_____ 职务：_____

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

竞争性谈判供应商：

（公章）

年 月 日

格式 9：供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海开盛招标有限公司

关于贵方2020年____月____日____（项目名称）（项目编号），本签字人愿意参加谈判，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（竞争性谈判供应商名称），在此作如下承诺：

1. 完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求；
2. 若中标，我方将按照谈判文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；
3. 我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。
4. 我方承诺，除谈判文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。
5. 在整个谈判过程中我方若有违规行为，贵方可按谈判文件之规定给予处罚，我方完全接受。
6. 若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

竞争性谈判供应商：____（公章）
法定代表人或委托代理人：____（签字或盖章）
年 月 日

格式 10：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海开盛招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他竞争性谈判供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照谈判文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对竞争性谈判供应商的相关处理。

本承诺是采购项目谈判响应文件的组成部分。

竞争性谈判供应商：	（公章）
法定代表人或委托代理人：	（签字或盖章）
年 月 日	

格式 11：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会信用代码证、开户许可证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）谈判文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）竞争性谈判供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

格式 12：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照谈判文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、竞争性谈判供应商是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或上一年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。竞争性谈判供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的竞争性谈判供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

格式 13：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海开盛招标有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附：网站查询截图，截图中须显示“报告查看时间”，时间为投标截止时间前20天内。

竞争性谈判供应商：	（公章）
法定代表人或委托代理人：	（签字或盖章）
年 月 日	

格式 14：谈判保证金证明格式

谈判保证金证明

致：青海开盛招标有限公司：

我方为（项目名称）（项目编号）递交保证金人民币_____（大写：人民币 _____元）已于____年____月____日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明、开户许可证（复印件加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户 名：

开户银行：

开户帐号：

竞争性谈判供应商：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日

格式 15：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，竞争性谈判供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

格式 16： 投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供投标截止日前3年的投标人类似业绩证明材料, 提供的业绩为2017年10月20日至2020年10月19日。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件或中标通知书复印件。

格式 17.1：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海开盛招标有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1. 此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，同时附相关证明材料；

2. 此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

制造（生产）企业名称：	（公章）
制造（生产）企业法定代表人：	（签字或盖章）
	年 月 日

格式 17.2：从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海开盛招标有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本公司从业人员数为_____人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：_____（公章）

制造（生产）企业法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 17.3：中小企业（监狱企业）声明函

中小企业（监狱企业）声明函

致：青海开盛招标有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

企业名称：_____（公章）

企业法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 18：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海开盛招标有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为_____人，安置的残疾人人数_____人。且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：（公章）

制造（生产）企业法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

格式 19: 二次报价表

二次报价表

竞争性谈判供应商名称:

日期： 年 月 日

单位：人民币（元）

包号	项目名称	第一次报价	二次报价	交 货 期

优惠条件及其他承诺:

注：（此表不需装订在《谈判文件》中，先将供应商法定代表人或委托代理人签字并加盖供应商公章携带至谈判现场，根据评标专家组规定时间现场进行填写并存档，此表后须附分项报价表。

竞争性谈判供应商： (公章)
法人代表或谈判代表签字： (签字或盖章)

年 月 日

第五部分 采购项目要求及技术参数

（一）谈判要求

1. 谈判说明

1.1 竞争性谈判供应商可以按照谈判文件规定的包号选择谈判，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行谈判，不能拆分或少报。否则，谈判无效。

1.2 谈判报价应包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

1.3 本次谈判产品必须符合国家的强制性标准。

1.4 交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点。（详见谈判文件第五部分第4条商务要求）。

1.5 项目成交后分包情况：不允许。

2. 报价说明

本次谈判文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，竞争性谈判供应商的谈判报价不得超出此额度。否则，谈判无效。

3. 重要指标

3.1 此项目核心产品为：多功能低频治疗仪、智能温热牵引系统、全自动恒温蜡疗机、熏蒸治疗仪、高能量深层肌肉刺激仪为核心产品。

3.2 “★”号项参数为重要技术参数，有一项不满足视为无效投标。

3.3 谈判文件在技术参数中列出了采购人可以接受的最低技术指标，竞争性谈判供应商必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

3.4 谈判文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有谈判文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

3.5 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在谈判时必须附在谈判响应文件中。

4. 商务要求

4.1. 交货时间：合同签订后20日内。

4.2. 交货地点：化隆回族自治县人民医院指定地点。

4.3. 付款方式：甲乙双方签订合同后，且货物到达交付地点，经乙方安装、调试、试运行、培训，整体项目验收合格后，第一年由甲方支付合同总价的40%，设备运行至第二年后付合同总价的30%，剩余的30%在第三年无任何质量问题后付清。

4.4. 质保期：三年。

（二）项目概况及技术参数

中医康复科设备清单

产品名称	数量
多功能低频治疗仪	1
电脑中频治疗仪	1
超短波电疗机	1
智能温热牵引系统	1
全自动恒温蜡疗机	1
熏蒸治疗仪	1
电针治疗仪	1
神灯	3
多功能平行杠（可调式、含矫正板）	1
训练用扶梯（双向）	1
诊疗床	4
高效流水分级式粉碎机	1
电脑	4
打印机	2
手摇式三折病床	12
高能量深层肌肉刺激仪	1
微波炉	1
红外光疗仪	2

具体所投产品以清单为准。

一、多功能低频治疗仪 数量：1/台

- ★1、可输出 ≥ 6 种波形，每个波形可设定不同的治疗方式；
- ★2、脉冲宽度范围 $46\mu s \sim 2.5ms$ ，可适用不同患者的治疗；
- 3、输出电流有效值为 $0 \sim 80mA$ ，并在最小至最大输出范围内连续可调；
- 4、可通过外部电脑连接进行软件升级、处方设定及存储；
- 5、脉冲频率 $0 \sim 1000Hz$ ，频率精度 $\pm 10\%$ ，部分波形精度达到 $\pm 1\%$ ；
- 6、具有短路过流及空载保护功能；
- 7、具有双重保护和隔离保护功能，确保治疗患者的安全；
- 8、可选配台车，方便设备移动。
- 9、输出通道：双通道
- 10、输入功率： $\leq 100W$
- 11、工作模式： ≥ 28 种
- 12、3.5寸液晶显示屏

二、电脑中频治疗仪 数量：1/台

- 1. 中频载波频率： $2KHz \sim 8KHz$
- 2. 低频调制频率： $0 \sim 150Hz$
- 3. 调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、尖波、锯齿波、等幅波
- 4. 调制幅度：100%、75%、50%、25%
- 5. 最大输出电流： $0 \sim 100mA$
- 6. 输出电流稳定度： $\leq 5\%$
- 7. 输出通道：四通道
- 8. 工作电压：交流 $220V \pm 22V$ 、 $50Hz \pm 1Hz$
- 9. 使用环境：环境温度 $5^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$ ，相对湿度 $\leq 80\%$
- 10. 输入功率： $\leq 55VA$
- 11. 安全分类：I类BF型
- 12. 熔断器： $0.5A$ 、 $\Phi 5 \times 20$ （两个）
- 13. 运输和贮存环境条件：环境湿度 $-40^{\circ}C \sim 55^{\circ}C$ ，相对湿度 $\leq 93\%$

性能、功能要求：

中频脉冲输出，内设 ≤ 99 个程序处方。

★ 电极温热输出，温度 ≤ 30 档可调节。1-4通道独有设计不同的升温速度，适合不同的患者

三、超短波电疗机 数量：1/台

本电疗机适用于对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗。本机为落地式，

移动方便。治疗电子定时、声光提示、光柱显示输出强度使用明了直观，输出先回零保护装置。特点：输出分 10 档调节，调节过程输出幅度变化小，有利于不同剂量的治疗。脉冲超短波的理疗作用具有很强的非热效应，这是连续波不能达到的。因而能加大剂量对深层患部进行治疗。

主要性能指标：

- 1、输出功率：200W，允许偏差 $\pm 20\%$ 。
- 2、工作频率：27.12MHz，允许偏差 $\pm 0.6\%$ 。
- 3、治疗时间：分 10、15、20、25、30min 五档，允许偏差 $\pm 10\%$ 。
- 4、脉冲调制频率分：疏 70Hz、密 350Hz 二档，允许偏差 $\pm 15\%$ 。
- 5、使用电源： $\sim 220V$ ，50Hz。额定输入功率：900VA。
- 6、工作制：连续工作不少于 4h。
- 7、使用环境：环境温度 $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 80\%$ 。

四、智能温热牵引系统 数量：1/台

★1、“内置式碳纤维”腰部加热器：安装在牵引床内的碳纤维，柔软耐折，增大使用寿命。温热等级有不少于 5 级可调。

2、颈部加热带：采用碳纤丝材料，可根据颈椎曲线自由弯曲，柔软舒适。温热等级有 5 级可调，温度精准控制。

3、双颈牵配置，灵活配置治疗资源。

4、传动装置：采用力矩电机，柔和牵引。

5、牵引力精确：有自动检测功能、自动补偿功能。牵引力 $1 \sim 99\text{Kg}$ 在牵引过程中可根据医生需要随时增减牵引力，无须停机。

6、床体采用德国原装阻尼器，防止床体迅速滑动，保障患者上下床时的安全。

7、牵引体位科学：膝下应用三角枕调节受力位置。

8、腰背部床体凹凸截面设计。

9、上身固定采用腋下摆臂和胸部两种固定方式。

10、安全设置：颈腰牵引都配有紧急停止开关。

11、设定值锁定功能：防止误操作导致医疗事故的发生。

12、牵引绳采用柔软钢丝绳，外包耐磨 PU 防止钢丝毛刺扎手，固定轨道设计。

- 13、床面采用耐磨、耐拉、耐低温、抗菌、高级环保、阻燃皮革。
- 14、独有的双色数码管显示，主副模式由红、绿双色显示。
- 15、全数字设定显示，牵引力、牵引时间、治疗时间均数字设定，且有记忆功能。
- 16、自动故障检测，以不同代码指示故障，停止治疗，故障排除后方可正常使用。
- 17、颈椎牵引高度 $\leq 209\text{cm}$ 。
- 18、训练参数：牵引力：1-99Kg，牵引时间：0-99 秒，治疗时间：0-99 分
- 19、牵引模式：主副牵引、连续牵引、间歇牵引
- 20、电源：a. c. 220V 50Hz，功率：110VA

五、全自动恒温蜡疗机 数量：1/台

- 1、电源：AC220V 50Hz；
 - 2、蜡饼厚度：10-20mm 可选择；
 - 3、蜡液注满蜡盘时间： $\leq 3\text{min}$ ；
 - 4、一次制作蜡饼数量：（5；10；15）个可设置；
 - 5、过滤：熔蜡阶段 3 级过滤；
 - 6、杀菌：紫外线杀菌；
 - 7、保温箱制冷方式：风道循环冷却；
 - 8、托盘层数：不少于 15 层；
 - 9、观察窗尺寸：不小于高 800x 宽 150mm
 - 10、熔蜡空间：不小于 76L；
 - 11、蜡饼制作空间：不小于 183L；
 - 12、熔蜡温度控制范围：室温 60-95℃（默认 75℃）；
 - 13、蜡饼温度设置范围：室温 35℃-62℃（默认 52℃）；
- 功能特点：
- 1、采用大屏幕彩色电容触摸屏，触控更灵敏，中文液晶图文显示，操作更方

便。

2、全自动，一键制作蜡饼，可设置自动启动、熔蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工接管。

3、高产量，可同时制作 5、10、15 个蜡饼，满足医院的使用需求。

4、制饼时间：一小时快速制作蜡饼，可根据蜡饼厚度和环境温度自动调整制饼时间。

5、防护保密，设置相关权限，防止非操作人员随意进入操作。

6、进度提示，制作蜡饼状态进度设置。

7、应急预案，突然断电再来电时自动记忆识别切换既定程序，确保临床蜡饼正常使用。

8、设备材料，SUS304 不锈钢内胆及托盘，外壳喷塑便于清洗消毒。

9、视觉设计，设有超大观察窗和 LED 节能照明系统，方便随时观察蜡饼制作情况。

10、安全保护，有超温自动报警系统，紧急停止装置、漏电保护等多重安全保护，确保使用更加安全。

11、每组托盘有单独的出蜡系统

12、可设置每天自动开机时间，

13、循环泵外置过热及低温保护功能防止蜡液堵塞

14、移动脚轮便于移动；调整脚方便调整箱体水平保证蜡饼厚度均匀

15、有防止过热的报警装置

16、上置风机避免蜡液溢入

17、温控技术可以使保温箱内任意蜡盘几何中心的温差不超过 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，且任意蜡盘几何中心的温度波动不超过 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，保证蜡饼品质不会外硬内软以及出现雪花状况等情形发生。

18、紧急停止装置，漏电保护等 7 道安全保护装置

19、有记忆功能，记忆上次制作参数

- 20、内置 15 条加热管道，并有超温和低温保护功能
- 21、整个流程的所有时间可任意设置
- 22、整个流程中所有温度可任意修改
- 23、消毒间隔和消毒时间自动完成
- 24、断电后重新开机具有取消任意中间流程的功能
- 25、无水化蜡技术保证蜡饼内无水分烫伤
- 26、执行国家标准 GB 9706.1-2007《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》

和 GB/T 14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》。

六、熏蒸治疗仪 数量：1/台

- ★1、通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制
- ★2、预热及治疗功率 1、2、3、4 档可调
 - 3、人性化设计，具有预热温度设置功能，预热设定温度为 40℃～90℃，允差 ±20%，步长 1℃。
 - 4、药液从常温加热到 95℃时间≤15 分钟（因加液量及药液温度不同，通常为 3～10 分钟）
 - 5、治疗时间 1-35 分钟可调
 - 6、显示方式：大尺寸液晶屏显示
 - 7、喷头采用双腔隔热设计（可提供专利证书），具有主容器和副容器，保证喷汽均匀，不喷水不滴水，治疗更舒适
 - 8、按键操作、治疗结束、缺液时具有声音提示
 - 9、当熏蒸机药罐中气压大于 0.08MPa 时，减压阀排气减压
 - 10、喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，确保临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求。
 - 11、设备输入功率：≤1800W
 - 12、额定装药容量：≥3.5L
 - 13、具有缺液报警及缺液自动停止加热功能
 - 14、智能倒计时，真正做到喷汽时间与治疗时间完全相符

15、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修，并做到完全隔离

16、采用气路、液路防阻塞设计及工艺

17、采用直径达 23mm 排液管路, 确保排液方便快捷不阻塞，便于维护

18、外置气路过滤器，方便清洁维护

19、采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器，使用寿命较常规加热器长一倍以上

20、入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011 版第一批）”，提供国家中医局文件为准。

七、多功能平行杠（可调式、含矫正板） 数量：1/个

1、主要用于步行训练、矫正不良步态，肌力增强训练。

2、规格：≥3000*940*760-960 (mm)

3、扶手宽度调节：≥450-670mm

4、扶手直径：≥38mm

5、材质：不锈钢、冷拉钢、环保防滑垫

6、矫正板：

规格：≥2440*522*120 (mm)

角度：140°

材质：实木、环保防滑垫/油漆

用途：矫正足内外翻，用于患者分腿训练，配套平行杠使用

八、训练用扶梯（双向） 数量：1/个

1、规格：≥3100*780*1300-1600mm

2、扶手调节范围：≥695-995mm

3、三步梯木板尺寸：≥780*290*12mm；

步距：≥290mm；

步高：≥150mm；

4、五步梯木板尺寸：≥780*290*12mm；

步距：≥290mm；

步高：≥100mm；

5、扶手直径：≥32mm

6、材质：钢结构、烤漆、环保防滑垫

九、诊疗床 数量：4/个

1、外形尺寸：≥1990*650*695mm

2、扶手板尺寸：≥175*100mm

3、底板尺寸：≥900*315mm

4、最大承重：≥175kg

5、产品净重：≥32kg

十、手摇式三折病床参数 数量：12/个

配置：ABS 床头床尾板、铝合金折叠护栏、碳钢分离杂物架、引流钩、5 寸面包静音脚轮。

（1）规格：≥2160×950(包括护栏)×500mm(不包括床头高度)

（2）升降功能：

①背部升降：升降角度 0～75°，±2°；

②腿部升降：升降角度 0～45°，±2°。

（3）床面板

★①床面板采用优质冷轧板材一次性冲压拉伸成型，断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床板四周焊接 15×30×1.0MM 矩管加强筋，增加承载力。

②病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无噪音。

③床板链接采用钢质铰链，单片厚度 4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。

（4）床身主要部件：

①床框采用≥30mm×60mm×1.2mm 优质碳钢矩管；

②床尾板下方设计有隐藏式餐板槽，餐板在不用时可置于此处；

③床框四角带输液架插座，方便操作使用。

（5）护栏

①铝合金折叠护栏主管采用直径≥30mmD 型铝合金管，五支立管采用直径≥19mm 铝合金型材管；

②高强度铸铝锁紧机构；

- ③护栏活动关节连接均采用钢件连接，外罩塑料件装饰；
- ④高强度铸铝枪把手内置隐藏式锁紧机构，安全可靠，加厚 D 形铝合金护手，表面硬化处理；
- ⑤护栏升起后护栏上缘距离床面有效护栏高度 $\geq 30\text{CM}$, 有效防治老年患者发生坠床风险。

（6）床头床尾板

- ①高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁，便于清洁；
- ②采用挂式结构，非中空设计，强度高，稳定性强，拆卸方便，床头推手位受力强度 $\geq 450\text{N}$ ；
- ③床尾板带一次成型 ABS 病历卡座。

（7）床架加工

- ①整体床架采用优质冷轧型材，经机器人自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。床面板通过连续 90 小时以上盐雾测试试验后面板无裂纹、无锈蚀、光滑无变化。**提供喷塑粉末抗菌性能（SGS）的第三方检验报告，提供省级机构盐雾检测报告。**
- ②喷塑前床体采用悬链式抛丸机表面除锈处理工艺，工件不进行酸洗浸泡处理，产品在长期使用过程中不会因为返酸而导致生锈。

（8）传动装置

- ①摇把采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计，可 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 三档折叠；
- ②摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件；
- ③手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。

（9）杂物架：采用 10*20 矩管焊接成型，固定采用挂式连接。

（10）床脚采用 $\geq 50 \times 50 \times 1.2\text{mm}$ 优质冷轧型材焊接而成，带插杆式 5 寸面包静音脚轮，四轮带刹。

（11）引流钩：病床两侧均配置两个引流钩，便于护理操作。

（12）床面动态载荷 $\geq 250\text{KG}$ ，有效载荷 $\geq 400\text{KG}$ 。（提供第三方病床检验报告）

（13）ABS 床头柜

- ①规格： $\geq 480 \times 470 \times 750\text{mm}$ ；
- ②采用 ABS 高级工程塑料注塑成型，表面易清洗、擦拭，整体美观大方；
- ③配餐桌、抽屉、单拉门，柜内带隔板，可放置水瓶；
- ④两侧配不锈钢伸缩式毛巾架、污物袋挂勾，实用方便。

（14）三折床垫参数

- ①外形参数：≥1950mmx820mmx70mm；
- ②底层采用高弹椰丝棕，厚度≥30mm，强度高，透气性能好，榨板无刺鼻异味；
- ③内面采用高弹性海绵，厚度≥35mm，有效增加人体舒适度；
- ④外套为墨绿色牛津布，防水性能好，外套带有拉链，换洗方便经久耐用；
- ⑤成品三折床垫四周棱角分明，床套不起皱、平整，床垫各段尺寸与病床匹配，可根据客户要求定制各种规格厚度的床垫。

十一、高能量深层肌肉刺激仪 数量：1/台

- 1、可根据四种不同的应用需求使用不同的高能量缓冲式冲击头：
 - A 标配钛合金平面高能量冲击头。
 - B 标配钛合金扳机点高能量专利冲击头。
 - C 标配钛合金聚焦高能量专利冲击头。
 - D 标配件钛合金针灸多点高能量专利冲击头。
- 2、操作手柄带防滑硅胶套，符合人体工学原理，有效保护治疗安全；
- 3、电源开关采用变频模式，使用更加人性化；
- 4、有效治疗深度超过 60mm，能量损耗较少，高能量刺激能直达深层肌肉组织；
- 5、采用进口电机，性能更加稳定可靠。
- 6、操作简单方便，没有复杂的连线或按键；配有专用手提包，具有便携性。
- 7、可拔插式电源接口（航空插座），可将电源线与主机分开，方便使用和携带（需提供证明文件）。
- 8、整机重量：≥2.6kg
- 9、震动频率：30-60HZ 多级可选，支持无级调频变速功能
- 10、电源输入电压：220V 交流电
- 11、过流保护：最大电流 5A，额度功率：45VA。
- 12、产品通过 CE 认证并提供相关认证文件。
- 13、产品通过电器质量安全认证并提供认证文件。

十二、红外光疗仪 数量：2/台

- 1、输出光功率：最大光功率 25W±2.5W，输出光功率从 3W~25W 分档可调，步进 1W；
- 2、定时时间：0~30min 范围按 1min 每档设置治疗时间，30min 时最大误差不超过 60s；
- 3、有效光谱波长在 0.4 μm~3 μm 之间；
- 4、照射光斑直径：距光输出端面 12cm，光斑直径不小于 16cm；
- 5、照射温度：最大光功率时，照射距离不小于 55cm，体表照射温度不超过 42℃；

- 6、连续工作时间：不小于 4 小时。
- 7、输入功率：≤150VA；
- 8、电源电压：AC220V、频率：50Hz；
- 9、工作条件：环境温度：+10℃～+40℃；
相对湿度：30%～75%；
大气压力：700hpa～1060hpa。
贮运条件：环境温度：-40℃～+55℃；
相对湿度：10%～93%；
大气压力：500hpa～1060hpa。
- 10、安全分类：I 类 B 型；
- 11、熔断器型号及额定值：F3. 15AL250V，管状快速熔断体，额定值 3. 15A，AC250V。

十三、高效流水分级式粉碎机 数量：1/台

本机安装无特殊要求。打开包装取出本机，放置平稳，将电源线查在 220V 的电源插座上，电源插座应有保护接地装置。

本机选用超高速电机高档轴承配套，能快速粉碎中药、玛卡、西洋参、铁皮石斛、三七、珍珠、干燥根茎草类、矿石类、五谷杂粮等各种中草药物料（油性、湿性、粘性物料除外）

- 1. 电压：220V
- 2. 功率：2. 5kw
- 3. 电机转速：5600r/min
- 4. 重量：≥48kg
- 5. 细度：60-180（配备粗、中、细筛网）
- 6. 配有热继电器，运行过程负荷过大会自动停机，等机器温度降下（1—2 分钟）后可重新启动。