

塔城市人民医院消化科、呼吸科、泌尿科及检验科等设备更新采购项目二次更正通知

项目名称：塔城市人民医院消化科、呼吸科、泌尿科及检验科等设备更新采购项目二次

项目编号：XJTF(GK)2025ZF133

标项一：氩气刀（呼吸内镜）、氩气刀（消化内镜）等

预算金额（元）：1250000

各投标人：

2025 年 07 月 04 日发布的“塔城市人民医院消化科、呼吸科、泌尿科及检验科等设备更新采购项目二次”标项一：氩气刀（呼吸内镜）、氩气刀（消化内镜）等公开招标文件中，现做出如下更正内容：

标项一：氩气刀（呼吸内镜）、氩气刀（消化内镜）等采购需求

(一) 采购清单

序号	标的名称	预算价格 (万元)	科室
1	氩气刀（呼吸内镜）	40	呼吸科
2	冷冻仪	45	呼吸科
3	氩气刀（消化内镜）	40	胃镜室、消化肿瘤

(二) 采购需求：

1、（呼吸内镜）高频手术系统（氩气刀）采购需求（预算 40 万）

- 1.单级工作频率：≥350kHz
- 2.输出功率：≥200W
- 3.氩气控制采用触摸屏操作。
- 4.工作模式:≥10 种。
- 5.快速凝血模式≥4 种可调。
- 6.中性极板未连接或者连接电缆断线时，自动停止输出并声光提示功能。
- 7.内镜刀主机和氩气控制器采用分体式设计，独立管理控制。
- 8.气瓶切换方式具备自动或手动切换。
- 9.具备开机自检功能。
- 10.可使用脚踏在不同术式、不同模式之间进行一键切换。
- 11.具有氩气冲洗功能，流量不足时有提示、报警，并停止输出。
- 12.使用年限≥8 年。

2、冷冻仪采购需求（预算 45 万）

- 1.主机具有冷冻、回温、探针工作状态指示功能。

2. 主机内置气体稳压装置。一键开机，主机探针接口具有安插到位安全识别提示功能。
3. 探针降温时间 $\leq 4s$ 。
4. 冷冻回温时间 $\leq 6s$ 。
5. 多种直径软管冷冻探针可选择， $1.5mm \sim 2.4mm$ ， ≥ 4 种。
6. 软管探针组件采用分体式设计。
7. 所有规格型号探针均可重复使用。
8. 配备钢瓶 10 升两个，交替使用。
9. 制冷剂二氧化碳(CO₂)或氧化亚氮(N₂O)。
10. 探头温度 $-40^{\circ}C$ 至 $-70^{\circ}C$ 范围内可调。
11. 主机具有自动压力控制，仪表显示压力。
12. 工作压力包含 5MPa。
13. 安全分类：I 类 BF 型。
14. 脚踏开关, 防水等级 IPX8。
15. 脚踏开关具备排空管路余气功能。
16. 牵引力，冷冻探针应能够粘连提升 $\geq 60g$ 的负载并 $\geq 45s$ 。
17. 主机使用寿命 ≥ 10 年。

3、（消化内镜）高频手术系统（氩气刀）采购需求（预算 40 万）

1. 设备单级工作频率： $\geq 350kHz$
2. 氩气控制采用触摸屏操作。
3. 工作模式： ≥ 10 种。
4. 快速凝血模式 ≥ 4 种可调。
5. 纯切模式 $\leq 200W$ 柔和凝模式 $\leq 150W$
6. 混切 1 模式 $\leq 200W$ 强制凝模式 $\leq 120W$
7. 混切 2 模式 $\leq 150W$ 喷射凝模式 $\leq 100W$
8. 混切 3 模式 $\leq 120W$ 双极凝模式 $\leq 80W$
9. 内镜切模式 $\leq 200W$
10. 内镜刀主机和氩气控制器采用分体式设计，独立管理控制。
11. 气瓶切换方式具备自动或手动切换。
12. 使用脚踏在不同术式、不同模式之间进行一键切换。
13. 具有氩气冲洗功能，流量不足时有提示、报警，并停止输出。
14. 设备上可以连接 2 个脚踏开关。
15. 使用年限 ≥ 8 年。

其他内容不变