

温宿县教育局

温宿县 2025 年改善普通高中学校办学条件建设项目（一标段）仪器设备采购（二次）更正中标单位情况说明

温宿县 2025 年改善普通高中学校办学条件建设项目（一标段）仪器设备采购（二次）于 2025 年 6 月 17 日上午 10:30 时在温宿县政务服务和公共资源交易中心开评标，评标委员会成员：李业宝（采购人代表），高燕，代菲斐，徐秀琴，刘兴英。推荐第一中标候选人为：温宿县顺捷信息技术有限公司（中标价：4942329.5 元）；第二中标候选人：山东山鸿教育装备有限公司（中标价：3992376.85 元）；第三中标候选人：新疆叁生万物商贸有限公司（中标价：4901221.5 元），于 2025 年 6 月 18 日在新疆政府采购网上发布中标(成交)结果公告。

2025 年 6 月 18 日接到该项目投标人的质疑函，质疑事项为：本次采购招标文件清单中“卫生与健康常规仪器”的采购设备内容属于二类医疗器械，根据相关的法律法规：《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十条：从事第一类医疗器械经营的，应向市场监管部门备案；从事第二类医疗器械经营的，应向设区的市级药监部门申请经营备案。《医疗器械分类目录》：本次采购的血压计、急救箱等设备属于第二类医疗器械（编码 07-07、14-10

等），需具备相应的经营资质。投标人须具备第二类医疗器械备案凭证或经营资质根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）及相关法律法规规定，经营医疗器必须取得相应资质，否则属于违法行为。此次参与的投标单位中：温宿县顺捷信息技术有限公司、中通服公众信息产业股份有限公司、山东山鸿教育装备有限公司均未提供并能查询到有效的第一类、第二类医疗器械备案凭证或经营资质。属于违法行为，无效投标。

在收到质疑函后，我单位及招标代理机构在财政局的监督下及时对供应商进行共同复核。国家药监局关于公布《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》的公告（2021 年第 86 号）里面包含 13 项（详见附件），此次采购的清单中“电子血压计”在这 13 项中，但听诊器、体温计、红外线测温仪设备属于第二类医疗器械且并没有在免于备案目录里，须相关的备案凭证。在《国家药品监督管理局》网址：<https://www.nmpa.gov.cn/>上未查到温宿县顺捷信息技术有限公司、中通服公众信息产业股份有限公司、山东山鸿教育装备有限公司具有相关有效的第一类、第二类医疗器械备案凭证或经营资质（见附件），《投标文件》中也未提供相关证明文件。

按照中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》第十六条对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商。现取消第一中标候选人：温宿县顺捷信息技术有限公司及第二中标候

选人：山东山鸿教育装备有限公司中标资格，顺延至第三中标候选人：新疆叁生万物商贸有限公司，以 4901221.5 元中标价成交。

采购人：温宿县教育局

采购代理机构：阿克苏地区宇康纵横工程项目管理有限公司

2025 年 6 月 24 日

