

政府采购进口产品专家论证意见汇总表

一、基本情况	
申请单位	塔城地区中心血站
拟采购产品名称	进口 X 射线血液辐照仪
拟采购产品金额	300万元
采购项目所属项目名称	塔城地区中心血站建设项目—进口 X 射线血液辐照仪采购
采购项目所属项目金额	2200万元
二、申请理由	
□1. 中国境内无法获取：	
□2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。 <p style="font-size: small;">原因阐述：X射线血液辐照仪对血液制品进行辐照，用于抑制血液制品中的活性淋巴细胞增殖能力，预防移植排斥反应（TA-GVHD）等输血不良反应，能在临床急救工作中快速高效地提供各类辐照血液成分为挽救病人生命即身分秒又安全有效。国内产品制备时间较长。</p>	
三、专家论证意见：	
<p>综合专家组意见，专家组一致认为该中心拟购置的X射线辐照仪要求辐照容量大，达6L，辐照时间短，辐照量>140单位（200ml红细胞）/小时，剂量率0.5USV/hr且球管使用寿命长，目前国产同类设备在辐照容量、辐照时间、辐照量、剂量率方面都不能达到该中心的使用要求。因此专家组一致建议购置进口设备。</p>	
专家签字： <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> </div>	
2021年 4 月 26 日	