

一、01 包技术/服务要求:

原文件内容:

*5. 系统支持多种设备集成方式,可实现与供应室端口协议开放的清洗消毒灭菌、生物监测等设备实现互联互通,获取设备运行数据形成完整追溯闭环数据,并承担现有设备相应的接口费用。(需连接的设备包含:高压灭菌器 3 台,环氧乙烷灭菌器 2 台,低温等离子灭菌器 2 台,减压沸腾清洗机 1 台,全自动清洗消毒机 2 台,高低温阅读器 5 台)

更正为:

*5. 系统支持多种设备集成方式,可实现与供应室端口协议开放的清洗消毒灭菌、生物监测等设备实现互联互通,获取设备运行数据形成完整追溯闭环数据。

需对接设备清单		
设备名称	品牌	型号
阅读器	强生	43220
阅读器	3M (环氧乙烷)	390G
阅读器	3M (高温)	490H
阅读器	诺盾贝尔	YD30
阅读器	诺盾贝尔	YD628
高温灭菌器	千樱	SCM-D/JSBD
高温灭菌器	新华	xg1.dwb-1.2b
高温灭菌器	新华	xg1.dwb-1.2b
环氧乙烷灭菌器	3M	8XL
环氧乙烷灭菌器	3M	GS8-1D
过氧化氢低温等离子灭菌器	强生	100S
过氧化氢低温等离子灭菌器	施美克 (SMK)	MR-120
清洗机	美雅洁	MAG-GSZK385
清洗机	新华	RAPid-A-480
清洗机	新华	super 6000

二、01 包评分标准:

原文件内容:

4. 产品版权要求:(提供中华人民共和国国家版权局出具的各个系统的计算机软件著作权登记证书复印件。)

更正为:

4. 产品版权要求:(提供中华人民共和国国家版权局出具的系统计算机软件著作权

作权登记证书复印件。))

三、03 包评分标准:

原文件内容:

1. 报价: 权重为 35 分。
4. 履约能力: “企业实力” 3. 医院 DRGs 精细化管理平台软件

更正为:

1. 报价: 权重为 30 分。
4. 履约能力: “企业实力” 3. 临床诊疗路径管理软件
5. 评分因素增加“演示内容”(5分):

分组及质控演示: ①展示 DRG 分组、DIP 分组、成都分组、华西粒度分组相关数据及资源消耗对比分析; ②演示单个疾病同时支持 DRG 和成都病组分组双标准融合分组模式下资源消耗对比分析; ③演示病案和医保结算清单双标准质控和管理应用。对上述功能进行真实系统演示, 完全具备的得 3 分, 有缺失或者不完整或不符合要求的, 每有一项扣 1 分, 扣完为止。

诊疗路径演示: ①展示基于 MDC 疾病大类下疾病和手术诊疗路径智识库, ②演示单个疾病完整的诊疗路径包括不限于疾病治疗方式、手术方式、诊疗、护理、用药、检验、检查、耗材等路径方案; 对上述功能进行真实系统演示, 完全具备的得 2 分, 有缺失或者不完整或不符合要求的, 每有一项扣 1 分, 扣完为止。