

单一来源采购方式源论证意见表

项目概况:	项目名称: 乌鲁木齐友谊医院 CT、血管机维修保养服务项目
	采购内容: GE Revolution CT 及 IGS 530 血管机维修保养服务
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司
专家信息:	姓名: 李健
	职称: 副主任技师
	工作单位: 军区药品仪
专家论证意见	医院CT血管机为GE Revolution. IGS 530, 因使用年限超保修期, 需要购买两台设备的全保, GI和血管机属于大型医疗设备, 维修配件需要进口原厂配件, 同时, 设备的维修调试程序需要原厂维护密码, 更换零配件后, 需要原厂技术人员进行调试和质量控制, 其原厂和第三方维修公司无法保证使用原厂零配件, 无法获得维修调试密码和服务, 因此, 建议采用单一来源采购方式, 从原厂采购售后维修服务.
专家签字:	李健 日期: 2022年12月13日

单一来源采购方式源论证意见表

项目概况:	项目名称: 乌鲁木齐友谊医院 CT、血管机维修保养服务项目
	采购内容: GE Revolution CT 及 IGS 530 血管机维修保养服务
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司
专家信息:	姓名: 郑得宁
	职称: 高工
	工作单位: 武警医院
专家论证意见	市友谊医院CT及血管机维修保养服务项目,其维保设备为GE产品,要求对设备进行全保;原厂维修保养对备品备件,软件升级具有完全质量保证,其球管等重要配件,原厂工程师具有经过考核合格维修保养安装的资质,符合原厂相关的出厂质量标准 and 调试,建议从具有厂家授权售后服务机构进行维保服务,建议单一来源采购方式进行采购。
专家签字: 郑得宁 日期: 2022年12月13日	

单一来源采购方式源论证意见表

项目概况:	项目名称: 乌鲁木齐友谊医院 CT、血管机维修保养服务项目
	采购内容: GE Revolution CT 及 IGS 530 血管机维修保养服务
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司
专家信息:	姓名: 李玉兰
	职称: 主任医师
	工作单位: 自治区职业病中心
专家论证意见	乌鲁木齐市友谊医院现使用的 GE Revolution CT 及 IGS 530 血管机维修保养采购项目, 设备使用期已到, 此设备属于高新技术的大型设备, 功能强大, 技术复杂, 设备在维修、保养、升级过程中具有配件专用, 原厂的配件才能匹配, 目前其他厂家的配件不能兼容和匹配, 无法匹配使用原厂配件及进口配件, 为保证设备正常运行, 建议采用单一来源方式采购本项目。
专家签字: 李玉兰 日期: 2022年12月13日	