

山西省对口支援第六师各级医疗体系中医馆建设项
目购置采购（包一：中医治疗设备（一））

答疑澄清说明（二）

项目编号：XJJY-[2022]政采云 009-01

项目名称：山西省对口支援第六师各级医疗体系中医馆建设
项目购置采购（包一：中医治疗设备（一））

更正项	更正前内容	更正后内容
开标时间、投 标截止时间	2022 年 06 月 07 日 10:30	2022 年 06 月 09 日 10:30
保证金缴纳截 止时间	2022 年 06 月 06 日 19:30	2022 年 06 月 08 日 19:30
第三部分；采 购需求	7. 智能通络治疗仪（推车型） 1、推车一体机； 2、功率： $\leq 160\text{VA}$ ； 3、脉冲频率：0.5Hz~ 12000Hz； 4、输出组数： ≥ 6 路，电疗、 热疗四组，激光一组，超声波 一组； 5、调制波形：有连续波、方波、 尖波、正弦波、指数波、三角 波、阶梯波、积分波、间断波、 疏密波、簇形波、起伏波和锯 齿波等脉冲波形；	7. 智能通络治疗仪 1. 中医分证型处方调制：1~ 10kHz 或 0~150Hz 2. 调制方式：连续调制/间歇调 制/断续调制/变频调制 3. 治疗深度调节：2~8 分级可 调 4. 调幅度：0~100% 分段可调 5. 输出电流： $\leq 110\text{mA}$ 6. 差频变化：差频范围 0~96 Hz 变化周期 1~10s 7. 热疗输出：单次治疗 20 分 钟，极板温度 $\leq 45^{\circ}\text{C}$

	6、可设定工作时间 10min20min30min; 7、内存功能：每种处方有多种 波形循环，语音导航系统，音 频音乐疗法，远红外热疗选择 和药物离子导入功能； 8、热疗温度；低、中、高温； 9、电疗、激光治疗功能、超声 波治疗功能；具有遥控器遥控 操作和液晶触摸操作。	8. 存储容量：内存≥ 48 个处方 9. 输出通道：四路通道可同步 或异步工作：治疗输出、直流 导药输出、加热治疗输出 10. 极板配置：$\Phi 4.6\text{cm}$ 多功能 治疗极板 技术要求 1. 集合中医治疗、西医治疗、 音频电治疗、干扰电治疗及热 疗 2. 治疗深度调节，治疗时间可 调 3. 触摸式按键可同步或异步操 作 4. 处方应用突出辨证施治 5. 环境温度：$5^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$ 6. 相对湿度：$\leq 80\%$ 7. 电源适用范围：$220\text{V} \pm 22\text{V}$ $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$
--	---	--

招标代理公司：新疆建友友成工程管理有限公司

项目联系人：骆玉津

项目联系方式：0994-5885765

时间：2022 年 05 月 24 日

