

## 附件

## 政府采购进口产品申请核准（备案）表

申报时间：

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 基本<br>情况                   | 申请（备案）单位                                                                                                                                                                                                                                               | 绍兴市越城区人民医院    |      |               |
|                            | 联系人                                                                                                                                                                                                                                                    | 应斌松           | 联系电话 | 0575-81193717 |
|                            | 拟进口的产品名称                                                                                                                                                                                                                                               | YAG 激光<br>治疗仪 | 采购品目 | A02320600     |
|                            | 数 量                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 套           | 预算金额 | 200000 元      |
|                            | 采购产品所属项目名称                                                                                                                                                                                                                                             | 医疗设备          |      |               |
|                            | 所属目录（应在括号里注明具体产品品目）：<br><input type="checkbox"/> 国家鼓励进口产品<br><input type="checkbox"/> 国家限制进口产品<br><input type="checkbox"/> 高校、科研院所采购用于科研的仪器设备<br><input type="checkbox"/> 根据财政部有关规定实行备案管理的设备<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他                 |               |      |               |
| 申<br>请<br>单<br>位<br>意<br>见 | 申请理由：<br><input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取；<br><input type="checkbox"/> 2. 在中国境外使用而进行采购的；<br><input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他（请在意见阐述中注明）                                                                                      |               |      |               |
|                            | 意见阐述（应包括应用场景）：<br>1、进口 YAG 激光采用裂隙灯与激光原厂一体化生产，激光发射光路与裂隙灯观察光路一致，能量输出稳定，超高斯模式能量输出更加集中准确，而国产 YAG 激光属于组装机，裂隙灯采用第三方品牌，观察光路与激光输出光路不一致，且观察效果一般，无法确保激光稳定输出，治疗存在一定困难。<br>2、进口 YAG 激光采用四点瞄准光激发，系统可检测到屈光介质散光变形。国产设备有且只有一种，两点瞄准光设计，对焦精准度低于进口设备。治疗效果无法达到最佳，激光治疗后恢复慢。 |               |      |               |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                 |    |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----|-------------|------|
|                                                                       | <p>3、进口 YAG 激光焦点位置可前后位移：前离焦+150 um, 0 um, 后离焦-150 um 三档可选，国产激光焦点位置固定，无法精准定位，治疗存在困难，进口优于国产设备。</p> <p>4、进口激光具有内置原厂原色滤光片，对医生具有保护作用，无需外戴激光眼镜，不影响激光治疗；国产激光外接选佩戴激光镜，影响观察光路；</p> <p>5、进口 YAG 激光采用热电冷却技术，使激光能量保持在 30℃，激光能量更加稳定高效。国产为风冷冷却，激光能量温度不可控，影响治疗流程。</p> |           |                 |    |             |      |
| 专家论证意见                                                                | 论证时间                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 2025 年 6 月 19 日 |    | 论证意见        |      |
|                                                                       | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 附件              |    | 两张          |      |
|                                                                       | 意见概述（可另附纸）：                                                                                                                                                                                                                                            |           |                 |    |             |      |
|                                                                       | 附件一、《政府采购进口产品专家论证意见》                                                                                                                                                                                                                                   |           |                 |    |             |      |
|                                                                       | 附件二、《政府采购进口产品论证清单》                                                                                                                                                                                                                                     |           |                 |    |             |      |
|                                                                       | 专家信息                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                 |    |             |      |
| 行业主管部门                                                                | 专家姓名                                                                                                                                                                                                                                                   | 工作单位      | 专业              | 职称 | 手机          | 专家签名 |
|                                                                       | 陈虎                                                                                                                                                                                                                                                     | 绍兴市人民医院   | 医学              |    | 1393698266  | 陈虎   |
|                                                                       | 韩张威                                                                                                                                                                                                                                                    | 绍兴市人民医院   | 医学影像            | 中级 | 13858428510 | 韩张威  |
|                                                                       | 何银位                                                                                                                                                                                                                                                    | 绍兴市口腔医院   | 医疗设备            | 中级 | 15967585291 | 何银位  |
|                                                                       | 陈怡                                                                                                                                                                                                                                                     | 浙江金盾律师事务所 | 法律              | 中级 | 18368566913 | 陈怡   |
|                                                                       | 袁浩                                                                                                                                                                                                                                                     | 绍兴市人民医院   | 医学              | 高级 | 13857599420 | 袁浩   |
| <p>产品所属行业主管部门意见：</p> <p style="text-align: right;">单位盖章<br/>年 月 日</p> |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                 |    |             |      |

|                  |  |
|------------------|--|
| 审<br>查<br>意<br>见 |  |
|------------------|--|

国家鼓励进口的和实行备案管理的免于填写行业主管部门审查意见；国家限制进口的，必须填写行业主管部门审查意见；其他的，可以选择填写专家论证意见或者行业主管部门审查意见。

附件一：

## 政府采购进口产品专家论证意见

1、进口 YAG 激光采用裂隙灯与激光原厂一体化生产，激光发射光路与裂隙灯观察光路一致，能量输出稳定，超高斯模式能量输出更加集中准确，而国产 YAG 激光属于组装机，裂隙灯采用第三方品牌，观察光路与激光输出光路不一致，且观察效果一般，无法确保激光稳定输出，治疗存在一定困难。

2、进口 YAG 激光采用四点瞄准光激发，系统可检测到屈光介质散光变形。国产设备有且只有一种，两点瞄准光设计，对焦精准度低于进口设备。治疗效果无法达到最佳，激光治疗后恢复慢。

3、进口 YAG 激光焦点位置可前后位移：前离焦+150  $\mu\text{m}$ , 0  $\mu\text{m}$ ，后离焦-150  $\mu\text{m}$  三档可选，国产激光焦点位置固定，无法精准定位，治疗存在困难，进口优于国产设备。

4、进口激光具有内置原厂原色滤光片，对医生具有保护作用，无需外戴激光眼镜，不影响激光治疗；国产激光外接选佩戴激光镜，影响观察光路；

5、进口 YAG 激光采用热电冷却技术，使激光能量保持在 30℃，激光能量更加稳定高效。国产为风冷冷却，激光能量温度不可控，影响治疗流程。

综上所述同意采购进口产品。

专家签字：

时间：2025 年 6 月 19 日

张虎  
李永成 何俊化 陈伟 凌皓

附件二：

## 政府采购进口产品论证清单

| 序号 | 设备名称      | 数量(台/套) | 预算单价 (万元) | 预算总价 (万元) |
|----|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1  | YAG 激光治疗仪 | 1       | 20 万      | 20 万      |
| 2  |           |         |           |           |
| 3  |           |         |           |           |
| 4  |           |         |           |           |
| 5  |           |         |           |           |
| 6  |           |         |           |           |
| 7  |           |         |           |           |
| 8  |           |         |           |           |