

附件

政府采购进口产品申请核准（备案）表

申报时间：

基本情况	申请（备案）单位	绍兴市越城区人民医院		
	联系人	应斌松	联系电话	0575-81193717
	拟进口的产品名称	YAG 激光治疗仪	采购品目	A02320600
	数 量	1 套	预算金额	320000 元
	采购产品所属项目名称	医疗设备		
	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）： ☐ 国家鼓励进口产品 ☐ 国家限制进口产品 ☐ 高校、科研院所采购用于科研的仪器设备 ☐ 根据财政部有关规定实行备案管理的设备 ☒ 其他			
申请单位意见	申请理由： ☐ 1. 中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； ☐ 2. 在中国境外使用而进行采购的； ☒ 3. 其他（请在意见阐述中注明）			
	意见阐述（应包括应用场景）： 1、进口 YAG 激光采用裂隙灯与激光原厂一体化生产，激光发射光路与裂隙灯观察光路一致，能量输出稳定，超高斯模式能量输出更加集中准确，而国产 YAG 激光属于组装机，裂隙灯采用第三方品牌，观察光路与激光输出光路不一致，且观察效果一般，无法确保激光稳定输出，治疗存在一定困难。 2、进口 YAG 激光采用四点瞄准光激发，系统可检测到屈光介质散光变形。国产设备有且只有一种，两点瞄准光设计，对焦精准度低于进口设备。治疗效果无法达到最佳，激光治疗后恢复慢。			

	3、进口 YAG 激光焦点位置可前后位移：前离焦+150 um, 0 um, 后离焦-150 um 三档可选，国产激光焦点位置固定，无法精准定位，治疗存在困难，进口优于国产设备。 4、进口激光具有内置原厂原色滤光片，对医生具有保护作用，无需外戴激光眼镜，不影响激光治疗；国产激光外接选佩戴激光镜，影响观察光路； 5、进口 YAG 激光采用热电冷却技术，使激光能量保持在 30℃，激光能量更加稳定高效。国产为风冷冷却，激光能量温度不可控，影响治疗流程。 单位盖章 2025 年 6 月 19 日					
专家论证意见	论证时间	2025 年 6 月 19 日	论证意见	详见附件	附件	两张
	意见概述（可另附纸）：					
	附件一、《政府采购进口产品专家论证意见》					
	附件二、《政府采购进口产品论证清单》					
	专家信息					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	陈虎	绍兴市人民医院	医学	中级	13936982661	陈虎
韩张威	绍兴市人民医院	医学	中级	13858428510	韩张威	
何银佳	绍兴市口腔医院	医疗设备	中级	15967585291	何银佳	
陈怡	浙江金神医疗器械有限公司	法律	中级	18368566913	陈怡	
凌迎春	绍兴市人民医院	医学	高级	13851599420	凌迎春	
行业主管部门	产品所属行业主管部门意见： 单位盖章 年 月 日					

审 查 意 见	
------------------	--

国家鼓励进口的和实行备案管理的免于填写行业主管部门审查意见；国家限制进口的，必须填写行业主管部门审查意见；其他的，可以选择填写专家论证意见或者行业主管部门审查意见。

附件一：

政府采购进口产品专家论证意见

1、进口 YAG 激光采用裂隙灯与激光原厂一体化生产，激光发射光路与裂隙灯观察光路一致，能量输出稳定，超高斯模式能量输出更加集中准确，而国产 YAG 激光属于组装机，裂隙灯采用第三方品牌，观察光路与激光输出光路不一致，且观察效果一般，无法确保激光稳定输出，治疗存在一定困难。

2、进口 YAG 激光采用四点瞄准光激发，系统可检测到屈光介质散光变形。国产设备有且只有一种，两点瞄准光设计，对焦精准度低于进口设备。治疗效果无法达到最佳，激光治疗后恢复慢。

3、进口 YAG 激光焦点位置可前后位移：前离焦+150 μm , 0 μm ，后离焦-150 μm 三档可选，国产激光焦点位置固定，无法精准定位，治疗存在困难，进口优于国产设备。

4、进口激光具有内置原厂原色滤光片，对医生具有保护作用，无需外戴激光眼镜，不影响激光治疗；国产激光外接选佩戴激光镜，影响观察光路；

5、进口 YAG 激光采用热电冷却技术，使激光能量保持在 30℃，激光能量更加稳定高效。国产为风冷冷却，激光能量温度不可控，影响治疗流程。

综上所述同意采购进口产品。

专家签字：

时间：2025 年 6 月 19 日

陈永成 何俊化 陈永成 凌浩

附件二：

政府采购进口产品论证清单

序号	设备名称	数量(台/套)	预算单价(万元)	预算总价(万元)
1	YAG 激光治疗仪	1	32 万	32 万
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				