

绍兴市越城区人民医院 YAG 激光治疗仪采购项目 专家论证会议签到单

(2025 年 6 月 19 日)

序号	单位名称	姓名	职务	联系电话
1.	绍兴市第七人民医院	唐质		13936978266
2.	绍兴文理学院附属医院	薛张斌		15858428570
3.	绍兴市口腔医院	何俊仁		15967585291
4.	浙江金盾律师事务所	陈宇		18368566913
5.	绍兴市第二医院	凌迎春		13857599420
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 唐亮	
	职称: 中級	
	工作单位: 绍兴市第七人民医院	
项目信息	申请单位: 绍兴市越城区人民医院	
	拟采购产品名称: YAG 激光治疗仪	
	拟采购产品金额 (万元): 32	
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☐ 存在 ☒ 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述: (论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸) 为保证治疗效果, 确保精准治疗, 保证输出稳定、定位精准, 建议采用进口产品。	
专业人员签字	唐亮	日期: 2025年6月19日

进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 韩张威	
	职称: 工程师	
	工作单位: 绍兴文理学院附属医院	
项目信息	申请单位: 绍兴市越城区人民医院	
	拟采购产品名称: YAG 激光治疗仪	
	拟采购产品金额 (万元): 32	
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☐ 存在 ☒ 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述: (论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸)	
	进口YAG激光采用热电冷却技术, 使激光能量保持在30℃, 激光能量更加稳定高效。国产为风冷冷却, 激光能量温度不可控影响治疗效果, 故建议采购进口产品。	
专业人 员签字	韩张威	日期: 2020年6月9日

进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 何银伦	
	职称: 中级	
	工作单位: 绍兴市口腔医院	
项目信息	申请单位: 绍兴市越城区人民医院	
	拟采购产品名称: YAG 激光治疗仪	
	拟采购产品金额(万元): 32	
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☐存在 ☒不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述: (论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸) 3. 进口激光具有内置原厂滤光片, 对医生具有保护作用, 无需外戴激光眼镜, 不影响激光治疗, 国产激光外接佩戴激光镜, 影响观察光路。	
专业人员签字	何银伦	日期: 2025年6月19日

进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 陈少	
	职称: 二级律师	
	工作单位: 浙江兰金律师事务所	
项目信息	申请单位: 绍兴市越城区人民医院	
	拟采购产品名称: YAG 激光治疗仪	
	拟采购产品金额 (万元): 32	
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☐ 存在 ☒ 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述: (论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸) 进口激光治疗仪治疗效果, 产品性能方面, 较国产设备(有且只有一种) 均有优势. 为保证治疗效果, 建议采用进口产品.	
专业人员签字	陈少	日期: 2015年6月19日

进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 凌进春
	职称: 正高级
	工作单位: 绍兴市第一医院
项目信息	申请单位: 绍兴市越城区人民医院
	拟采购产品名称: YAG 激光治疗仪
	拟采购产品金额 (万元): 32
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☐ 存在 ☒ 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述: (论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸) 进口YAG激光采用裂隙灯与激光原厂一体设计, 光路一致, 能量输出稳定, 超高峰模式能量输出更集中, 聚焦点位置可前后左右移动, 具有内置厚厚气滤光镜, 而国产产品在上述优点. 推荐购买进口产品.
专业人员签字	凌进春 日期: 2015年6月19日

关于绍兴市越城区人民医院 YAG 激光治疗仪采购项目

进口产品论证会专家论证报告

绍兴市越城区人民医院于 2025 年 6 月 19 日下午，在浙江泛亚工程咨询有限公司会议室对绍兴市越城区人民医院 YAG 激光治疗仪采购项目进行进口产品采购可行性的论证。经过各位专家的认真讨论，评阅采购技术方案，形成如下意见：

一、绍兴市越城区人民医院 YAG 激光治疗仪采购项目

(总预算金额 32 万元)：

1、进口 YAG 激光采用裂隙灯与激光原厂一体化生产，激光发射光路与裂隙灯观察光路一致，能量输出稳定，超高斯模式能量输出更加集中准确，而国产 YAG 激光属于组装机，裂隙灯采用第三方品牌，观察光路与激光输出光路不一致，且观察效果一般，无法确保激光稳定输出，治疗存在一定困难。

2、进口 YAG 激光采用四点瞄准光激发，系统可检测到屈光介质散光变形。国产设备有且只有一种，两点瞄准光设计，对焦精准度低于进口设备。治疗效果无法达到最佳，激光治疗后恢复慢。

3、进口 YAG 激光焦点位置可前后位移：前离焦+150 μm , 0 μm , 后离焦-150 μm 三档可选，国产激光焦点位置固定，无法精准定位，治疗存在困难，进口优于国产设备。

4、进口激光具有内置原厂原色滤光片，对医生具有保护作用，无需外戴激光眼镜，不影响激光治疗；国产激光外接选佩戴激光镜，影响观察光路；

5、进口 YAG 激光采用热电冷却技术，使激光能量保持在 30℃，激光能量更加稳定高效。国产为风冷冷却，激光能量温度不可控，影响治疗流程。

综上所述同意采购进口产品。

专家签名：

陆虎 凌洲春 韩张威 陈红
何很化

绍兴市越城区人民医院
浙江泛亚工程咨询有限公司

2025 年 6 月 19 日