

附件一：

单一来源采购专家论证意见表

论证时间： 年 月 日

项目单位	格尔木市人民医院
项目名称	格尔木市人民医院电子结肠镜系统购置项目
项目资金	73 万元
专家 1 论证意见	格尔木市人民医院拟采购的电子结肠镜是在原有奥林巴斯胃镜主机基础之上加配电子结肠镜，为了便于与原有胃镜镜头的衔接，保证其正常工作，建议以单一来源的方式完成此次购置项目。 专家单位：青海省中医院 姓名：方靖 职称：副主任医师
专家 2 论证意见	格尔木市人民医院拟采购的电子结肠镜系统是在该院原有奥林巴斯胃镜主机上加配电子结肠镜。为了与原有主机更好地匹配与顺畅使用，更好地开展临床工作，建议采购同一品牌规格，用单一来源方式采购。 专家单位：青海省中医院 姓名：王慧春 职称：主任医师



专家 3 论证意见	格尔木市人民医院于2022年购置了奥林巴斯医疗株式会社生产的290电子胃肠镜主机壹台,随着医院的发展,现有电子结肠镜已无法满足开展ESD、EMR等相关工作,为保障电子结肠镜与主机的兼容、匹配,保障设备稳定性,且国科恒泰(青海)医疗科技有限公司为奥林巴斯在青海地区的唯一授权经销商,建议采用 专家单位:青海省人民医院 单一来源采购方式采购 电子结肠镜 姓名: 郭芳岭 职称: 高级工程师
专家 4 论证意见	贵单位拟采购“电子结肠镜”是在原有主机(奥林巴斯胃肠镜主机)基础上,加配电子结肠镜,为了与原有主机相兼容、匹配,保证设备正常运行,发挥更好作用,建议采购单一来源方式采购项目。 专家单位: 青海省疾病预防控制中心 姓名: 津茹 职称: 主管医师



附件 2:

单一来源采购论证专家成员名单

姓 名	工作单位	职称	联系电话	专家签字	备 注
于 靖	青海省中医院	副主任医师	13709766443	于 靖	技术专家
宋 杰	青海西宁市妇幼保健院	主管	151 1171 4905	宋 杰	技术专家
郑芳岭	青海省人民医院	高级工程师	1369766866	郑芳岭	技术专家
王 慧	青海省检察院	主任科员	13997074091	王 慧	技术专家



格尔木市人民医院电子结肠镜单一来源采购

专家论证意见

- 一、采购单位：格尔木市人民医院
- 二、采购项目名称：格尔木市人民医院电子结肠镜购置项目
- 三、供 应 商：国科恒泰（青海）医疗科技有限公司
- 四、采购金额：73 万元
- 五、单一来源采购理由：

我院于 2022 年根据临床需求购置了奥林巴斯医疗株式会社生产的 290 电子胃肠镜主机壹台，用于胃肠镜临床诊治及科研工作，现随我院科室日益发展，现有电子结肠镜已无法满足临床及科研需求，为了满足内镜中心开展 ESD、EMR 等三四级手术及科室其他三新项目的需求，拟采购电子结肠镜一根用于开展内镜检查及治疗手术。经前期调研目前市场上现有的进口电子结肠镜生产厂家有富士能、宾得及奥林巴斯三家公司，市场上富士能、宾得厂家生产的电子结肠镜无法兼容医院现有的奥林巴斯摄像主机系统，此次设备采购预算有限，为了保证采购设备完全兼容我院消化内镜中心现有的摄像主机系统，不影响临床三四级手术及科研需求且国内目前各大三甲医院消化科均使用奥林巴斯生产的胃肠镜及摄像系统；奥林巴斯电子结肠镜系统相比国产电子结肠镜系统具有拥有多项独家先进专利技术，技术成熟，图像清晰，产品稳定可靠，售后服务一流等特点，国产电子胃肠镜主机无法满足我院临床及科研需求，国产电子胃肠镜无法完全与我院现有进口主机设备兼容，特申请采用单一来源方式进行采购。

现就上述内容向潜在政府采购供应商征求意见，潜在政府采购供应商对公示内容有异议的，请于公示期满后两个工作日内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式，将意见反馈至格尔木市人民医院（联系人： 联系电话：）和青海省财政厅政府采购监督管理处（联系电话：）。

公示期：2025 年 月 日至 2025 年 月 日止。

附件 1：单一来源采购专家论证意见表

附件 2：单一来源论证会签到表

