

杭州市富阳中医骨伤医院西门子 62 排 CT 球管 (ATHLON)

单一来源采购论证专家签到表

序号	姓名	职称	单位	联系电话
	林以	高工	浙江省医学科学院	15825781691
	印中丞	高工	浙江省立同德医院	1380578008
	王清波	高工	杭州市第一医院	12758277396

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>王清波</u>	
	职称: <u>高级工程师</u>	
	工作单位: <u>郑州市第一人民医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>西门子 62 排 CT 球管 (ATHLON)</u>	
	供应商名称: <u>西门子医疗系统有限公司</u>	
专业人员论证意见	<p>医院现有西门子 62 排 CT 设备, 又有原厂球管能够与现有 CT 主机配套使用, 匹配市场上第三球管无法保证设备的正常运行。原厂售后服务机构成熟稳定, 能够提供及时、全面的售后服务, 不存在修复系统时可能涉及的技术壁垒等问题, 为既证原有采购项目的稳定性和配套服务的要求, 建议从单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	<u>王清波</u>	日期 <u>2014 年 9 月 6 日</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： <span style="font-size: 1.2em;">林以义</span>
	职称： <span style="font-size: 1.2em;">高工</span>
	工作单位： <span style="font-size: 1.2em;">浙江省医学科学院</span>
项目信息	项目名称：西门子 62 排 CT 球管 (ATHLON)
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>经论证认为西门子 62 排 CT 设备= SOMATOM go.Fit. 只有一款球管能够适配该 CT 主机配套使用，匹配率 100% 球管无法保证设备的正常运行，且该球管的成本可靠，原厂售后服务机构能够提供及时全面的售后服务，不存在其他品牌球管可替代的成本等问题。为论证原有采购项目的一致性和配套服务的要求，只能以唯一供应商谈判采购。其供应商为：西门子医疗系统有限公司。故建议以单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%; text-align: center;"> <span style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">林以义</span> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">             日期 <u>2018</u> 年 <u>9</u> 月 <u>6</u> 日           </div> </div>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郭中正
	职称: 高工
	工作单位: 浙江省立同德医院
项目信息	项目名称: 西门子 62 排 CT 球管 (ATHLON)
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>该院现有西门子 62 排 CT 设备 Somatom go.Fit 只有原厂球管能适配。与现有 CT 主机匹配使用。市场上第三方球管无法保证设备的正常运行。且原厂球管技术可靠。原厂售后服务机构能提供更及时全面的售后服务。不存在重复采购的可能性。故建议该项目采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	郭中正 日期 2024 年 9 月 6 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。