


单一来源采购方式专家论证意见汇总表

采购单位	杭州市疾病预防控制中心（杭州市卫生监督所）		论证时间	2024 年 9 月 5 日
项目名称	因美纳 MiSeq 测序仪配套试剂项目		项目预算	34.3 万元
供应商名称	杭州怡丹生物技术有限公司		所属处室	卫检中心
论证专家名单	姓名	职称	工作单位	联系电话
	虞成	高工	杭州市第一人民医院	13758160900
	陈华平	高工	杭州市萧山区第一人民医院	13967126219
	陈宣华	副主任医师	杭州市萧山区新街街道社区卫生服务中心	15384066628
专家论证意见	市疾控中心基因测序仪为 Illumina 因美纳 MiSeq 测序仪，该设备必须使用 Illumina 因美纳品牌公司配套的试剂产品；本次拟采购 Nextera XT DNA Library Preparation Kit 、MiSeq Reagent Kit v2,300cycles、MiSeq Reagent Kit v3,600cycles 试剂，目前国内市场暂未发现可替代产品，仅可从品牌制造商或起指定经销商处采购。 符合政府采购法单一来源适用条件：只能从唯一供应商处采购的；建议采用单一来源方式采购。			
	专家签名  日期:2024 年 9 月 5 日			



单一来源采购方式专家论证意见汇总表

采购单位	杭州市疾病预防控制中心（杭州市卫生监督所）		论证时间	2024 年 9 月 5 日
项目名称	Inovaprep 干式空气病毒采样器和微生物富集系统配套试剂采购项目		项目预算	12.6 万元
供应商名称	杭州维圆生物科技有限公司		所属处室	消媒所
论证专家名单	姓名	职称	工作单位	联系电话
	虞成	高工	杭州市第一人民医院	13758160900
	陈华平	高工	杭州市萧山区第一人民医院	13967126219
	陈宣华	副主任医师	杭州市萧山区新街街道社区卫生服务中心	15384066628
专家论证意见	市疾控中心现有美国 Inovaprep 公司的 CP select 水体细菌病毒快速富集系统和 ACD-200 干式空气病毒采样器，CP select 水体细菌病毒快速富集系统需要使用原厂的浓缩移液器和 PBS 洗脱液等才能正常使用，ACD-200 干式空气病毒采样器需使用原厂的无菌采样套件方可正常用于样品的采集，为仪器设备配套的封闭式产品；与其他厂家品牌的试剂耗材均不能匹配；目前国内市场暂未发现可替代产品，仅可从品牌制造商或起指定经销商处采购。 符合政府采购法单一来源适用条件：只能从唯一供应商处采购的；建议采用单一来源方式采购。			
专家签名				
陈华平 虞成 陈宣华 日期: 2024 年 9 月 5 日				

单一来源采购方式专家论证意见汇总表

采购单位	杭州市疾病预防控制中心（杭州市卫生监督所）		论证时间	2024 年 9 月5日
项目名称	梅里埃微生物质谱仪等配套试剂项目		项目预算	7.3 万元
供应商名称	杭州怡丹生物技术有限公司		所属处室	消媒所
论证专家名单	姓名	职称	工作单位	联系电话
	虞成	高工	杭州市第一人民医院	13758160900
	陈华平	高工	杭州市萧山区第一人民医院	13967126219
	陈宣华	副主任医师	杭州市萧山区新街街道社区卫生服务中心	15384066628
专家论证意见	市疾控中心现有梅里埃微生物质谱仪配套 MOLDI-TOF MS, VITEK2 Compact 全自动微生物分析系统配套，该设备必须使用梅里埃品牌配套的试剂产品；制造商反馈耗材为专机专用封闭耗材，且靶板、卡片等具有仅能被梅里埃仪器所识别的条码，所有试剂耗材均为梅里埃仪器配套的封闭式产品，本次拟采购的 96VITEK PICKME NIBS、靶板、基质液、革兰氏阴性细菌药敏卡片、革兰氏阳性细菌药敏卡片、酵母样真菌药敏卡片、悬浮液等，目前国内市场暂未发现可替代产品，仅可从品牌制造商或起指定经销商处采购。 符合政府采购法单一来源适用条件：只能从唯一供应商处采购的；建议采用单一来源方式采购。			
	专家签名 陈华平 陈宣华 日期:2024 年 9 月5日			

单一来源采购方式专家论证意见汇总表

采购单位	杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所)			论证时间	2024 年 9 月5日
项目名称	硕世核酸提取仪配套试剂采购项目			项目预算	2.5 万元
供应商名称	杭州博平美特科技有限公司			所属处室	消媒所
论证专家名单	姓名	职称	工作单位		联系电话
	虞成	高工	杭州市第一人民医院		13758160900
	陈华平	高工	杭州市萧山区第一人民医院		13967126219
	陈宣华	副主任医师	杭州市萧山区新街街道社区卫生服务中心		15384066628
专家论证意见	市疾控中心核酸提取仪为硕世 SSNP-9600A 核酸提取仪，该设备必须使用硕世 SSNP-9600A 配套试剂；试剂盒内检测条板的大小尺寸、加液孔深度，条板上卡槽缺口均需与仪器匹配，否则可能造成仪器设备损坏等问题；本次拟采购的组织核酸提取试剂盒（磁珠法）、细菌核酸提取试剂盒、病毒核酸提取试剂盒（磁珠法），目前国内市场暂未发现可替代产品，仅可从品牌制造商或起指定经销商处采购。 符合政府采购法单一来源适用条件：只能从唯一供应商处采购的；建议采用单一来源方式采购。				
专家签名					
 日期:2024 年 9 月5日					