




政府采购进口产品申请核准表

申报时间: 2024年3月13日

编号:

基 本 情 况	申请单位(采购单位)		海宁市中医院			
	联系人		张叶芳	联系电话	15988311190	
	拟进口的产品名称		电子肠镜 2 根、 超细支气管镜 1 根	采购目录	其他医疗设备	
	数量		3	金额	120 万元	
	采购产品所属项目名称		详见附件			
	所属目录 (应在括号里注明具体产品品目) <input type="checkbox"/> 国家鼓励进口产品 () <input type="checkbox"/> 国家限制进口产品 () <input type="checkbox"/> 经全省统一论证的产品品目 () <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
申 请 单 位 意 见	申请理由: <input type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取; <input type="checkbox"/> 2、在中国境外使用而进行采购的; <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他 (请在意见阐述中注明) 意见阐述: 本次采购的电子肠镜、超细支气管镜属于科室原有的日本奥林巴斯品牌 290 系列高清电子胃肠镜主机的配套设备。由于技术上的限制, 该主机只能配置同一品牌的电子肠镜和支气管镜, 与其他品牌无法兼容, 只能购买同一品牌肠镜和支气管镜。故申请采购进口产品。					
经办人:  单位负责人:  2024 年 3 月 13 日  单位盖章						
专 家 论 证 意 见	论证时间	2024.3.15	论证意见	建议允许进口	附件	
意见概述: 医院拟采购电子肠镜、超细支气管镜用于科室原有的日本奥林巴斯品牌 290 系列高清电子胃肠镜主机配套使用, 由于技术上的限制, 该主机只能配置同一品牌的电子肠镜和支气管镜, 与其他品牌无法兼容, 故只能购买同一品牌肠镜和支气管镜, 因此建议允许进口产品参加。						

	专家信息					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	陈大农	浙江大学医学院附属邵逸夫医院	医学工程	高工	13588706857	
	周小莹	浙江省立同德医院	医学工程	高工	13575477356	
	储晓韵	浙江省人民医院	医学工程	高工	13906510112	
	赵幼明	浙江大学医学院附属第二医院	医学工程	高工	13906511046	
	王伟	上海浩信（杭州）律师事务所	法律	律师	13858078538	
主管 部门 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见： 					
财政 部门 审核 意见	受理时间		受理人		电话	
	经办人 负责人 年 月 日 (单位盖章)					

说明：1、如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，需提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规明确限制进口的产品，需提供专家论证意见和主管部门审查意见。

2、论证专家人数不足5位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。