


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 韩张成
	职称: 工程师
	工作单位: 绍兴文理学院附属医院
项目信息	项目名称: 绍兴市人民医院 GE16 排 CT 球管采购项目
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>1. 球管是CT设备的核心部件, 更换CT球管需购置同品牌同规格的标准型专用球管, 如有原厂生产的球管能够达到使用要求的技术参数, 目前尚无第三之球管可替代。</p> <p>2. 为保证采购项目一致性和服务既有的需求, 及设备能够正常运行, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)款“只能从唯一供应商处采购”和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的相关规定, 本项目拟使用单一来源采购方式。</p> <p>3. 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司为 GE16 排 CT 球管的唯一经销商, 故只能从唯一供应商处采购。</p>
专业人员签字	<p>韩张成</p> <p>日期 2024 年 8 月 14 日</p>


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 冯建龙
	职称: 主任医师
	工作单位: 绍兴市人民医院
项目信息	项目名称: 绍兴市人民医院 GE16 排 CT 球管采购项目
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>CT球管是CT核心部件,又是CT的消耗性配件,它的参数直接影响到其他重要部件工作,其质量与整机的美誉性非常关键。使用第三方的球管会对整机的技术性能。GE原厂认证的球管均通过与GE原厂设备的匹配性测试,可以保证稳定和使用寿命,延长机器使用寿命,因此从通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司作为唯一供应商处采购。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> 日期 2024 年 8 月 14 日 </div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>吴明</u>
	职称: <u>副主任护师</u>
	工作单位: <u>绍兴市人民医院</u>
项目信息	项目名称: <u>绍兴市人民医院 GE16 排 CT 球管采购项目</u>
	供应商名称: <u>通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CT是一种高技术性、高精度的医疗设备,而球管是CT的核心部件,且为消耗品,其性能好坏直接影响到患者检查的准确性。 2. 该CT的品牌是GE,医疗设备,论证是整机采购的,其结构中包含有球管,为使用期内不会发生变化,只使用GE的球管,且使用原厂配件,将直接采购球管如使用其他品牌,增加成本,造成浪费。 3. GE在绍兴市人民医院的唯一售后服务商为“通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司”。 4. 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”之规定,本项目建议采用单一来源方式进行采购。
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> 日期 2024 年 8 月 14 日 </div> </div>

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

绍兴市人民医院 GE16 排 CT 球管采购项目

单一来源论证会专家论证报告

绍兴市人民医院于 2024 年 8 月 14 日下午，在绍兴市人民医院会议室关于绍兴市人民医院 GE16 排 CT 球管采购项目进行单一来源采购可行性的论证。经过各位专家的认真讨论，评阅采购技术方案，形成如下意见：


1. CT 是一种高技术性、高精密度的医疗设备，而球管是 CT 的核心部件，且为消耗品，其性能好坏直接影响图像质量同时，影响到患者病灶的诊断甚至影响设备的安全性。

2. 该 CT 的品牌是 GE，医疗器械注册证是整机注册的，其结构及组成中包含了 CT 球管，为使注册内容不发生变化，只能使用 GE 原厂球管。且使用非原装球管，将直接影响设备的使用寿命，增加 CT 维修成本，造成安全隐患。

3. 为保证采购项目一致性和服务配套的要求及设备能够匹配和正常运行，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款“只能从唯一供应商处采购”和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的相关规定，本项目拟采用单一来源采购方式。

4. 通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司为 GE16 排 CT 球管的唯一经销商，故只能从唯一供应商处采购。

专家签名：



2024 年 8 月 14 日