

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 韩张威
	职称: 工程师
	工作单位: 绍兴文理学院附属医院
项目信息	项目名称: 绍兴市人民医院明峰 16 排 CT 球管采购项目
	供应商名称: 明峰医疗系统股份有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由于CT球管是CT设备的主要配件且体积小, 更换球管需配置同品牌、同型号的标, 准确专用球管, 只有原生产的球管才能, 达到使用要求的技术参数, 目前尚无第三方球管可替换, 2. 为保证采购项目一致性和服务两层的要求及及能正常运行, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条(一)款“只能从唯一供应商处采购”和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条相关规定, 建议本项目采用单一来源采购方式。 3. 明峰医疗系统股份有限公司为明峰16排CT球管的唯一供应商。
专业人员签字	韩张威
	日期 2024 年 8 月 14 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 高延亮
	职称: 主任医师
	工作单位: 绍兴市中医院
项目信息	项目名称: 绍兴市人民医院明峰 16 排 CT 球管采购项目
	供应商名称: 明峰医疗系统股份有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>CT球管是CT的核心部件,又是CT的消耗性配件,它的参数直接影响其他重要部件工作,其质量直接影响整机使用寿命。选用第三方的球管会影响整机的技术性能。明峰医疗认证的球管均通过与明峰医疗设备的匹配性测试,可以保证设备的使用寿命,延长机器使用寿命,只能从唯一供应商处采购。</p>
专业人员签字	<p>高延亮</p> <p>日期 2024 年 8 月 14 日</p>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>张明</u>
	职称: <u>副主任医师</u>
	工作单位: <u>绍兴市人民医院</u>
项目信息	项目名称: <u>绍兴市人民医院明峰 16 排 CT 球管采购项目</u>
	供应商名称: <u>明峰医疗系统股份有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>1. CT是一种高技术性、高精度的医疗设备,球管是CT的核心部件,又是CT的关键性部件。(具有一定使用寿命),它直接关系到其他重要部件(如发生器、探测器等)的使用寿命及整个系统的稳定性非常重要,为保证医院明峰品牌的CT的临床应用和图像质量,延长使用寿命,需使用与明峰原配匹配的球管。</p> <p>2. 球管是CT整机中的一个重要部件,明峰原厂生产的球管均通过各州级医院专家的严格性测试,测试合格率和使用寿命。</p> <p>3. 明峰CT的球管因原厂无可替代的同类球管,仅原厂球管才能满足使用,如使用非原厂球管,将影响临床。</p> <p>4. 明峰CT的球管在绍兴市人民医院是唯一合格供应商为明峰医疗系统股份有限公司。</p> <p>5. 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“必须从唯一供应商处采购”之规定,建议采购单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"><u>张明</u></div> <div style="width: 60%;">日期 2024 年 8 月 14 日</div> </div>

绍兴市人民医院明峰 16 排 CT 球管采购项目

单一来源论证会专家论证报告


绍兴市人民医院于 2024 年 8 月 14 日下午，在绍兴市人民医院会议室关于绍兴市人民医院明峰 16 排 CT 球管采购项目进行单一来源采购可行性的论证。经过各位专家的认真讨论，评阅采购技术方案，形成如下意见：

1. 由于 CT 球管是 CT 设备的主要配件，且为核心部件，更换 CT 球管需配置同一品牌、同一型号的标准型专用球管，仅有原厂生产的球管能够达到使用要求的技术参数，目前无第三方球管替换。

2. 为保证采购项目一致性和服务配套的要求及设备能够匹配兼容和正常运行，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款“只能从唯一供应商处采购”和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的相关规定，本项目拟使用单一来源采购方式。

3. 明峰 CT 在绍兴地区的唯一经销商是明峰医疗系统股份有限公司，故只能从唯一供应商处采购。

专家签名：

 2024 年 8 月 14 日