


政府采购进口产品申请核准表

申报时间：2024 年 1 月

编号：

基 本 情 况	申请单位（采购单位）	温州医科大学附属第一医院		
	联系人	蔡志敏	联系电话	0577-55578351
	拟进口的产品名称	玻璃刀制刀机	采购目录	A02100419
	数 量	1 套	金 额	25 万
	采购产品所属项目名称	样品前处理及制备仪器		
情 况	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）：			
	<input type="checkbox"/>	国家鼓励进口产品（	）	
	<input type="checkbox"/>	国家限制进口产品（	）	
	<input type="checkbox"/>	经全省统一论证的产品品目（	）	
<input checked="" type="checkbox"/>	其他（	）		
申 请 单 位 意 见	<p>申请理由：</p> <p><input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取；</p> <p><input type="checkbox"/> 2.在中国境外使用而进行采购的；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3.其他（请在意见阐述中注明）</p>			
	<p>意见阐述：</p> <p style="text-indent: 2em;">因工作需要，我院拟采购玻璃刀制刀机一套，主要用于配套电镜的相关实验研究，可以用来制造玻璃刀，适用于生物组织或者材料样品的超薄切片，进口产品支持 6.4/8/10mm 等不同规格的玻璃刀，产生的断裂面较平较完整，切片质量较高，切割滚轮寿命长且便宜，节约更换成本及维护时间。故申请采购进口设备。</p>			
<p>经办人：蔡志敏 单位负责人：沈璐</p> <p>2024 年 1 月 12 日</p> <p style="margin-left: 100px;">单位盖章</p> 				

	论证时间		论证意见		附件	张
专家 论证 意见	意见概述（可另附纸）： 主本项目采购玻璃刀制刀机一套，主用于配套电缆的相关实验研究，用来制造玻璃刀适用于生物组织或材料样品的超薄切片，进口产品支持 6.4/8/10mm 等不同规格的玻璃刀。产生的断裂面平整完整，切片产量较高，切割滚轮寿命长且便宜，节约更换成本及维护时间，故拟申请采购进口设备。					
	专家信息					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	莫川明	杭州师范大学	医疗器械	教授	18957119618	莫川明
	吉斌	浙江省人民医院	医疗设备	高工	13796599860	吉斌
	陈斌	浙江省人民医院	医疗器械	高工	13588706877	陈斌
	王彬	浙江省人民医院	医疗器械	高工	13805791691	王彬
王同政	武警医院	医疗器械	高工	13305816777	王同政	
主管 部门 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见： 经办人 单位负责人 年 月 日 单位盖章					
财政 部门 审核 意见	受理时间		受理人		电话	
经办人： 负责人： 年 月 日 单位盖章						

说明：1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，请提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，请提供专家论证意见和主管部门审查意见。

2. 论证专家人数不足 5 位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。