

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：张斌	
	职称：副主任医师	
	工作单位：温州医科大学附属第一医院	
专业人员信息	姓名：王斌	
	职称：主任	
	工作单位：温州医科大学附属第一医院	
专业人员信息	姓名：王同斌	
	职称：主任	
	工作单位：武警医院	
项目信息	项目名称：温州医科大学附属第二医院电子胃内窥镜（治疗用）	
	供应商名称：温州高品供应链有限公司	
专业人员论证意见	<p>本次采购的电子胃内窥镜（治疗用），为已有的内窥镜系统（主机为奥林巴斯，型号：CV-290）配套使用。因必须与医院现有奥林巴斯主机系统配套使用，只能采购奥林巴斯品牌的电子胃内窥镜，其他品牌产品无法满足配套使用要求，故建议允许以单一来源采购方式采购。</p>	
专业人员签字	<p>王同斌</p> <p>王同斌 斌</p>	日期：2024年5月16日