

# 质疑函

58

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： 杭州胜鸿医疗器械有限公司

地址： 浙江省杭州市拱墅区文晖路 108 号 1733 1735 室

邮编： 310000

联系人： 林忠 联系电话： 18058198730

授权代表： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： 湖州市乡村医生超声赋能行动国家试点项目-便携式超声设备

质疑项目的编号： HZHC-2024(A)019 包号： 1

采购人名称： 湖州市卫生健康委员会

采购文件获取日期： 2024 年 3 月 11 日

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： 技术参数：★3.2 远程超声会诊系统兼容所有品牌和系列的超声机器，系统运行不影响超声机器的使用（提供相关佐证材料）。

事实依据： 提供了远程会诊系统厂家承诺函

\_\_\_\_\_



### 关于满足招标文件采购需求的承诺函

湖州市卫生健康委员会/华诚工程咨询集团有限公司：

我方就湖州市乡村医生超声赋能行动国家试点项目-便携式超声设备的招标文件中的采购要求做出如下郑重承诺：

我方产品完全满足如下技术要求：

- (1) 远程超声会诊系统兼容所有品牌和系列的超声机器，系统运行不影响超声机器的使用。
- (2) 软件内可实现发给若干好友及群组直播邀请，发送直播预告。
- (3) 有原厂认证的专用 5G 智能终端进行实时超声直播，无需采集卡等硬件即可支持。
- (4) 支持实时视频回看功能，且回看视频支持任意截取保存（包括超声影像、语音和视频），作为会诊记录依据。

特此承诺！

承诺人：蓝网科技股份有限公司

日期：2024年3月13日



法律依据：..... 我公司在标书中提供了远程超声会诊系统厂家出具的证明函：.....

质疑事项 2：★3.10 有原厂认证的专用 5G 智能终端进行实时超声直播，无需采集卡等硬件即可支持（提供相关佐证材料）。

事实依据：..... 提供了证明函及彩页.....

# 证明函

本产品支持通过 hdmi 接口采集超声实时图像数据，采集到的数据支持通过 5g 移动网络传输给会诊系统。

功能仅适用于“潮州市乡村医生超声赋能行动国家试点项目-便携式超声设备”项目。



### 参数规格 Product Specification

<b>规格 Specifications</b> 型号: Ucast Q8S 品牌: 多网聚合5G直播编码器 视频输入: 1路 HDMI 1路 SDI	<b>音频 Audio</b> 输入: 3.5mm 标准通用音频输入 输出: 3.5mm 标准通用音频输出
<b>控制方式 Control Method</b> 按键: 2路 1路 APP: 手机APP控制	<b>音频规格 Encoding</b> 音频编解码: AAC 音频采样率: 48K/44.1K 音频输入制式: 线性输入制式 视频编解码: H.264/H.265 AAC 视频分辨率: 1080P, 720P, 4K 帧率: 25/30/50/60/100/120/150/180/240 1000p: 1300x1000/1280x1000/1300x1000 1080p: 1920x1080/1920x1080/1920x1080 720p: 1280x720/1280x720/1280x720 4K: 3840x2160/3840x2160/3840x2160 帧率: 25/30/50/60/100/120/150/180/240
<b>存储规格 Storage</b> 存储卡类型: TF卡 支持卡容量: 最大支持128GB	<b>客户端 Client</b> 支持平台: Android, iOS 支持设备: 手机, 平板, 电脑
<b>电源 Power Supply</b> 电源接口: 12V-3A 功耗: 5W 电池容量: 7.4V/2500mAh 续航时间: 10H	<b>传输 Protocol</b> 网络协议: RTMP, RTSP, SRT
<b>结构 Structure</b> 重量: 200g 尺寸: 140mm*120mm*45mm	<b>工作环境 Work Environment</b> 工作温度: 0°C-40°C 工作湿度: 湿度小于90% (非凝结) 存储温度: 5°C-40°C
<b>网络功能 Network</b> WIFI: 双频 2.4G/5G 有线网: 有线网接口 (RJ45) 有线网: 有线网接口 (RJ45) 有线网: 有线网接口 (RJ45) 有线网: 有线网接口 (RJ45)	

### 详情介绍 Product Details

#### 5G传输 六网聚合

#### HDMI/SDI 双路切换

#### 多平台推流 引流利器

#### 多协议推流 媒体网关拉流

#### MP3导入 BGM播放

#### 景像保存 本地回看

#### 5+小时续航 户外便携

#### 横屏/竖屏直播 任意切换

法律依据：...............我在标书中提供了配套的5G智能终端原厂的认证证明及其产品彩页。.....

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：超声设备厂家深圳市理邦精密仪器股份有限公司及配套的远程会诊系统厂家蓝网科技股份有限公司、5G智能终端深圳亿播网视科技有限公司三方合作，提供完整的证明材料，完全满足湖州市乡村医生超声赋能行动国家试点项目-便携式超声设备项目的技术参数中的3.2和3.10条款的要求。这两条的评标应不予扣分。

签字(签章)：柯忠

日期：2024年4月6日

公章：



## 质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。