

# 质疑答复函

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：上海华消生物科技有限公司

地址：上海市松江区小昆山镇港德路 188 号

联系人：刘伟连 联系电话：18658818976

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：龙游县中医医院强脉冲光与激光系统（光子嫩肤治疗仪）采购项目

质疑项目的编号：ZJCT-Z20240011 包号：/

采购人名称：龙游县中医医院

采购文件获取日期：2024 年 4 月

质疑环节：招标文件

质疑送达方式：邮寄

质疑提出时间：2023 年 4 月 18 日

质疑收到时间：2023 年 4 月 19 日

## 三、质疑答复事项具体内容及质疑答复

质疑事项 1：参数要求第 3.1-3.6 条：具备 515nm 滤光片；具备 560nm 滤光片；具备 590nm 滤光片；具备 615nm 滤光片；具备 640nm 滤光片；具备 695nm 滤光片。此六款波片在注册证上体现三种功能：色素治疗、血管治疗、毛发脱除由于各厂家设计理念不同，有滤光片式也有手具式，并应以满足适应症为要求而非固定波长，且此六个波长对科医人激光有

一定的指向性。

**质疑事项 1 答复：**使用滤波片方式进行治疗，临床操作简便、后续养护成本低。根据前期市场调查，目前满足上述滤波片治疗的厂家较多：赛腾/Profile、帝医思/Smoothcool；科英/强光 1 号、奇致/NBL-I 等，因此滤光片选择并无指向性。波长设置区间范围已调整，具体详见更正公告。

**质疑事项 2：**参数要求第 11 条光斑 15x35mm，8x15mm 该参数没有大于等于的区间项只有限定的两个光斑大小，该条款对科医人激光有一定的指向性。

**质疑事项 2 答复：**参数更正：光斑  $\geq 15 \times 35 \text{mm}$ ， $\geq 8 \times 15 \text{mm}$ ，具体详见更正公告。

**质疑事项 3：**技术参数要求第 16 条非剥脱点阵激光波长 1565nm，波长没有大于等于区间项只有固定波长，该条款对科医人激光有一定的指向性。

**质疑事项 3 答复：**参数更正：1300nm-1800nm，具体详见更正公告。

**质疑事项 4：**技术参数要求第 23 条用户数量浙江省同品牌型号强脉冲光与激光系统大于等于 40 家该条款不符合公平公正的招标原则。

**质疑事项 4 答复：**取消该条款，具体详见更正公告。

#### 四、告知质疑供应商依法投诉的权利

根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十



七条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向龙游县财政局政府采购监管科（联系人：严先生 投诉电话：0570-7011687）提起投诉。

### 五、质疑答复人及答复日期

质疑答复人：浙江省成套工程有限公司

龙游县中医医院

质疑答复日期：2024年4月23日

公章：龙游县中医医院

公章：浙江省成套工程有限公司

日期：2024年4月23日

