

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：上海华消生物科技有限公司

地址：上海市松江小昆山镇港德路 188 号

联系人：刘伟连

联系电话：18658818976

授权代表：

联系电话：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：龙游县中医医院强脉冲光与激光系统采购项目

质疑项目的编号：ZJCT-Z20240011 包号：

采购人名称：浙江省成套工程有限公司

采购文件获取日期：2024 年 4 月

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：技术参数要求第 3.1-3.6 条：具备 515nm 滤光片；具备 560nm 滤光片；具备 590 滤光片；具备 615 滤光片；具备 640 滤光片；具备 690 滤光片。

事实依据：此六款玻片在注册证上体现三种功能：色素治疗、血管治疗、毛发脱落。由于各厂家设计理念不同，有滤光片式也有手具式，并应以满足适应症为要求而非固定波长，且此六个波长对科医人激光有一定的指向性。

法律依据：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条规定：招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人

或者投标人。

质疑事项 2: 技术参数要求第 11 条: 光斑 15*35mm, 8*15nm。

事实依据: 该参数没有大于等于的区间项, 只有限定的两个光斑大小, 该条款对科医人激光有一定的指向性。

法律依据: 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条规定: 招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的, 属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

质疑事项 3: 技术参数要求第 16 条: 非剥脱点阵激光波长 1565nm。

事实依据: 该参数没有大于等于的区间项, 只有固定波长, 该条款对科医人激光有一定的指向性。

法律依据: 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条规定: 招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的, 属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

质疑事项 4: 技术参数要求第 23 条: 要求用户数量浙江省同品牌型号强脉冲光与激光系统大于等于 40 家。


事实依据: 该条款不符合公平公正的招标原则。

法律依据: 据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条规定: 采购人可以根据采购项目的特殊要求, 规定供应商的特定条件, 但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: 请贵单位针对以上质疑事项进行释疑。

签字(签章):



日期:

2024.6.18



2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。