

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 林斌
	职称: 高工
	工作单位: 浙江省中普医药研究院
专业人员信息	姓名: 王成
	职称: 工程师
	工作单位: 浙江中普医药研究院
专业人员信息	姓名: 王成
	职称: 高工
	工作单位: 省肿瘤医院
项目信息	项目名称: 自动发药机保修升级服务
	供应商名称: 杭州欧娟智能设备有限公司
专业人员论证意见	<p>BD Rowa Vmax型生药机是高精度的门诊药房输液发药设备, 针对设备的日常维护和中央场地的改造升级需求由专业的团队负责, 以保证设备在日常使用中安全稳定, 以减少故障停机时间。同时, 针对中央场地的升级改造, 必须对场地进行周密规划, 设备升级改造时的安装调试具有专业性, 因此需要原厂或者具有原厂授权的供应商才能提供这样的服务。报修升级服务所需的设备配件往往具有高技术壁垒和专业性, 同时具有原厂提供的配件才能确保设备整体的稳定性和兼容性, 避免因配件不匹配导致的故障频发或性能下降。建议选用原厂配件采购。</p>
专业人员签字	<p>林斌 王成 日期: 2024年4月9日 杭州欧娟智能设备有限公司</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。