

沈科院

夏廷玉

13868020605

政府采购公告和公示信息格式规范  
(2020年版)

# 单一来源采购公示

## 一、项目信息

采购人：浙江农林大学 动物科技学院·动物医学院

项目名称：万东医疗 CT 设备维保采购项目

拟采购的货物或服务的说明：

针对浙江农林大学教学动物医院目前使用的 CT 装机进行原厂一年维保，整机备件免费更换。

拟采购的货物或服务的预算金额：20.00 万元（贰拾万元整）

采用单一来源采购方式的原因及说明：

我院目前正在使用的 TurboTom 3S 型 32 排小动物专用 CT 为北京万东医疗科技股份有限公司自主研发的完全自主知识产权新款产品，该设备的主要部件如探测器、球管、高压等均为生产厂原创，只有原厂能够提供。设备高级应用软件也同为原厂知识产权，其软件维护、版本升级只有原厂能够提供。由于该设备为大型高精技术设备，技术复杂且具有技术唯一性，为了保证上述设备的正常使用，确保兽医临床诊断检查工作的正常开展，需要万东医疗公司原厂家专业提供本设备的维修技术及相关的备件，无其他替代品牌和替代性。满足只能从唯一供应商处采购的情况，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定中“只能从唯一供应商处采购”的服务项目，因此采用单一来源方式采购该项目。综上所述，该项目拟以单一来源采购方式从北京万东医疗科技股份有限公司采购浙江农林大学教学动物医院万东医疗 CT 设备维保

采购项目。

## 二、拟定供应商信息

名称：北京万东医疗科技股份有限公司

地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼

## 三、公示期限

2024年6月12日至2024年6月18日（公示期限不得少于5

个工作日）

## 四、其他补充事宜：

## 五、联系方式

### 1. 采购人

联系人： 姜 胜

联系地址： 浙江省杭州市临安区武肃街666号

联系电话： 15157133494

### 2. 财政部门

联系人： \_\_\_\_\_

联系地址： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

### 3. 采购代理机构（如有）

联系人： \_\_\_\_\_

联系地址： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

### **采购项目基本情况：**

(1) 采购项目名称：万东医疗 CT 设备维保采购项目

(2) 项目预算金额：20.00 万元（贰拾万元整）

(3) 项目采购内容：本次招标项目涉及的 CT 设备维保服务包含硬件技术保障服务、软件技术保障服务和运行环境影响与评价服务。其中硬件技术保障服务包括入场全面检查、维修及更换相关配件，内容包括：设备安全检查、影像质量检查、运行状态检查，同时出具书面的并有维保人员签字的《入场检修报告》；按约定进行日常巡检监测设备运行情况，并对所保设备或部件进行检测和校正，内容包括：设备安全检查、影像质量检查、运行状态检查，同时向甲方出具书面的并有维保人员签字的《巡检检测报告》；接受我院咨询，指导、培训设备的使用、管理以及常见故障的排查和处理，如进行培训的，须出具书面的并有维保人员签字的《培训报告》；对设备按约定时间进行保养，内容包括：设备安全检查、影像质量检查、设备除尘保养，运行状态检查，同时必须向甲方出具书面的并有保养人员签字的《保养报告》；软件技术保障服务包括设备性能和软件性能的升级和改造，同时必须向甲方出具书面的并有维保人员签字的《产品性能和软件升级改造报告》。

### **单一来源申购理由：**

CT 维保服务属于技术服务项目，由于设备高端，具有技术的唯一性。在技术匹配上，其他公司无法满足一体化的售后服务。

(1) CT 设备的主要部件如探测器、球管、高压等均为生产厂原

创，只有原厂能够提供；

(2) 设备高级应用软件也同为原厂知识产权，其软件维护、版本升级只有原厂能够提供；

(3) 维修保养涉及硬件、软件，特殊化学物品、专用工具等专业知识及技能，对专业性有很高的要求。该产品为国内首创且上市时间较短，目前无法确认除原厂外有同类企业具备该产品的维修资质与能力；

(4) 同时作为临床检查设备，根据国家有关规定，设备必须符合监管部门的注册指标，而设备使用过程中随着磨损及环境的变化指标会发生漂移，将影响临床检查结果，目前除原厂外无法寻找到可信的掌握调试工艺的企业或人员。综上所述，北京万东医疗科技股份有限公司为本项目的唯一供应商，拟采用单一来源方式采购。

## 六、附件

专业人员论证意见（格式见附件）

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吴海冲	
	职称: 副研究员	
	工作单位: 浙江大学动物医学中心	
项目信息	项目名称: 万东医疗 CT 设备维保采购项目	
	供应商名称: 北京万东医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>CT 维保是一项非常专业的设备集合服务项目, 保养中其零件 (例如 X 线球管等) 更换需要有原厂定制的规格型号和技术要求, 不能使用非原厂配件, 否则设备将无法运行, 因此该项目符合招标采购法第三十一条第一项只能从唯一服务出处采购。因此, 本标可以按单一来源的方式进行招标采购。</p>	
专业人员签字	吴海冲	日期: 2023 年 11 月 1 日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 师福山	
	职称: 教授	
	工作单位: 浙江理工大学科技学院	
项目信息	项目名称: 万东医疗 CT 设备维保采购项目	
	供应商名称: 北京万东医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>CT 技术目前在国内外医院应用发展很快, 而高技术含量的医院设备 CT 是当地医院也是国家标准和省级医院的重要条件之一。北京万东医疗为国内 CT 品牌龙头企业, 由于 CT 的维修涉及到原厂脚管等零部件更换, 以及软件升级等处理, 涉及技术涉及知识产权和招标范围, 若公司产品间无法做到通用或替代, 具有唯一性, 符合国家单一来源采购有关规定。因此建议该项目采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	师福山	日期: 2023 年 11 月 1 日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王华南
	职称: 副教授
	工作单位: 浙江大学
项目信息	项目名称: 万东医疗 CT 设备维保采购项目
	供应商名称: 北京万东医疗科技股份有限公司
专业人员论证意见	<p>CT维修是一种技术含量很高, 专业性极强的维修业务。目前万东 CT 产品没有维修授权服务, 且 CT 重要零件 X 线球管, 高压发生器, 主机及控制软件只有在制造厂获取。CT 机维修后还需要一系列质控检测, 保证最好的分辨率, 清晰度。基于上述原因同意推荐单一来源采购方式获得维修服务。</p>
专业人员签字	<p>王华南</p> <p>日期: 2023 年 11 月 1 日</p>