

浙江省立同德医院柜式洗笼机、隧道式洗笼机、真空管道垫料全自动收集系统、大小鼠代谢系统、大鼠平板架、豚鼠笼、兔笼、双层猪笼、双层猴笼、双层犬笼、小鼠开放式饲养笼、IVC独立通风笼盒系统采购项目质疑回复

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：浙江省立同德医院柜式洗笼机、隧道式洗笼机、真空管道垫料全自动收集系统、大小鼠代谢系统、大鼠平板架、豚鼠笼、兔笼、双层猪笼、双层猴笼、双层犬笼、小鼠开放式饲养笼、IVC独立通风笼盒系统采购项目

质疑项目的编号：ZJCT-SLTD20240901

采购人名称：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

采购文件获取日期：2024年10月09日

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：质疑事项1：3.1、柜式洗笼机 ▲项2条，△项10条 3.2、隧道式洗笼机 ▲项2条，△项7条 3.3、真空管道垫料全自动收集系统 ▲项1条，△项16条 3.4、大小鼠代谢系统 ▲项1条，△项3条 3.6、豚鼠笼 ▲4条 3.7、兔笼 ▲项6条 3.8、双层猪笼 ▲项1条，△2条 3.9、双层猴笼 ▲项2条，△项3条 3.10、双层犬笼 ▲项2条，△项2条 3.12、IVC独立通风笼盒系统（大鼠） ▲项2条，△项10条 3.13、IVC独立通风笼盒系统（小鼠） ▲项2条，△项16条

事实依据：事实依据：1、以上技术参数标注“▲”参数为重要技术参数，不满足采购文件要求作无效标。△2、设备必须是品牌官方网站产品目录中已有机型型号，不接受定制机。设备应该符合相应的生产标准和质量控制，以确保其性能和可靠性。（需提供制造商公开发布的印刷资料和制造商互联网主页上的产品说明截图，技术支持资料不完整或无法完全证明参数的视为负偏离。技术功能符合度：对应于采购文件第三章“采购需求”中“招标技术要求”的符合度，标注“△”条款每一项不满足采购文件要求扣2分，未标注“△”条款每一项不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。众所周知，实验动物笼器具及相关配套设备暂未制定相关国标，业内各个制造商所生产的产品在外形结构，功能结构等方面都有所不同。而本次招标项目13个产品△项总共近100条，并且必须是品牌官方网站产品目录中已有机型型号，“△”条款每一项不满足采购文件要求扣2分。试问除了指定的品牌，还有哪一家能够满足，能够得到技术分？此招标文件满篇的那些霸王条款，在这里就不一一列举了。个别商家为了推销产品到了歇斯底里、丧心病狂、为所欲为的地步。

法律依据：法律依据：中华人民共和国国务院令第658号，公布《中华人民共和国政府采购法实施条例》 中华人民共和国国务院令第658号，公布《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；



(八) 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：请求：综合以上诸多因素，望招标方能认真考虑我方建议，并重新更改标书进行招标。

质疑事项回复：浙江省成套工程有限公司受采购人浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）委托就本项目相关质疑事项做出回复。

本次招标所列举的产品技术参数，是以客户实际需求为出发点，公平公正公开的进行招标，全部内容及流程符合相应的法律法规，未出现质疑文件中所谓的招投标法中涉及的不公平情况，如有疑问，请详细列举说明。额外说明如下：

1、本次采购涉及的产品，相应的国标是 GB 14925 2023 实验动物环境及设施，内有详细的规定，请自行查阅；

2、针对不接受定制产品的描述，是因为各个厂家产品目录内的机型应经过严格的设计、制造审核，经过市场的实际检验，而定制产品跟标准产品相比，在产品质量、稳定性等方面无法很好保证，所以本次招标要求标准产品。

3、针对部分笼器具产品，取消参数“△2、设备必须是品牌官方网站产品目录中已有机型型号，不接受定制机。”详见本项目更正公告内容。

4、关于▲的举例说明：“2.3 清洗内室壁板采用 $\geq 2\text{mm}$ 厚 316L 不锈钢板，镜面抛光，外装饰罩采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚 304 不锈钢拉丝板（提供证明材料）”产品材质、厚度、加工工艺，都会影响产品使用寿命，所以本条目作为重要参数。其他的▲、△条目情况类似。

感谢贵公司对本项目的关注与参与。若贵公司对本质疑回复不满意，可以在质疑答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

#### 1. 采购人信息

名称：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

地址：杭州市西湖区古翠路 234 号

质疑联系人：胡主任

质疑联系方式：0571-89972080

#### 2. 采购代理机构信息

名称：浙江省成套工程有限公司



地 址：杭州市西湖区古墩路 701 号紫金广场 A 座 1206 室

质疑联系人：郑青岚

质疑联系方式：0571-85067986

3. 同级政府采购监督管理部门

名 称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地 址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家 G03 办公室（快递仅限  
ems 或顺丰）

联 系 人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

回复日期：2024 年 10 月 11 日

