

# 关于海宁市人民医院五个标项医疗设备项目

## 评标结果质疑的答复函

北京博隆设备安装有限公司：

浙江省国际技术设备招标有限公司于 2025 年 1 月 7 日收到北京博隆设备安装有限公司快递送达的关于海宁市人民医院五个标项医疗设备（标项 2 中心正压系统）项目（项目编号：0625-24215F76 标项 2）招标结果的质疑函，浙江省国际技术设备招标有限公司将质疑函抄送被质疑相关方广州昂升精密机械有限公司和丽兹控股有限公司。广州昂升精密机械有限公司提交了关于质疑事项的回复资料“质疑答复函”，丽兹控股有限公司未回复。我公司于 2025 年 1 月 15 日组织原评审小组对质疑事项进行复核（协助质疑答复），根据复核意见，就质疑事项答复如下：

质疑事项 1：

质疑事项 1 广州昂升精密机械有限公司所投产品中心正压系统不符合招标文件第四章《招标内容及需求》标项 2 中心正压系统 1.11 具有医用压缩机组医疗器械注册证。

事实依据：根据中标结果公告信息，该单位的空压机艾璞/安徽合肥、机组型号为 AP22-8C。该公司医疗器械注册证的型号为 MedGe-Ma6。与医疗器械注册证型号不符合。本标项为空气压缩机具备医疗器械注册证。该型号与其控制系统型号一致，涉及套用资质。（详见附件 1）

答复：

根据广州昂升精密机械有限公司的“质疑答复函”，及投标文件响应内容，其在投标文件中提供了 MedGE-MA6 的医用压缩机组医疗器械注册证，本次投标的空压机型号为艾璞 AP22-8C，为医用压缩机组的组成部分之一。评委认为该条款广州昂升精密机械有限公司符合招标文件要求。



质疑事项 2:

质疑事项 2 广州昂升精密机械有限公司所投产品空压机参数不符合招标文件空气压缩机单台流量： $\geq 2.52\text{m}^3/\text{min}$  要求  
事实依据：根据厂家公开信息艾璞 AP22-8C 单台流量为  $2.44\text{m}^3/\text{min}$ ，涉及虚假投标（详见附件 2）。

答复：

根据广州昂升精密机械有限公司的“质疑答复函”，及投标文件响应内容，其提供的单台主机出气量为  $0.846\text{m}^3/\text{min}$ ，三台主机的出气量可达到  $2.538\text{m}^3/\text{min}$ ，评委认为该条款广州昂升精密机械有限公司不符合招标文件“单台流量： $\geq 2.52\text{m}^3/\text{min}$ ”的要求。

质疑事项 3:

质疑事项 3 我方怀疑广州昂升精密机械有限公司、丽兹控股有限公司，所投产品中心正压系统不符合招标文件“第四章<招标内容及需求>标项 2：中心正压系统中，▲1.10 通过 ISO 8573-1 CLASS 0 含油量认证，全无油认证”要求。

事实依据：我方根据公开信息查询，未查询到相关关于“0 含油量认证，全无油认证”，怀疑虚假响应。

答复：

1. 根据广州昂升精密机械有限公司的“质疑答复函”，及投标文件响应内容，其在投标文件中提供了 ISO 8573-1 CLASS 0 全无油认证证书，评委认为该条款广州昂升精密机械有限公司符合招标文件要求。
2. 评审小组审核了丽兹控股有限公司的投标文件，其在投标文件中简单响应了符合该条款，但未提供 ISO 8573-1 CLASS 0 全无油认证证书。因该条款为实质性参数，质疑处理过程中未提供佐证材料，评委认为丽兹控股有限公司该条款应判为不符合。

综上，丽兹控股有限公司存在标注“▲”的实质性要求不符合，投标应为无效。



根据《政府采购质疑和投诉办法》第十六条“（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。” 本项目有效供应商不足三家，本项目废标，将重新组织采购。

特此答复。

如你公司对本答复不满意，可以在答复期满后 15 个工作日内向海宁市财政局提起投诉。

浙江省国际技术设备招标有限公司

2025 年 1 月 16 日

招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：浙江省杭州市凤起路 334 号同方财富大厦 14 楼

联系人：汪飞君

联系电话：0571-85860235

