

## 关于龙游县人民医院内窥镜系统（胃肠镜）等 2 个标项（标项 2）评标结果质疑的答复函

浙江鑫博医疗器械有限公司：

2024 年 11 月 4 日收到浙江鑫博医疗器械有限公司政采云平台递交的关于龙游县人民医院 4K 荧光、高清腹腔镜系统项目（项目编号：0625-24215945，标项 2）招标结果的质疑函。浙江省国际技术设备招标有限公司将质疑函抄送被质疑相关方杭州晟扬医疗投资管理有限公司，杭州晟扬医疗投资管理有限公司提供书面回复，对相关质疑事项作出解释。2024 年 11 月 12 日 10:30（北京时间），浙江省国际技术设备招标有限公司邀请原评审专家就质疑事项进行复核以协助代理机构答复。

现就质疑事项答复如下：

评审小组复核认为：

质疑事项 1：质疑事项：我公司参与的由浙江国际技术设备招标有限公司组织的项目名称：龙游县人民医院内窥镜系统（胃肠镜）等 2 个标，项目编号：0625-24215945，标项 2（4K 荧光、高清腹腔镜系统 各 1 套）。我认为中标供应商杭州晟扬医疗投资管理有限公司所投产品的技术响应多数与事实不符，疑似虚假应标，严重违背了此次招标的公平、公证性，损害了投标人的权益，对此，我司于 2024 年 11 月 1 日提出投诉质疑。

事实依据、法律依据详见质疑函原件。

质疑事项 1 答复：

“一、4K 荧光腹腔镜系统” 质疑相关技术参数意见如下：

针对技术参数 3.5 条，杭州晟扬医疗投资管理有限公司投标时已响应负偏离。

针对技术参数 3.8 条，杭州晟扬医疗投资管理有限公司的投标响应可以满足招标文件要求。



针对技术参数 3.9 条，杭州晟扬医疗投资管理有限公司的投标响应可以满足招标文件要求。

针对技术参数 3.11 条，杭州晟扬医疗投资管理有限公司投标时已响应负偏离。

针对技术参数 3.15 条，招标文件要求“主机内置输出端口：DP 数字端口 $\geq$ 2 个，12G-SDI 数字端口 $\geq$ 1 个，DVI 数字端口 $\geq$ 1 个。”，杭州晟扬医疗投资管理有限公司投标响应不完全满足要求，评审小组复核判定杭州晟扬医疗投资管理有限公司该项响应为负偏离。

针对技术参数 4.6 条，杭州晟扬医疗投资管理有限公司投标时已响应负偏离。

针对技术参数 5.1 条，招标文件要求“术中可见光、近红外光源为 LED，不使用荧光技术（提供说明书或彩页证明）”，杭州晟扬医疗投资管理有限公司的所投产品光源非 LED，该项投标响应判定为负偏离。

针对技术参数 5.5 条，杭州晟扬医疗投资管理有限公司的投标响应可以满足招标文件要求。

针对技术参数 6.4 条，招标文件要求“低流量模式（小儿模式）：适用于儿童，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15 l/min。当流速调节范围为：0.1-2 l/min 范围，调节精度为 0.1 l/min；当流速调节范围为 2-10 l/min 范围，调节精度为 0.5 l/min”，经复核，杭州晟扬医疗投资管理有限公司投标响应不完全满足要求，该项投标响应判定为负偏离。

针对技术参数 7.5 条，杭州晟扬医疗投资管理有限公司的投标响应可以满足招标文件要求。

针对技术参数 9.6 条，原评审时评审小组已判定杭州晟扬医疗投资管理有限公司的投标响应负偏离。

“二、高清腹腔镜摄像系统” 质疑相关技术参数意见如下：

针对技术参数 2.3 条，杭州晟扬医疗投资管理有限公司投标时已响应负偏离。

针对技术参数 2.4 条，招标文件要求“可兼容同品牌的氙灯光源和 LED 光源。”，杭州晟扬医疗投资管理有限公司投标响应不完全满足要求，评审小组复核判定杭州晟扬医疗投资管理有限公司该项响应为负偏离。

针对技术参数 2.7 条，杭州晟扬医疗投资管理有限公司的投标响应可以满足

招标文件要求。

针对技术参数 2.8 条，杭州晟扬医疗投资管理有限公司的投标响应可以满足招标文件要求。

针对技术参数 2.12 条，杭州晟扬医疗投资管理有限公司的投标响应可以满足招标文件要求。

针对技术参数 2.15 条，招标文件要求“具备视频数字输出端口：3G-SDI 端口 $\geq 1$  个，DVI 数字端口 $\geq 2$  个。”，杭州晟扬医疗投资管理有限公司投标响应不完全满足要求，评审小组复核判定杭州晟扬医疗投资管理有限公司该项响应为负偏离。

针对技术参数 2.18 条，招标文件要求“可通过主机机械按钮实现白平衡功能”，杭州晟扬医疗投资管理有限公司所投产品不具有机械按钮，该项投标响应判定为负偏离。

针对技术参数 3.2 条，招标文件要求“摄像头采集和摄像主机输出的像素均为：1920 $\times$ 1080P，画面宽高比：16:9；图像传感器：3 $\times$ 1/3” CCD 晶片，带有 HD 标志；”，杭州晟扬医疗投资管理有限公司投标响应不完全满足要求，评审小组复核判定杭州晟扬医疗投资管理有限公司该项响应为负偏离。

针对技术参数 6.4 条，招标文件要求“低流量模式（小儿模式）：适用于儿童，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15 l/min。当流速调节范围为：0.1-2 l/min 范围，调节精度为 0.1 l/min；当流速调节范围为 2-10 l/min 范围，调节精度为 0.5 l/min”，经复核，杭州晟扬医疗投资管理有限公司所投产品当流速调节范围为 2-10 l/min 范围，调节精度不完全满足要求，该项投标响应判定为负偏离。

针对技术参数 6.6 条，杭州晟扬医疗投资管理有限公司投标时已响应负偏离。

针对技术参数 7.1 条，原评审时评审小组已判定杭州晟扬医疗投资管理有限公司的投标响应负偏离。

综上，根据复核结果，质疑部分成立，杭州晟扬医疗投资管理有限公司存在招标文件符合性审查中“未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；”的情形，其投标无效。

如你公司对本答复不满意，可以在答复期满后 15 个工作日内向龙游县财政局提起投诉。

浙江省国际技术设备招标有限公司

2024 年 11 月 13 日



联系方式：

1.采购人信息

名称：龙游县人民医院

地址：浙江省龙游县东华街道友钦路 1 号

项目联系人（询问）：郑女士

项目联系方式（询问）：0570-7212633

质疑联系人：胡先生

质疑联系方式：15957047065

2.采购代理机构信息

名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路 334 号同方财富大厦 14 层

项目联系人（询问）：林财，孙翔，汪飞君

项目联系方式（询问）：0571-85860240，15158188766

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名称：龙游县财政局政府采购监管科

地址：浙江省衢州市龙游县莲湖路 69 号

联系人：严先生

监督投诉电话：0570-7011687

