

浙江省国际技术设备招标有限公司关于龙游县人民医院盆底磁疗仪
项目招标文件质疑的答复函

:

浙江省国际技术设备招标有限公司于2024年9月11日收到你公司邮寄送达的对龙游县人民医院盆底磁疗仪项目（项目编号：0625-24215A33，标项5）招标文件的质疑函。浙江省国际技术设备招标有限公司将质疑函抄送采购人龙游县人民医院。根据采购人意见并受其委托，现对质疑事项答复如下：

质疑事项 1：参数 2.7 项：主副双屏配置，主屏医护操作，副屏患者观看，医患实时互动；

该参数存在明显的不合理性，限制或者排斥潜在投标人。

事实依据：磁刺激治疗属于被动训练，患者无需使用副屏观看。配置副屏是为了满足生物反馈训练的需要，目前市面上有且仅有南京伟思医疗科技股份有限公司生产的磁刺激仪（苏械注准 20222091563）和深圳市理邦精密仪器股份有限公司生产的脉冲磁刺激仪（粤械注准 20232090795）具有此功能，满足该参数的厂家不足三家。

法律依据：《中华人民共和国招标投标法》第五章第五十一条招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款。

质疑答复：采用主副双屏配置，主屏医护操作，副屏患者观看，医患实时互动，可保证患者实时充分了解治疗信息，对治疗做出及时反馈，达到更好的治疗效果。经采购人前期市场调研，康宇医疗、深圳理邦、南京伟思等厂家均有产品可以满足上述要求，且该条款为一般技术条款，允许偏离，不能满足该项功能的产品也可以通过价格竞争参与投标。

质疑事项 2：参数：2.8 项：主屏为触控式操作屏，尺寸 ≥ 15 寸，无需键盘、鼠



标，方便操作

该参数存在明显的不合理性，限制或者排斥潜在投标人。

事实依据：对于佩戴医用手套的医护人员，触控式电脑操作不流畅，界面灵敏度低，大大降低操作人员的工作效率，不利于临床工作的开展。而且触控式电脑存在误触风险，刺激强度的陡升会引起肌肉过度收缩，对患者机体有损伤风险。该参数强调电脑的结构形式，实际上只要同样可以实现临床需要的显示和操作功能，都应该允许被使用和接受，该参数存在明显的不合理性，限制或者排斥潜在投标人。

法律依据：《中华人民共和国招标投标法》第五章 第五十一条招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款。

质疑答复：根据采购单位相关医生反馈，触控式直观、方便、效率更高，避免点击鼠标敲击键盘的不必要噪音，节省操作界面空间，避免线缆缠绕，可以提高操作人员的工作效率，有利于临床工作的开展。经采购人前期市场调研，河南翔宇、深圳理邦、泰安康宇等厂家均有产品可以满足上述要求。且该条款为一般技术条款，允许偏离，不能满足该项可以通过价格竞争参与投标。

质疑事项 3：参数▲2.3 项分体式结构，磁刺激主机、冷却系统集成在机箱内，冷却系统非外置，座椅独立外置；（提供完整产品彩页作为证明材料）和▲2.9 项：磁刺激强度可通过 软件与主机旋钮两种模式调节（提供完整产品彩页作为证明材料）；

该参数存在明显的不合理性，限制或者排斥潜在投标人且 同时满足两个参数的厂家不足 3 家。

事实依据：电脑软件或磁刺激主机旋钮均可实现调节强度的功能，若二者可独立工作，则取其一即可，强调双模式调节存在明显限制性和排斥性；若二者需同时工作，则在实际使用中，操作人员的注意力被分散在屏幕、旋钮、患者三处，提高了操作难度，降低了工作效率，存在明显不合理性。分体式结构，磁刺激主机、冷却系统集成在机箱内，该项要求仅有南京伟思医疗科技股份有限公司生产的磁刺激仪（苏械 注准 20222091563）一家满足。

法律依据：《中华人民共和国招标投标法》第五章 第五十一条 招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对 潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共 同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处 一万元以上五万元以下的罚款。

质疑答复：设备通过旋钮和主机操作更贴合临床根据使用习惯选择不同调节的模式，且旋钮操作增加临床操作的便捷性；经采购人前期市场调研，有 3 家及以上厂家产品可以满足上述要求。“分体式结构，磁刺激主机、冷却系统集成在机箱内”，针对该条内容，根据采购人前期市场调研情况，河南翔宇、君德医疗、南京伟思等厂家均有产品可以满足上述要求，不存在只有一家满足的情形。

质疑事项 4：参数 2.11 项：输出脉冲重复频率： $\geq 80\text{Hz}$ ，允差 $< \pm 4\%$ ；

仅有南京伟思医疗科技股份有限公司生产的磁刺激仪（苏械注准 20222091563）能够满足，该参数具有明显的指向性和排他性，不符合公开招标需满足三家可参与投标的竞争要求。

事实依据：国内主流盆底磁刺激仪的输出频率允差均 $\geq \pm 5\%$ ，仅有南京伟思医疗科技股份有限公司的产品满足该参数要求的 $\leq \pm 4\%$ ，因此该参数具有明显的指向性和排他性，不符 合公开招标需满足三家可参与投标的竞争要求。相关图片详见质疑函。

法律依据：《中华人民共和国招标投标法》第二章第二十条招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。第五章 第五十一条招 标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款。

质疑答复：《政府采购需求管理办法》第九条规定，采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。盆底磁疗仪输出脉冲重复频率允差越小，治疗效果越复核医生预期，目前电磁强度和频率等的控制已日益精准，市场上大部分新推车的中高端产品均可较好满足本条技术要求，部分产品允差可达 $\leq \pm 1\%$ 。根据采购人前期调查，深圳英智、深圳理邦，武汉依瑞德等均有产品满足此项技术要求。且该条款为一般技术条款，允许偏离，不能满足该项可以通过价格竞争参与投标。

质疑事项 5: 参数 2.14 项: 磁刺激具有 Kegel 训练功能; 2.15 项: 磁刺激具有生物反馈训练功能; 2.16 项: 磁刺激软件可选择磁刺激、Kegel 训练、多媒体生物反馈等多种不同方案进行组合治疗

仅有南京伟思医疗科技股份有限公司生产的磁刺激仪(苏械注准 20222091563)和深圳市理邦精密仪器股份有限公司生产的脉冲磁刺激仪(粤械注准 20232090795)能够满足该参数具有明显的指向性和排他性。

事实依据: 据了解,目前市面上有且仅有南京伟思医疗科技股份有限公司生产的磁刺激仪(苏械注准 20222091563)和深圳市理邦精密仪器股份有限公司生产的脉冲磁刺激仪(粤械注准 20232090795)具有主动和被动训练功能,该参数具有明显的指向性和排他性,不符合公开招标需满足三家可参与投标的竞争要求。

法律依据: 《中华人民共和国招标投标法》第二章第二十条 招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。第五章 第五十一条 招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的,对潜在投标人实行歧视待遇的,强制要求投标人组成联合体共同投标的,或者限制投标人之间竞争的,责令改正,可以处一万元以上五万元以下的罚款。

质疑答复: 2.14、2.15、2.16 项技术参数均为临床是广泛使用、医学上广为认可的训练功能,是采购人采购该设备的目的之一。主动和被动训练功能也并非仅有南京伟思医疗科技股份有限公司、深圳市理邦精密仪器股份有限公司所生产的设备可以满足,经采购人的前期调查,泰安市康宇医疗器械有限公司也有可满足要求的盆底磁疗仪,满足 3 家可参与投标的竞争要求。且这些条款均为一般技术条款,允许偏离,不能满足均可以通过价格竞争参与投标。

质疑事项 6:参数 2.17 项: 磁刺激软件具有实时坐姿监测功能,非仅座椅有坐姿标识,设备屏幕实时显示坐姿位置图像,错误坐姿时软件自动报警,保证治疗疗效

仅有南京伟思医疗科技股份有限公司生产的磁刺激仪(苏械注准 20222091563)能够满足,该参数具有明显的指向性和排他性。

事实依据: 据了解,目前市面上有且仅有南京伟思医疗科技股份有限公司生产的磁刺激仪(苏械注准 20222091563)具有实时坐姿监测功能,该参数具有明显的

指向性和排他性，不符合公开招标需满足三家可参与投标的竞争要求。

法律依据：《中华人民共和国招标投标法》第二章第二十条 招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。第五章第五十一条招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款。

质疑答复：招标文件该标项的技术参数 2.17 项内容为“设备软件具有坐姿监测功能，出现错误坐姿，可指导患者进行正确坐姿，保证疗效。”，并非质疑函中所述内容。根据采购人前期调研，市场上至少有河南翔宇、南京伟思 MagBelle 系列、深圳市理邦 MP 系列等厂家产品均满足该项技术要求，满足 3 家可参与投标的竞争要求。且该条款为一般技术条款，允许偏离，不能满足该项可以通过价格竞争参与投标。

质疑事项 7:2.20 磁刺激设备包含体外压力反馈模块；

本次贵单位采购的盆底磁产品，根据市场调研，满足该参数的盆底磁产品仅有南京伟思一家，该参数具有明显的指向性和排他性，不符合公开招标需满足三家可参与投标的竞争要求。

质疑答复：满足 2.20 项技术参数的产品，据采购人调查，至少有康宇医疗、深圳理邦、南京伟思等厂家均有可满足该项要求的产品，满足 3 家可参与投标的竞争要求。且该条款为一般技术条款，允许偏离，不能满足该项可以通过价格竞争参与投标。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条等规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责。《政府采购需求管理办法》第九条规定，采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。此次拟采购的盆底磁疗仪为医院的高端配置，可适用于盆底功能障碍的治疗。可刺激人体中枢神经和外周神经，用于神经损伤性疾病、腰骶神经功能障碍的辅助治疗。故根据采购人的实际需要以及前期市场调查，对以上技术条款不做修改。

以上内容为对贵司关于龙游县人民医院盆底磁疗仪项目的质疑回复。如你公司对本答复不满意，可以在答复期满后 15 个工作日内向龙游县财政局政府采购监管科提起投诉。

浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年9月18日



1.采购人信息

名称：龙游县人民医院

地址：浙江省龙游县东华街道友钦路 1 号

项目联系人（询问）：郑女士

项目联系方式（询问）：0570-7212633

质疑联系人：胡先生

质疑联系方式：15957047065

2.采购代理机构信息

名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路 334 号同方财富大厦 14 层

项目联系人（询问）：林财，孙翔，汪飞君

项目联系方式（询问）：0571-85860240

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名称：龙游县财政局政府采购监管科

地址：浙江省衢州市龙游县莲湖路 69 号

联系人：吴女士

监督投诉电话：0570-7011687

