

浙江省国际技术设备招标有限公司关于龙游县人民医院盆底磁疗仪  
项目招标文件质疑的复函

:

浙江省国际技术设备招标有限公司于2024年9月24日收到你公司邮寄送达的对龙游县人民医院盆底磁疗仪项目（项目编号：0625-24215A33，标项5）招标文件的质疑函。浙江省国际技术设备招标有限公司将质疑函抄送采购人龙游县人民医院。根据采购人意见并受其委托，现对质疑事项答复如下：

**质疑事项 1：**参数：2.8 项：主屏为触控式操作屏，尺寸 $\geq 15$  寸，无需键盘、鼠标，方便操作

该参数不满足三家。质疑回复函中说明该参数河南翔宇也满足该要求，根据我方市场了解，其屏幕尺寸仅为 12.1 寸，不满足该参数条件，请提供其他满足该条件的其他符合品牌以及相关证明材料予以佐证。

河南翔宇彩页（略）

**回复：**你公司与 2024 年 9 月 11 日已就该技术条款提起质疑，质疑内容为：

“**质疑事项 2：**参数：2.8 项：主屏为触控式操作屏，尺寸 $\geq 15$  寸，无需键盘、鼠标，方便操作

该参数存在明显的不合理性，限制或者排斥潜在投标人。

**事实依据：**对于佩戴医用手套的医护人员，触控式电脑操作不流畅，界面灵敏度低，大大降低操作人员的工作效率，不利于临床工作的开展。而且触控式电脑存在误触风险，刺激强度的陡升会引起肌肉过度收缩，对患者机体有损伤风险。该参数强调电脑的结构形式，实际上只要同样可以实现临床需要的显示和操作功能，都应该允许被使用和接受，该参数存在明显的不合理性，限制或者排斥潜在投标人。”

根据原质疑内容，主要为“主屏为触控式操作屏”相关事项。本次质疑主要内容为原答复中的“河南翔宇”不满足主屏尺寸 $\geq 15$  寸，现按贵方质疑要求补充提供南京伟思产品可以满足上述要求，产品型号 MagBelle F120。

**质疑事项 2：**参数 2.17 项：磁刺激软件具有实时坐姿监测功能，非仅座椅有坐



姿标识，设备屏幕实时显示坐姿位置图像，错误坐姿时软件自动报警，保证治疗疗效

仅有南京伟思医疗科技股份有限公司生产的磁刺激仪(苏械注准 20222091563)能够满足，该参数具有明显的指向性和排他性。

质疑回复中提及的深圳理邦 MP 系列和河南翔宇两个厂家均不满足，针对 2.17 项回复方只提供了文字说明，应对该项参数所说的功能请给予证明材料佐证。

回复：你公司在 9 月 10 日提交的质疑中已就上述“2.17 项”提起质疑。质疑事项为：

“**质疑事项 6:**参数 2.17 项：磁刺激软件具有实时坐姿监测功能，非仅座椅有坐姿标识，设备屏幕实时显示坐姿位置图像，错误坐姿时软件自动报警，保证治疗疗效

仅有南京伟思医疗科技股份有限公司生产的磁刺激仪（苏械注准 20222091563）能够满足，该参数具有明显的指向性和排他性。

**事实依据：**据了解，目前市面上有且仅有南京伟思医疗科技股份有限公司生产的磁刺激仪（苏械注准 20222091563）具有实时坐姿监测功能，该参数具有明显的指向性和排他性，不符合公开招标需满足三家可参与投标的竞争要求。”

我公司已就上述质疑事项进行处理并回复。答复内容为：

“**质疑答复：**招标文件该标项的技术参数 2.17 项内容为“设备软件具有坐姿监测功能，出现错误坐姿，可指导患者进行正确坐姿，保证疗效。”，并非质疑函中所述内容。根据采购人前期调研，市场上至少有河南翔宇、南京伟思 MagBelle 系列、深圳市理邦 MP 系列等厂家产品均满足该项技术要求，满足 3 家可参与投标的竞争要求。”

招标文件 2.17 项采购要求内容为“设备软件具有坐姿监测功能，出现错误坐姿，可指导患者进行正确坐姿，保证疗效。”本次质疑你公司未提供新的有效证据，答复内容以第一次质疑答复内容为准。（见前述）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条等规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责。《政府采购需求管理办法》第九条规定，采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准地方标准等标准、规范，也可以根



据项目目标提出更高的技术要求。此次拟采购的盆底磁疗仪为医院的高端配置，可适用于盆底功能障碍的治疗。可刺激人体中枢神经和外周神经，用于神经损伤性疾病、腰骶神经功能障碍的辅助治疗。上述质疑项 2.8 项、2.17 项技术参数条款均为一般技术条款，不能满足该项功能的产品也可以通过价格竞争参与投标。

如你公司对本答复不满意，可以在答复期满后 15 个工作日内向龙游县财政局政府采购监管科提起投诉。

浙江省国际技术设备招标有限公司

2024 年 9 月 28 日

### 1. 采购人信息

名称：龙游县人民医院

地址：浙江省龙游县东华街道友钦路 1 号

项目联系人（询问）：郑女士

项目联系方式（询问）：0570-7212633

质疑联系人：胡先生

质疑联系方式：15957047065

### 2. 采购代理机构信息

名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路 334 号同方财富大厦 14 层

项目联系人（询问）：林财，孙翔，汪飞君

项目联系方式（询问）：0571-85860240

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

### 3. 同级政府采购监督管理部门

名称：龙游县财政局政府采购监管科

地址：浙江省衢州市龙游县莲湖路 69 号

联系人：吴女士

监督投诉电话：0570-7011687