

# 浙江省医疗器械检验研究院全自动模块式动物血液体液分 析仪采购项目（项目编号：ZJ-2470205-30）中标结果质疑 答复函

质疑人：茵赛拓（杭州）生物科技有限公司

收到质疑日期：2024年10月11日

质疑项目名称：浙江省医疗器械检验研究院全自动模块式动物血液体液分析仪  
采购项目

项目编号：ZJ-2470205-30

## 茵赛拓（杭州）生物科技有限公司：

我公司于2024年10月11日收到贵公司关于浙江省医疗器械检验研究院全  
自动模块式动物血液体液分析仪采购项目（项目编号：ZJ-2470205-30）中标结  
果的质疑函扫描件，受采购人委托，现就质疑事项答复如下：

### 一、质疑事项 1 及答复

#### 1. 质疑事项 1

质疑事项 1：中标单位所提供的产品参数不能满足招标技术  
要求第一点：▲检测速度：CBC+DIFF≥110 个样本/小  
时；CBC+DIFF+NRBC+RET≥60 样本/小时（产品彩页或第  
三方有CMA标识的检测机构出具的检测报告）

事实依据：目前希森美康动物用血球 XN-1000V，CBC+DIFF



测试速度根据官网宣传页及说明书中 CBC+DIFF 的测试速度只有 100 个样本/小时，并不能能满足大于 110 个样本/小时的要求（具体见本文后面提供的参考文件）

法律依据：根据《中华人民共和国招标投标法》第五十四条，投标人有下列行为之一的，属于《招标投标法》第五十四条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其 1 年至 3 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格：

- (一) 伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标；
- (二) 3 年内 2 次以上使用他人名义投标；
- (三) 弄虚作假骗取中标给招标人造成直接经济损失 30 万元以上；
- (四) 其他弄虚作假骗取中标情节严重的行为

## 2. 质疑事项1的答复

收到质疑函后，我方要求被质疑供应商[纽珑生命科技(上海)有限公司]对质疑事项进行解释和说明，纽珑生命科技(上海)有限公司按要求做出了关于质疑函的回复说明。

根据纽珑生命科技(上海)有限公司说明：其本次投标机型为 XN-1000V 的国产机型，制造商为济南希森美康医用电子有限公司，产地为中国，并按照招标文件要求提供了彩页作为证明材料，完全响应招标文件“第二章一三、技术要求序号一1 检测速度：CBC+DIFF $\geq$ 110 个样本/小时；CBC+DIFF+NRBC+RET  $\geq$ 60 样本/小时”的要求。同时其提供了产品操作手册，根据操作手册描述，其投标产品符合上述条款要求。

另，纽珑生命科技(上海)有限公司解释说明：质疑函所附图一为希森美康进口产品型号的彩页样本；图二中网页 <https://www.sysmex-wca.com/>并非希森美康中国官网的网址([www.sysmex.com.cn](http://www.sysmex.com.cn))，产品也非国产产品；图三显示型号为 XN-2000 为希森美康人机的进口型号，上述三个截图均和其投标产品无关。

经我方核对纽珑生命科技(上海)有限公司投标文件，投标机型为 XN-1000V，制造商为济南希森美康医用电子有限公司，产地为中国。投标响应满足招标文件“第二章一三、技术要求序号一1 检测速度：CBC+DIFF $\geq$ 110 个样本/小时；CBC+DIFF+NRBC+RET  $\geq$ 60 样本/小时”的要求，并在投标文件中提供了产品彩页作为证明材料。在质疑处理阶段，纽珑生命科技(上海)有限公司提供的产品操作手册对应内容与其投标响应内容质疑。

综上，贵公司的质疑不成立。

以上为对贵公司质疑事项的答复。贵公司若对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向浙江省政府采购行政裁决服务中心（地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）提出投诉。

联系人：周群峰、葛珍妮

联系电话：0571-81061804、0571-88081687

