

关于温州医科大学脉动真空灭菌器项目的质疑回复函

一、质疑项目基本情况

质疑供应商：[REDACTED]

收到质疑函日期：2024年10月12日

质疑项目的名称：脉动真空灭菌器

质疑项目的编号：WMU-2024ZB957

二、质疑事项具体内容及答复

质疑事项 1：技术参数：★2. 容积 \geq 1380L，外形尺寸： \leq 1812x1609x2333mm；内室尺寸： \geq 1550x760x1180mm，双扉，内置蒸发器。

事实依据：容积、外形尺寸、内室尺寸，此三个尺寸同时做了限制要求。能同时完全符合这三项尺寸要求的货物，目前市场在售的就只有一个品牌。

法律依据：《招标投标法实施条例》第三十二条：招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

与质疑事项相关的质疑请求：调整此项参数。

质疑答复：招标文件对上述参数进行调整，具体调整详见本项目更正公告。

贵公司如若对答复不满意，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监督管理部门提出投诉。

