

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： [REDACTED]
地址： [REDACTED] 邮编： 325000
联系人： [REDACTED] 联系电话： [REDACTED]
授权代表： [REDACTED]
联系电话： [REDACTED]
地址： [REDACTED] 邮编： 325000

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： 脉动真空灭菌器
质疑项目的编号： WMU-2024ZB957 包号： 1
采购人名称： 温州医科大学
采购文件获取日期： 2024.10.12

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： 技术参数：★2.容积 $\geq 1380L$ ，外形尺寸： $\leq 1812x1609x2333mm$ ；内室尺寸： $\geq 1550x760x1180mm$ ，双扉，内置蒸发器。

事实依据：容积、外形尺寸、内室尺寸，此三个尺寸同时做了限制要求。能同时完全符合这三项尺寸要求的的货物，目前市场在售的就只有一个品牌。

法律依据：《招标投标法实施条例》第三十二条：招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： [REDACTED] 调整此项参数。
签字(签章)： [REDACTED] 公章：
日期： 2024.10.12