

论证会签到表

采购单位		绍兴市中医院		
采购项目		绍兴市中医院刨削手柄采购项目		
序号	姓名	单位	职称	联系电话
	叶巍	绍兴市第七人民医院	工程师	13575580290
	卓峰	绍兴第二医院	工程师	13581321716
	卓峰	绍兴市如东人民医院	工程师	13857560631

2024年9月29日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 叶巍
	职称: 工程师
	工作单位: 绍兴市第七人民医院
项目信息	项目名称: 绍兴市中医院刨削手柄采购项目
	供应商名称: 杭州鼎通医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>医院拟采购设备为在史赛克动力系统配件。现有主机(型号: COKE2), 刨削手柄必须与它连接使用, 否则无法使用。根据史赛克(北京)医疗器械有限公司提供授权书显示, 杭州鼎通医疗器械有限公司作为绍兴市第七人民医院史赛克刨削手柄项目唯一特约经销商, 故建议本项目采用单一来源方式向杭州鼎通医疗器械有限公司进行采购。</p>
专业人员签字	<p>叶巍</p>
	日期 2024 年 9 月 29 日



注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 卓峰
	职称: 工程师
	工作单位: 绍兴市二医院
项目信息	项目名称: 绍兴市中医院刨削手柄采购项目
	供应商名称: 杭州鼎通医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>1. 该项目是动力系统的配套产品, 目前, 医院使用史赛克动力系统, 因此, 不能采购该品牌的刨削手柄, 其它品牌手柄不能与该动力系统主机兼容.</p> <p>2. 根据产品的特殊性, 故申请单一来源采购.</p>
专业人员签字	卓峰
	日期 2024 年 9 月 29 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 
	职称: 工程师
	工作单位: 绍兴市心功医院
项目信息	项目名称: 绍兴市中医院创削手柄采购项目
	供应商名称: 杭州鼎通医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>创削手柄是手术动力系统的重要组成部分,目前医院在用的动力系统是史赛克 CORTE 系统,市场上其它品牌型号的手柄无法与医院在用的系统互连兼容。</p> <p>故建议采用单一来源方式采购</p>
专业人员签字	
	日期 2024 年 9 月 29 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 关于绍兴市中医院刨削手柄采购项目单一来源补充论证报告

绍兴市中医院于2024年9月29日14时30分，在绍兴市中医院会议室组织专家对该单位绍兴市中医院刨削手柄采购项目单一来源采购进行可行性论证。经过各位专家的认真讨论，评阅采购技术方案，形成如下意见：

1、刨削手柄是手术动力系统的重要组成部分，目前医院在用的动力系统是史赛克（型号：CORE 2），市场上其他品牌型号的手柄无法与医院在用系统适配兼容。

2、根据史赛克（北京）医疗器械有限公司提供授权书显示，杭州鼎通医疗器械有限公司（地址浙江省杭州市桐庐县江南镇金堂路733号308-2工位）作为绍兴市中医院史赛克刨削手柄项目唯一特约经销商。

3、根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款相关规定，只能从唯一供应商处采购的情形。故建议绍兴市中医院刨削手柄采购项目采用单一来源方式向杭州鼎通医疗器械有限公司进行采购。

专家签字：



2024年9月29日