

质疑函

一、投标人基本信息

投标人名称：桂林世康医疗科技有限公司

地 址：桂林市七星区空明西路新建区五号小区（13-1号）创业大厦B座B507房

邮 编：541000

联系人：田敬国

联系电话：15078357736

授权代表：田敬国

联系电话：15078357736

地 址：桂林市七星区空明西路新建区五号小区（13-1号）创业大厦B座B507房

邮 编：541000

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：桂林医学院附属医院影像阅片工作站、诊断阅片工作台及灯光系统采购

质疑项目的编号：GXZC2023-G1-004799-GLJC

采购单位名称：桂林医学院附属医院

采购代理机构名称：桂林市政府集中采购中心

采购文件获取日期：2024年02月20日

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1:

招标文件 P20 页“第三章 采购需求”—“1 影像阅片工作站” — “★14、显示器配套质量控制软件设置模块提供 ≥ 12 个不可变更的标准 QC 策略库，此类策略只可查看，不支持修改”

事实依据:

QC 策略库作为一种质量管理工具，实际上是根据使用者所处环境、区域为使用者提供质量控制的方法和标准，1 个 QC 策略库就足够满足使用需求。

而本条参数中要求 ≥ 12 个不可变更的标准 QC 策略库，存在策略库数量过多、不同的标准难以对应的问题，容易给使用者带来使用负担；且不同的 QC 策略库可能采用的不同国家、地区的标准，对于在国内应用无实际参考意义。

综上所述，本条参数强制对 QC 策略库的数量进行限制和要求存在一定程度的不合理性，且本条参数标注★号项，为实质性要求，据市场调查上述参数能够完全满足的品牌不足三家，参数的设置存在以不合理条件限制、排斥潜在投标人。

法律依据:

根据中华人民共和国主席令（第 21 号）《中华人民共和国招标投标法》第二章第二十条“招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。”。

中华人民共和国政府采购法实施条例第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

(二) 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

(三) 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

(四) 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

(六) 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

(八) 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 2:

招标文件 P21 页“第三章 采购需求”——“2 诊断阅片工作台及灯光系统”——“(2) 20 套工位：

★1) 具备 NFC 动感应区域，将移动设备靠近感应区，可快速获取医用显示器上显示器的医学影像；

★2) 碰传软件安装在手机上后可通过碰触智能阅片桌 NFC 连接后，可一键对医用显示器上的医学影像进行截图。

★3) 碰传软件可截取影像预览区供用户查看，用户可自主选择保存、重新截取和取消。

★4) 碰传软件可截取图像自动保存手机相册，预设相册图标，快速定

位。

5) 提供医学影像传送软件著作权证书。”

事实依据:

阅片工位的主要作用是为医护人员提供一个更稳定、更舒适的阅片工作环境，帮助医生更高效地进行诊断。而上述参数**要求整体的阅片工作站**具备 NFC 动感应区域，通过碰传软件获取医用显示器上显示器的医学影像、及进行截图功能，而上述特定功能、特殊应用实现方式会给医院带来如下隐患:

1. **数据泄露风险:** NFC 传输的数据可能被附近的恶意设备或软件拦截。虽然 NFC 的通信距离相对较短，但在医院这个高人流密度的使用场所，攻击者仍有机会接近并窃取数据。
2. **隐私保护问题:** 医院处理的影像资料往往涉及患者的隐私信息。如果 NFC 传输未得到妥善保护，可能导致患者隐私泄露，**进而违反相关法律法规和伦理标准。**
3. **设备兼容性问题:** 不同的 NFC 设备和手机可能存在兼容性问题，这可能导致传输失败或数据损坏。医院**需要确保所有设备都能够可靠地支持 NFC 功能，这可能需要额外的成本和管理工作。**
4. **安全漏洞风险:** NFC 技术本身也存在安全漏洞，这些漏洞可能被黑客利用来攻击医院的信息系统。医院需要定期更新和修补其 NFC 系统，以防止安全漏洞被利用。
5. **操作风险:** 使用者如果不熟悉 NFC 技术的操作，可能导致误操作或


数据丢失。

6. **传输速度限制**：相比于其他无线传输技术（如 Wi-Fi 或蓝牙），NFC 的传输速度可能较慢。对于大容量的影像数据，这可能导致传输时间过长，**影响工作效率**。


市面上主流阅片工作站厂家均采用**更为安全**的医学影像传输、获取方式，且据市场调查，**仅“巨鲨”品牌的阅片工作站能够完全满足上述参数**。

此条参数要求阅片工位具备特定功能、特殊应用实现方式，使得参数技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品，能够完全满足上述参数要求的产品品牌不足 3 家，且上述参数标注★号项，为实质性要求，属于以不合理条件限制、排斥潜在供应商。

附巨鲨“手机碰传医学图象快速截取功能”官方宣传视频说明截图







截图图像可发送给



本院区 集团医院 上下级医共体



内部临床医生手机端



进行快速浏览

附巨鲨“闪图医学影像传送软件”用户手册截图

1. 软件简介

欢迎使用JUSHA Portal闪图医学影像传送软件，简称JUSHA Portal闪图。JUSHA Portal闪图旨在通过简单的操作，使医护人员能够快速获取有质量保证的影像。

JUSHA Portal闪图安装在移动设备上，可通过扫描nfc预设卡片或者直接点击该软件的图标快速打开本软件。

1.1 关于本手册

本手册旨在指导用户正确地对JUSHA Portal闪图进行使用，所以请在使用前仔细阅读本手册。

当本产品转于第三方时，请将本手册一并转交。

本产品规格如有更改，恕不另行通知。

我们的目标是向您提供尽可能准确和实用的指导手册。但如果您发现手册中存在错误，请务必通知我们，感谢您的支持。

如果对本手册有其他疑问，请与南京巨鲨显示科技有限公司联系。

1.2 软件简介

JUSHA Portal闪图是以最大程度减少用户的操作为基础，实现用户对影像的截图、保存、快捷打开图库的功能。

2. 使用说明

2.1 如何访问本软件

本软件安装在移动设备上，提供两种启动方式，介绍如下：

2.1.1 软件自动启动

若安装本软件的移动设备支持nfc功能，则将移动设备靠近预设的nfc卡片（通过移动设备的nfc写入功能，将软件的信息提前写入该卡片中，从而形成预设的nfc卡片），扫描成功后，则会自动启动安装在移动设备上的本软件。若成功连接到截图设备，则打开如下图2-1-1所示界面。




图2-1-1 JUSHA Portal闪图主界面

若未成功连接到截图设备，则打开如下图2-1-2所示界面进行设备未连接提示。用户可点击图中的刷新按钮进行设备连接重试。

2.2 影像截图、保存

2.2.1 影像截图

在图2-1-1所示界面中，点击【截屏】按钮，可对截图设备连接的显示器进行截图，截图过程界面如图2-2-1所示。




图2-2-1 正在截图界面

截图完成后，则显示在影像预览区供用户查看，同时提供保存、重新截取和取消的功能，如图2-2-2所示界面。用户若对当前截取的影像不满意，则可点击图2-2-2所示界面中的【重新截取】按钮；若用户仅查看影像，不进行保存，可点击图2-2-2所示界面中的【取消】按钮，返回2-1-1所示软件主界面。

截图完成后，则显示在影像预览区供用户查看，同时提供保存、重新截取和取消的功能，如图2-2-2所示界面。用户若对当前截取的影像不满意，则可点击图2-2-2所示界面中的【重新截取】按钮；若用户仅查看影像，不进行保存，可点击图2-2-2所示界面中的【取消】按钮，返回2-1-1所示软件主界面。



图2-2-2 截图完成界面

2. 4 分享图片

用户在图2-2-3界面中，点击图片分享图标，可打开手机的图片分享功能，将图片分享至微信或其他社交平台，显示如下图2-4-1。



图2-4-1 影像截图分享

3. 维护声明

南京巨鲨显示科技有限公司保证在承诺保修期内产生的任何符合系统软件维护条件的问题给予免费的专业维护。

本系统软件提供有限责任质量保证。南京巨鲨显示科技有限公司不对由用户自身原因造成的直接的、间接的、意外的损坏负责。用户要注意本系统软件的系统设置、用户数据和操作控制，以上因素都会影响系统软件性能。

法律依据：

根据中华人民共和国主席令（第 21 号）《中华人民共和国招标投标法》第二章第二十条“招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。”。

中华人民共和国政府采购法实施条例第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需

要不相适应或者与合同履行无关；

(三) 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

(四) 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

(六) 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

(八) 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

请求采购方及招标公司对质疑事项相关的内容以及事实依据进行核实，如质疑内容属实，申请删除或修改以上质疑内容中具有明显偏向性和指向性的参数条款。

本次招标活动中的技术参数条款设定，具有明显的偏向性，通过技术参数要求的一系列限制，指定特定品牌，限制其它品牌供应商参与本项目，严重侵犯了其他供应商的权益，不符合《政府采购法》规定。

为维护国家利益，社会公共利益，保护政府采购当事人和参与此项目供应商的合法利益，请贵方就上述事项根据采购法有关规定在期限内作出调查并书面回复，同时我司保留向相关监督管理部门进行投诉的权利。

签字(或签章)：_____



公章：桂林世康医疗科技有限公司

日期：2024年2月22日

