

参数专家审查意见表

时间: 2024年9月18日

采购单位	乌兰县人民医院
项目名称	2024年高海拔地区医疗服务能力建设项目
项目金额	1000000 元
专家审查意见	<p>1. 除颤仪. 15. 去除欧盟救护车担架 EN 1789:2007 陪护等物 27144.</p> <p>7. 血细胞分析仪. 去除 14. 定期提供原厂 配套的并经过 FDA 及 NMPA 注册的品牌.</p> <p>专家姓名: 马正强 职称: 副主任医师 工作单位: 青中医院 审查时间: 2024.9.18</p>

# 参数专家审查意见表

时间：2024年9月18日

采购单位	乌兰县人民医院
项目名称	2024年高海拔地区医疗服务能力建设项目
项目金额	1000000 元
专家审查意见	<p>该项目技术参数及各项要求设置无倾向性与歧视性条款，参数设置合理。</p> <p>专家姓名：韩卫红                      职称：教授 工作单位：青海大学 审查时间：2024.9.18</p>



# 参数专家审查意见表

时间:2024年9月18日

采购单位	乌兰县人民医院
项目名称	2024年高海拔地区医疗服务能力建设项目
项目金额	1000000元
专家审查意见	<p>贵院在“高海拔地区医疗服务能力建设”项目中,采购一批医疗器材,结合自身临床需要,在市场调研的基础上,形成了一套采购参数。今组织专家就该参数进行评审,针对这套参数进行了认真审评,并且做了部分调整和修改(见附件)。认为该参数无指向性、唯一性及排他性,满足公开市场采购条件,符合政府采购相关法规及政策。可进入正常采购程序。</p> <p>专家姓名: 李希明 职称: 教授 工作单位: 青海大学附属医院 审查时间: 18/9-2024</p>

# 参数专家审查意见（汇总表）

时间：2024年 9月 18日

采购单位	乌兰县人民医院
项目名称	2024 年高海拔地区医疗服务能力建设项目
项目金额	1000000 元
专家审查意见	<p>2024 年高海拔地区医疗服务能力建设项目，经审查小组论证，综合意见如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>除颤仪第十五条去除欧盟救护车标准 EN1789:2007 防护等级 IP44。</li><li>血细胞分析仪去除第十四条中校准品：定期提供原厂配套的，并通过 FDA 及 NMPA 注册的校准品。</li></ol> <p>审查小组成员： 韩卫红 </p> <p>审查时间： 2024. 9. 18.</p>

# 参数审查专家成员签到表

项目名称： 2024年高海拔地区医疗服务能力建设项目

论证时间： 2024年09月18日16:00分

序号	姓名	单位名称	职务/职称	联系电话	备注
1	孙郁迪	青海大学附属医院	教授	13007799887	
2	韩卫红	青海大学	教授	13997239280	
3	马石媛	省中医院	副主任医师	13997188851	
4					
5					