

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 尹宁
	职称: 主任医师
	工作单位: 新疆医科大学附属医院
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院国产医用耗材服务商采购项目(一批)四次胸外科 TiNi 环抱式接骨器
	供应商名称: 凌锐新材料(甘肃)有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达采购的理由)</p> <p>该产品胸外科 TiNi 环抱式接骨器由符合 GB 24627 标准要求的镍钛形状记忆合金制成, 应用于管状骨骨折内固定, 属于前沿技术。唯一厂商, 没有设备绑定, 不是招标, 公开招标现场只有一家递交投标文件, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条, 74 号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定, 同意采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	<p>尹宁</p> <p>日期 2024 年 月 日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 苏攀	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 白碱滩第三人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院国产医用耗材服务商采购项目(一批)四次胸外科 TiNi 环抱式接骨器	
	供应商名称: 凌锐新材料(甘肃)有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达采购的理由)</p> <p>本项目拟采购胸外科 TiNi 环抱式接骨器，主要用于骨折固定。该类产品材质为钛合金，分为直筒型、直筒型、弯筒型、异型或相同型号各型。由于各厂家生产工艺及材料不同，其他厂家的产品无法完全满足临床需求。经过市场调研，凌锐新材料(甘肃)有限公司在公开招投标市场均有一系列产品承接该业务。该项目非紧急及抢救项目，依据《政府采购法》第三十一条之规定属于单一来源采购范围，为临床使用需要，同意采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	苏攀	日期 2024 年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 鞠丽娟	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 乌鲁木齐市第一人民医院(儿童医院)	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院国产医用耗材服务商采购项目(一批)四次胸外科 TiNi 环抱式接骨器	
	供应商名称: 凌锐新材料(甘肃)有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达采购的理由) 该院拟采购胸外科 TiNi 环抱式接骨器, 临床中主要应用于管状骨的骨折内固定。要求有主梁、环抱臂及端齿组成, 形状为直管型、锥筒型、弯筒型、异型或椭圆形, 且应符合 GB 24627 标准要求的钛合金制成, 经过公开招标, 现场只有一家递交投标文件。凌锐新材料(甘肃)有限公司, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(二)项《政府采购非招标采购管理办法》关于单一来源采购的相关规定, 同意采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	鞠丽娟	日期 2024 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。