

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李平
	职称: 副主任医师
	工作单位: 阿克苏地区人民医院
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院国产试剂服务商采购项目(第三批)前列腺小体外泄蛋白检测试剂盒
	供应商名称: 新疆九州通医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达采购的理由)</p> <p>本医院采购的医院前列腺小体外泄蛋白检测试剂盒, 规格为 0.31g/ml, 线性范围在 0.31g/ml - 10ng/ml 内, 相关性 ≥ 0.99。国内生产厂家为新疆九州通医疗器械有限公司, 国内其他厂家生产的试剂盒无法达到其技术指标要求, 该项目为急诊检验项目, 且为平检试剂, 为确保检验结果的准确性, 依据《临床检验操作规程》第 12.1.1 条, 凡符合下列条件的, 100% 采用单一来源的方式进行采购。</p>
专业人员签字	<p>李平</p> <p>日期 2024 年 月 日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡文华
	职称: 高级工程师
	工作单位: 医科大学第二附属医院
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院国产试剂服务商采购项目(第三批)前列腺小体外泄蛋白检测试剂盒
	供应商名称: 新疆九州通医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达采购的理由)</p> <p>自治区人民医院拟采购的前列腺小体外泄蛋白检测试剂盒是采用酶联免疫法尿液检测,要求测定结果相对偏差控制在$\pm 10\%$,检测限$\leq 0.3\text{ng/ml}$,检测线性为$0.3\text{ng/ml} - 10\text{ng/ml}$,批内变异系数无排他性。目前只有一家供应商新疆九州通医疗器械有限公司投标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条,74号令附件采购方式和采购程序的相关规定,同类医院采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	<p>胡文华</p> <p>日期 2024 年 月 日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 鞠丽娟	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 乌鲁木齐市儿童医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院国产试剂服务商采购项目(第三批)前列腺小体外泄蛋白检测试剂盒	
	供应商名称: 新疆九州通医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达采购的理由) 该院拟采购的前列腺小体外泄蛋白检测试剂盒, 临床要求: 使用酶联免疫法, 准确度以2个公司企业参品(浓度分别为0.3ng/mL, 6.0ng/mL)作为样本进行检测, 其测定结果的相对偏差应在±10%以内, 检测限不高于0.3ng/mL且要求测量系统线性在0.3ng/mL~10ng/mL线性范围内, 相关系数应不小于0.9900, 目前有一供应商(新疆九州通医疗器械有限公司)来投标, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及《政府采购非招标采购管理办法》关于单一来源采购的相关规定, 同意采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	鞠丽娟	日期 2024 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。