

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郑得宁	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 武警新疆总队医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院进口医用耗材服务商采购项目(一批)七次(心内科植入式冠状窦电极导线等耗材)	
	供应商名称: 上海普威科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达采购的理由) 拟采购的项目要求用于有源植入设备,构成一个起搏系统,在特定的前提和条件下,得近对患者和植入设备采取特殊保护措施的情况下,可以用该电极导线进行核磁共振影像检查,同时上海普威科技有限公司独家代理的产品满足此要求,根据《中华人民共和国政府采购法》第31条、74条《政府集中采购目录管理办法》关于单一来源采购相关规定,同意单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	郑得宁	日期 2024 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 尹 子	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 新疆维吾尔自治区人民医院第六附属医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院进口医用耗材服务商采购项目(一批)七次(心内科植入式冠状窦电极导线等耗材)	
	供应商名称: 上海普威科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达采购的理由) 拟采购的心内科植入式冠状窦电极导线等耗材是由1-1连接器、导线、导线头、尖端电极、环形电极、电极导线体、美国双芯套、电极导线固定套管组成,用于有创介入设备一起构成起搏器系统。目前只有一家符合产品性能标准的生产商,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、《政府采购法实施条例》第七十四条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十一条关于单一来源采购的相关规定,同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	尹 子	日期 2024 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。