


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郑得宁	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 武警医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区中医医院消化内镜超声小探头采购项目	
	供应商名称: 新疆九洲泰康医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	拟采购的项目要求频率 20MHz、插入部外径: 2.4mm, 有效长度 2050mm, 并与医院 现有设备匹配, 目前新疆九 洲泰康医疗科技有限公司为 独家代理商, 根据法律《中 华人民共和国政府采购法》第 三十一条、74号令《政府采购非 招标采购办法》关于单一来源 采购相关规定, 同意采用单 一来源方式进行采购。	
专业人员签字	郑得宁	日期 年 月 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙莉	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 新疆兵团医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区中医医院消化内镜超声小探头采购项目	
	供应商名称: 新疆九洲泰康医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	该项目拟采购的超声小探头是以前医院使用的消化内镜设备配套使用, 才能完成该设备的检查功能, 其他探头与此设备不匹配, 属于原进口设备的配套产品, 专机专用。根据政府采购法和单一来源采购的相关规定, 该项目符合单一来源的采购条件, 为满足医院的使用需求, 同意按照单一来源的采购方式购买该小探头。	
专业人员签字	孙莉	日期 年 月 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨晓坤	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 喀什市人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区中医医院消化内镜超声小探头采购项目	
	供应商名称: 新疆九洲泰康医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	该项目为自治区中医医院消化内镜科使用设备超声内镜的配套探头, 为整机配套产品. 因原厂独家生产技术及技术壁垒搭设限制. 该产品无法替代使用. 故该产品具有唯一性和无法替代性, 根据《中华人民共和国政府采购法》及74号令的相关规定, 同意采用单一来源的方式进行采购。	
专业人员签字		日期: 年 月 日