

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘文华	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 乌鲁木齐市中医医院	
项目信息	项目名称: 西门子大孔径螺旋 CT 维保	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	本项目为西门子大孔径螺旋 CT, 维修保养由西门子原厂提供, 机器配件及球管等是西门子公司独家专利技术所有, 国内无可替代产品, 故采用单一来源的方式进行采购。	
专业人员签字	刘文华	日期 _____ 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李丽	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 自治区中医院	
项目信息	项目名称: 西门子大孔径螺旋 CT 维保	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	大孔径螺旋 CT 为高端精密设备, 建议购置东丁配量球, 因东丁配量球精度高, 对设备性能及图像质量有保障, 且性价比比较高, 可保障设备使用寿命, 同时建议使用东丁维保, 可保障设备性能及使用率, 故建议行单一来源采购。	
专业人员签字	李丽	日期 2024 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王刚	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 郑州市骨科医院.	
项目信息	项目名称: 西门子大孔径螺旋 CT 维保	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	二附院采购西门子 DSA 维修项目, 该设备属于精密医疗设备, 涉及专业维修项目, 由原厂技术人员负责, 且该设备以及该设备配件, 必须由原厂提供, 且原厂具有唯一性, 其他厂家配件, 不能连续使用, 且该设备使用压力, 操作复杂, 且该设备使用, 建议由原厂来负责维修及采购.	
专业人员签字	王刚	日期 2024年8月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。