

表 1

政府采购单一来源申请表

申请单位	阿克苏地区第二人民医院
申请文件名 称	
采购项目名 称	
采购项目金 额	55 万人民币
项目使用单 位	
项目组织单 位	
申 请 理 由	<p>胃肠镜技术是目前消化科发展的最重要技术之一，早癌也是消化界热点病种，从设备图像精度、清晰度来讲，国产设备相比进口设备仍然有一定差距，胃肠镜做为视频图像诊断工具，这一点非常重要。</p> <p>首先进口设备具备以下优势：1 从消化道早癌诊疗来说，进口设备的 NBI 技术发展最早，应用最广，也是被广泛认可的提升早癌检出率的光学染色技术，国产设备还不具备此功能。2 进口设备具备 NBI,AFI 等特殊光检查技术，是国产设备所不具备的，这些特殊光检查技术是为国际所认可的重要内镜检查技术，是日常检查不可或缺功能之一因此为了我院技术更强力的发展，与国内外最先进技术接轨，需要购买进口设备。</p> <p>其次进口及国产各个供应商厂家所生产产品不能实现互通互用，专机专用，我院现有设备为进口产品，为保证现有设备延续使用及降低采</p>

购成本，同时从科室长远发展考虑，购买同一品牌内镜，售后服务更具便利性，因此需要单一来源采购。

盖 章

年 月 日

表 2

政府采购单一来源所属行业主管部门意见

一、基本情况	
申请单位	阿克苏地区第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子胃镜
拟采购产品金额	55 万人民币
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购的：	
<input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：	
<input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。	
<p>原因阐述：胃肠镜技术是目前消化科发展的最重要技术之一，早癌也是消化界热点病种，从设备图像精度、清晰度来讲，国产设备相比进口设备仍然有一定差距，胃肠镜做为视频图像诊断工具，这一点非常重要。</p> <p>首先进口设备具备以下优势：1 从消化道早癌诊疗来说，进口设备的 NBI 技术发展最早，应用最广，也是被广泛认可的提升早癌检出率的光学染色技术，国产设备还不具备此功能。2 进口设备具备 NBI,AFI 等特殊光检查技术，是国产设备所不具备的，这些特殊光检查技术是为国际所认可的重要内镜检查技术，是日常检查不可或缺功能之一因此为了我院技术更强力的发展，与国内外最先进技术接轨，需要购买进口设备。</p> <p>其次进口及国产各个供应商厂家所生产产品不能实现互通互用，而是专机专用，我院现有设备为进口产品，为保证现有设备延续使用及降低采购成本，同时从科室长远发展考虑，购买同一品牌内镜，售后服务更具便利性，因此需要单一来源采购。</p>	
三、进口产品所属行业主管部门意见	

盖 章

年 月 日

表 3

政府采购单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	阿克苏地区第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子胃镜
拟采购产品金额	55 万人民币
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购的：	
<input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：	
<input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。	
<p>原因阐述：胃肠镜技术是目前消化科发展的最重要技术之一，早癌也是消化界热点病种，从设备图像精度、清晰度来讲，国产设备相比进口设备仍然有一定差距，胃肠镜做为视频图像诊断工具，这一点非常重要。</p> <p>首先进口设备具备以下优势：1 从消化道早癌诊疗来说，进口设备的 NBI 技术发展最早，应用最广，也是被广泛认可的提升早癌检出率的光学染色技术，国产设备还不具备此功能。2 进口设备具备 NBI,AFI 等特殊光检查技术，是国产设备所不具备的，这些特殊光检查技术是为国际所认可的重要内镜检查技术，是日常检查不可或缺功能之一因此为了我院技术更强烈的发展，与国内外最先进技术接轨，需要购买进口设备。</p> <p>其次进口及国产各个供应商厂家所生产产品不能实现互通互用，而是专机专用，我院现有设备为进口产品，为保证现有设备延续使用及降低采购成本，同时从科室长远发展考虑，购买同一品牌内镜，售后服务更具便利性，因此需要单一来源采购。</p>	
三、专家论证意见	

从科室长远发展考虑，购买相同品牌内镜有两个好处。一是售后服务无缝衔接更便利性，二是相同品牌设备核心技术具有延续性，利用科室技术发展。建议单一来源采购设备。

专家签字：梁建国

年 月 日

表 3

政府采购单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	阿克苏地区第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子胃镜
拟采购产品金额	55 万人民币
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购的：	
<input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：	
<input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。	
<p>原因阐述：胃肠镜技术是目前消化科发展的最重要技术之一，早癌也是消化界热点病种，从设备图像精度、清晰度来讲，国产设备相比进口设备仍然有一定差距，胃肠镜做为视频图像诊断工具，这一点非常重要。</p> <p>首先进口设备具备以下优势：1 从消化道早癌诊疗来说，进口设备的 NBI 技术发展最早，应用最广，也是被广泛认可的提升早癌检出率的光学染色技术，国产设备还不具备此功能。2 进口设备具备 NBI,AFI 等特殊光检查技术，是国产设备所不具备的，这些特殊光检查技术是为国际所认可的重要内镜检查技术，是日常检查不可或缺功能之一因此为了我院技术更强烈的发展，与国内外最先进技术接轨，需要购买进口设备。</p> <p>其次进口及国产各个供应商厂家所生产产品不能实现互通互用，而是专机专用，我院现有设备为进口产品，为保证现有设备延续使用及降低采购成本，同时从科室长远发展考虑，购买同一品牌内镜，售后服务更具便利性，因此需要单一来源采购。</p>	
三、专家论证意见	

进口设备专用主机,可避免混用设备可能出现的复杂故障情况,
建议使用同一品牌设备,建议单一来函采购.

专家签字:冯燕,

年 月 日

表 3

政府采购单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	阿克苏地区第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子胃镜
拟采购产品金额	55 万人民币
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购的：	
<input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：	
<input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。	
<p>原因阐述：胃肠镜技术是目前消化科发展的最重要技术之一，早癌也是消化界热点病种，从设备图像精度、清晰度来讲，国产设备相比进口设备仍然有一定差距，胃肠镜做为视频图像诊断工具，这一点非常重要。</p> <p>首先进口设备具备以下优势：1 从消化道早癌诊疗来说，进口设备的 NBI 技术发展最早，应用最广，也是被广泛认可的提升早癌检出率的光学染色技术，国产设备还不具备此功能。2 进口设备具备 NBI,AFI 等特殊光检查技术，是国产设备所不具备的，这些特殊光检查技术是为国际所认可的重要内镜检查技术，是日常检查不可或缺功能之一因此为了我院技术更强力的发展，与国内外最先进技术接轨，需要购买进口设备。</p> <p>其次进口及国产各个供应商厂家所生产产品不能实现互通互用，而是专机专用，我院现有设备为进口产品，为保证现有设备延续使用及降低采购成本，同时从科室长远发展考虑，购买同一品牌内镜，售后服务更具便利性，因此需要单一来源采购。</p>	
三、专家论证意见	

单一来源采购设备能有效降低购买成本,同品牌
内镜成像结果近似,医生检查结果和诊断依据,具备同质化
的好处,减少误差,建议单一来源采购

专家签字:徐杰

年 月 日

表 3

政府采购单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	阿克苏地区第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子胃镜
拟采购产品金额	55 万人民币
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购的：	
<input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：	
<input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套要求，需要从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。	
<p>原因阐述：胃肠镜技术是目前消化科发展的最重要技术之一，早癌也是消化界热点病种，从设备图像精度、清晰度来讲，国产设备相比进口设备仍然有一定差距，胃肠镜做为视频图像诊断工具，这一点非常重要。</p> <p>首先进口设备具备以下优势：1 从消化道早癌诊疗来说，进口设备的 NBI 技术发展最早，应用最广，也是被广泛认可的提升早癌检出率的光学染色技术，国产设备还不具备此功能。2 进口设备具备 NBI,AFI 等特殊光检查技术，是国产设备所不具备的，这些特殊光检查技术是为国际所认可的重要内镜检查技术，是日常检查不可或缺功能之一因此为了我院技术更强烈的发展，与国内外最先进技术接轨，需要购买进口设备。</p> <p>其次进口及国产各个供应商厂家所生产产品不能实现互通互用，而是专机专用，我院现有设备为进口产品，为保证现有设备延续使用及降低采购成本，同时从科室长远发展考虑，购买同一品牌内镜，售后服务更具便利性，因此需要单一来源采购。</p>	
三、专家论证意见	

单一来源采购能有效降低购买成本, 保证设备使用兼容性, 以及设备维护功能的匹配性, 建议单一来源采购

专家签字: 姚萍

年 月 日

表 3

政府采购单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	阿克苏地区第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子胃镜
拟采购产品金额	55 万人民币
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购的：	
<input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：	
<input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。	
<p>原因阐述：胃肠镜技术是目前消化科发展的最重要技术之一，早癌也是消化界热点病种，从设备图像精度、清晰度来讲，国产设备相比进口设备仍然有一定差距，胃肠镜做为视频图像诊断工具，这一点非常重要。</p> <p>首先进口设备具备以下优势：1 从消化道早癌诊疗来说，进口设备的 NBI 技术发展最早，应用最广，也是被广泛认可的提升早癌检出率的光学染色技术，国产设备还不具备此功能。2 进口设备具备 NBI,AFI 等特殊光检查技术，是国产设备所不具备的，这些特殊光检查技术是为国际所认可的重要内镜检查技术，是日常检查不可或缺功能之一因此为了我院技术更强力的发展，与国内外最先进技术接轨，需要购买进口设备。</p> <p>其次进口及国产各个供应商厂家所生产产品不能实现互通互用，而是专机专用，我院现有设备为进口产品，为保证现有设备延续使用及降低采购成本，同时从科室长远发展考虑，购买同一品牌内镜，售后服务更具便利性，因此需要单一来源采购。</p>	
三、专家论证意见	

新的设备符合国际规定的标准，论证程序公平合理
有效。该单位还有世卫奥林匹克电子竞技之机，建议第一
类原种的奥林匹克电子竞技才能进行最佳使用效果。

专家签字：朱国鼎

年 月 日

专家1职称证复印件

新疆维吾尔自治区专业技术职务

任职资格证书

姓名：宋建国

性别：男

民族：汉族

出生日期：1985年6月24日

身份证号码：62242419850624611X

级别：副高级

专业名称：卫生健康专业/内科/内科学

资格名称：副主任医师

授予时间：2020年12月30日

批准文号：新卫职字〔2021〕2号

证书编号：202041204040200003431P

评审组织机构：
(签发部门)



在线验证：新疆智慧人社手机客户端
新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅
<http://rst.xinjiang.gov.cn/>



证书生成时间：2021年3月11日

专家2 职称证复印件

新疆维吾尔自治区专业技术职务 任职资格证书

姓名：冯燕

性别：女

民族：汉族

出生日期：1985年9月6日

身份证号码：650103198509060623

在线验证：新疆智慧人社手机客户端
新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅
<http://rst.xinjiang.gov.cn/>



级别：副高级

专业名称：卫生健康专业/内科/消化内科专业

资格名称：副主任医师

授予时间：2022年12月25日

批准文号：新卫职字〔2023〕1号

证书编号：2022412040402000130712

评审组织机构：
(签发部门)





证书生成日期：2023年4月7日



专家3 职称证复印件

اسم: 徐杰	اسم: 徐杰
جنس: 男	اسم: 消化内科学
سنة الميلاد: 汉族	اسم: 主任医师
تاريخ الميلاد: 1968.10	تاريخ الترخيص: 2011.12.19
رقم الترخيص: 20113102395	رقم الترخيص: 新职证办(2012)55号
	رقم الترخيص: 审批部门:



专家4 职称证复印件



كەسىپ نامى
姓名: 姚萍

جىنسى
性别: 女

مىللىتى
民族: 汉族

تۇغۇلغان ۋاقتى
出生年月: 1968.10

شۇبھە نومۇرى
新取证字 20113105731 号

كەسىپ نامى
专业名称: 消化内科

سالاهىيەت نامى
资格名称: 主任医师

بىرىلمەن ۋاقتى
授予时间: 2011.11

ئىشلىتىش قۇمۇشى نومۇرى
批准文号: 杏林办(2012)2号

تەكشۈرۈپ ئىسپاتلاش ئورمانى
审批部门: 杏林办



法律专家职称证复印件



表 4

政府采购单一来源论证专家联系方式

专家类别	专家姓名	工作单位及部门	职称/职务	联系方式	身份证号
技术专家	宋建国	新疆维吾尔自治区第五人民医院	副主任医师	18356327566	62242419850624611X
技术专家	冯燕	新疆维吾尔自治区人民医院	副主任医师	15022978623	650103198509060623
技术专家	徐杰	新疆维吾尔自治区中医院	主任医师	13579886611	610113196810120492
技术专家	姚萍	新疆医科大学第一附属医院	主任医师	18099186672	650104196810040020
法律专家	朱凤霞	北京盈科律师事务所	专职律师	13139640916	652422197011231627

注：专家组应当由五人以上的单数组成，其中必须包括一名法律专家，产品技术专家应当为非本单位并熟悉该产品的专家；采购人代表不得作为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得作为采购评审专家（即评标专家）参与同一项目的采购评审工作