

# 单一来源采购专家论证意见表

时间： 年 月 日

|   |                 |
|---|-----------------|
| 主管部门  | 泽普县卫生健康委员会      |
| 使用单位  | 泽普县人民医院         |
| 项目名称  | 泽普县人民医院 CT 维保项目 |
| 项目金额  | 102 万元          |
| <p>专家论证意见：</p> <p>泽普县人民医院 CT 为西门子公司产品，为购买原厂维保产品比一家，没有替代性。且螺旋 CT 属于技术含量高，专业性强的大型医疗设备，虽然现在也有提供相关服务的第三方维修公司，但原厂维保技术可靠性及高，配件供应及时全面，也不存在软件修改时没有原厂的技术支撑，对设备技术和性能方面的研究全面，因此，建议由原厂作为维保的唯一来源公司。</p> <p>专家姓名： 杨加勇 工作单位： 喀什一院 职称： 高工</p> |                 |

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

# 单一来源采购专家论证意见表

时间： 年 月 日

|  |                 |
|--|-----------------|
| 主管部门   | 泽普县卫生健康委员会      |
| 使用单位   | 泽普县人民医院         |
| 项目名称   | 泽普县人民医院 CT 维保项目 |
| 项目金额   | 102 万元          |
| <p>专家论证意见：</p> <p>该医院目前投入使用的西门子CT要采购维保服务，为了更好地服务，确保安全，西门子售后服务公司或者具备西门子授权的维保公司来维保比较可靠，因此建议单一来源采购。</p> <p>专家姓名：卡瓦依 工作单位：喀什地区 喀什地区 泽普县人民医院 职称：设备科科长</p> |                 |

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

# 单一来源采购专家论证意见表

时间： 年 月 日

|  |                 |
|--|-----------------|
| 主管部门   | 泽普县卫生健康委员会      |
| 使用单位   | 泽普县人民医院         |
| 项目名称   | 泽普县人民医院 CT 维保项目 |
| 项目金额   | 102 万元          |
| 专家论证意见：<br><br>泽普县人民医院CT是西门子产品。<br>必须有西门子公司颁发的维修资质和<br>合同、社保、可靠性、稳定性、建议单一<br>来源采购维修服务。<br><br>专家姓名：扈作伟 工作单位：泽普县人民医院 职称：工程师 |                 |

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。